

**COMUNICACIÓN EMPRESAS ADMITIDAS Y EXCLUIDAS**
**LECTURA INFORME TÉCNICO Y APERTURA ECONÓMICA**

<b>Expediente:</b>	P.A. 2018-0-57
--------------------	----------------

<b>Denominación</b>	SUMINISTRO DE PRODUCTOS PARA LA PREVENCIÓN Y TRATAMIENTO DE HERIDAS CON DESTINO AL HOSPITAL UNIVERSITARIO "12 DE OCTUBRE"
---------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

<b>Tipo de Procedimiento</b>	ABIERTO. PLURALIDAD DE CRITERIOS
------------------------------	----------------------------------

La Mesa de Contratación del Hospital Universitario “12 de Octubre”, en sesión de fecha **23 de mayo de 2018**, evaluada la documentación técnica presentada por los licitadores en el expediente de referencia, ha realizado la lectura del Informe técnico emitido por el servicio correspondiente, acordando rechazar las siguientes proposiciones de los licitadores abajo indicados por presentar oferta que según Informe técnico recogido en el ANEXO, no se ajusta a lo exigido en los pliegos, todo ello conforme a lo establecido en el art. 139.1 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público.

NIF	EMPRESA
B62495882	BSN MEDICAL, S.L.U.
A08163586	SANOFI-AVENTIS, S.A.
A28123297	SMITH&NEPHEW, S.A.U.
B86030723	MEDLINE INTERNATIONAL IBERIA, S.L.U.

A continuación se efectúa la apertura del sobre N° 3 (documentación económica) de las empresas que a continuación se relacionan:

NIF	EMPRESA
B28078020	3M ESPAÑA, S.L.
A28899003	COLOPLAST PRODUCTOS MÉDICOS, S.A.
A08092744	B. BRAUN MEDICAL, S.A.
B61787057	ALFASIGMA ESPAÑA, S.L.

Y para que conste, se expide y firma en Madrid, a **23 de mayo de 2018**, de conformidad con lo previsto en el artículo 19 del Reglamento General de Contratación Pública de la Comunidad de Madrid, aprobado por Real Decreto 49/2003, de 3 de abril.

LA SECRETARIA DE LA MESA DE CONTRATACIÓN

**Fdo.: M<sup>a</sup> Nieves Lasso de la Vega Oteo**





La autenticidad de este documento se puede comprobar en [www.madrid.org/csv](http://www.madrid.org/csv) mediante el siguiente código seguro de verificación: **0908804786348284996171**

**EXPEDIENTE: 2018-0-57**

**Material: PRODUCTOS PARA LA PREVENCION Y TRATAMIENTO DE HERIDAS**

**Destino: HOSPITAL 12 DE OCTUBRE**

LOTE	CODIGO	CONCEPTO	Que cumplen con las especificaciones técnicas	Que no cumplen con las condiciones técnicas y causas por las que se rechazan
1	014100	<b>APÓSITO ANALGESICO NO ADHESIVO PARA ULCERAS 15X15CM</b>  <b>TOTAL PUNTOS.....MAXIMO 30 PUNTOS</b>  <b>1.Capacidad de absorción.....15 puntos</b> -Muy alta-alta.....15 puntos -Moderada-baja.....0 puntos  <b>2. Retirada indolora.....15 puntos</b> -En caso afirmativo.....15 puntos -En caso contrario.....0 puntos	<b>COLOPLAST PROD. MEDICOS, S.A.:</b> <b>TOTAL: 15 PUNTOS</b>  <b>1. No procede</b> <b>2. 15 puntos.</b>	
2	017867	<b>ACIDOS GRASOS HIPEROXIGENADOS PARA ULCERAS</b>  <b>TOTAL PUNTOS.....MAXIMO 30 PUNTOS</b>  <b>1.Concentración de ácido linoleico.20 puntos</b> -Envase con concentración >60%....20puntos -Resto.....0 puntos  <b>2. Residuos tras la aplicación.....10 puntos</b> -No deja residuos(residuo: piel hidratada, pero no con exceso de humedad)10 puntos -Deja residuo(piel excesivamente húmeda).....0 puntos	<b>B. BRAUN MEDICAL, S.A.:</b> <b>TOTAL: 30 PUNTOS.</b>  <b>1. 20 puntos</b> <b>2. 10 puntos</b>	



La autenticidad de este documento se puede comprobar en www.madrid.org/csv  
 mediante el siguiente código seguro de verificación: **0908804786348284996171**

**EXPEDIENTE: 2018-0-57**

Material: PRODUCTOS PARA LA PREVENCIÓN Y TRATAMIENTO DE HERIDAS			Destino: HOSPITAL 12 DE OCTUBRE	
LOTE	CODIGO	CONCEPTO	Que cumplen con las especificaciones técnicas	Que no cumplen con las condiciones técnicas y causas por las que se rechazan
3	018678	<b>ACIDOS GRASOS HIPOXIGENADOS PARA ULCERAS VASCULARES</b>  <b>TOTAL PUNTOS.....MAXIMO 30 PUNTOS</b>  <b>1.Concentración de ácido linoleico20puntos</b> -Envase con concentración >60%...20 puntos -Resto.....0 puntos  <b>2.Residuos tras la aplicación.....10 puntos</b> -No deja residuos(residuo: piel hidratada, pero no con exceso de humedad)10 puntos -Deja residuo (piel excesivamente húmeda).....0 puntos	<b>ALFASIGMA ESPAÑA, S.L., B. BRAUN MEDICAL, S.A.</b> <b>TOTAL: 10 PUNTOS</b>  <b>1. 0 puntos (cantidad inferior a 60%)</b> <b>2. 10 puntos</b>  -	
4 (Orden 4 y 5)	017899 013982	<b>SOLUCION Y GEL PARA LIMPIEZA Y DESCONTAMINACION DE HERIDAS</b>  <b>TOTAL PUNTOS.....MAXIMO 30 PUNTOS</b>  <b>1.Retirada de tejido desvitalizado tras su aplicación.....30 puntos</b> -Retirada de detritus de la herida completamente.....30 puntos -Residuos sin retirar.....0 puntos	<b>B. BRAUN MEDICAL, S.A.:</b> <b>TOTAL: 30 PUNTOS.</b>  <b>1. 30 puntos</b>	



La autenticidad de este documento se puede comprobar en [www.madrid.org/csv](http://www.madrid.org/csv) mediante el siguiente código seguro de verificación: **0908804786348284996171**

EXPEDIENTE: 2018-0-57			Destino: HOSPITAL 12 DE OCTUBRE	
Material: PRODUCTOS PARA LA PREVENCION Y TRATAMIENTO DE HERIDAS				
LOTE	CODIGO	CONCEPTO	Que cumplen con las especificaciones técnicas	Que no cumplen con las condiciones técnicas y causas por las que se rechazan
5		<b>CREMA BARRERA PROTECTORA DE LA PIEL</b> <b>TOTAL PUNTOS.....MAXIMO 30 PUNTOS</b>  1.Cantidad de dimeticona..... <b>15 puntos</b> -Entre 1-5%.....15 puntos -Menor de 1% y mayor de 5%.....0 puntos  2.Libre de parabenos..... <b>15 puntos</b> -Libre de parabenos.....15 puntos -Presencia de parabenos.....0 puntos	<b>B. BRAUN MEDICAL, S.A.</b> <b>TOTAL: 15 PUNTOS.</b>  1. <b>15 puntos</b> 2. <b>0 puntos (presenta parabenos)</b>  <b>COLOPLAST PROD. MEDICOS, S.A., 3M ESPAÑA, S.L.</b> <b>TOTAL: 30 PUNTOS.</b>  1. <b>15 puntos</b> 2. <b>15 puntos</b>	<b>MEDLINE INTERNATIONAL IBERIA, SLU:</b> Presenta producto de 118 gr cuando se solicita producto de entre 90-100 gr. Además no presenta evidencia científica.  <b>BSN MEDICAL, SLU:</b> Presenta producto que no contiene dimeticona. Además no presenta evidencia científica.  <b>SANOFI AVENTIS, S.A.:</b> Presenta producto de 65 gr cuando se solicita producto de entre 90-100 gr. Presenta producto que no contiene dimeticona. Además no presenta evidencia científica.  <b>SMITH&amp;NEPHEW, S.A.U:</b> No presenta buena adherencia a apósitos.

**EXPEDIENTE: 2018-0-57**

**Material: PRODUCTOS PARA LA PREVENCIÓN Y  
TRATAMIENTO DE HERIDAS**


**Destino: HOSPITAL 12 DE OCTUBRE**

Madrid, 17 de mayo de 2018

Han participado en la valoración de este procedimiento abierto las siguientes unidades



Hidalgo Doniga, Carolina  
Enfermera Continuidad Asistencial  
Enfermera Coordinadora Subcomisión Heridas



Jarillo Sánchez, Antonio  
Supervisor Recursos Materiales

La autenticidad de este documento se puede comprobar en [www.madrid.org/csv](http://www.madrid.org/csv)  
mediante el siguiente código seguro de verificación: **0908804786348284996171**