

COMUNICACIÓN EMPRESAS ADMITIDAS Y EXCLUIDAS
--

LECTURA INFORME TÉCNICO Y APERTURA ECONÓMICA

Expediente:	P.A. 2018-0-58
--------------------	----------------

Denominación	SUMINISTRO DE GUÍAS PARA LOS SERVICIOS DE CIRUGÍA VASCULAR Y RADIOLOGÍA VASCULAR DEL HOSPITAL UNIVERSITARIO 12 DE OCTUBRE
---------------------	---

Tipo de Procedimiento	ABIERTO. PLURALIDAD DE CRITERIOS
------------------------------	----------------------------------

La Mesa de Contratación del Hospital Universitario “12 de Octubre”, en sesión de fecha **23 de mayo de 2018**, evaluada la documentación técnica presentada por los licitadores en el expediente de referencia, ha realizado la lectura del Informe técnico emitido por el servicio correspondiente, acordando rechazar las siguientes proposiciones de los licitadores abajo indicados por presentar oferta que según Informe técnico recogido en el ANEXO, no se ajusta a lo exigido en los pliegos, todo ello conforme a lo establecido en el art. 139.1 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público.

NIF	EMPRESA
B08438731	IZASA HOSPITAL, S.L.U.
B87334017	CARDINAL HEALTH SPAIN 511, S.L.
A79658845	ABBOTT MEDICAL ESPAÑA, S.A.

A continuación se efectúa la apertura del sobre N° 3 (documentación económica) de las empresas que a continuación se relacionan:

NIF	EMPRESA
A08099681	ABBOTT LABORATORIES, S.A.
A80401821	BOSTON SCIENTIFIC IBÉRICA, S.A.
A08525073	COOK ESPAÑA, S.A.
A28389484	MEDTRONIC IBÉRICA, S.A.
B83524769	TERUMO EUROPE ESPAÑA, S.L.
B82612599	WORLD MEDICA, S.L.

Y para que conste, se expide y firma en Madrid, a **23 de mayo de 2018**, de conformidad con lo previsto en el artículo 19 del Reglamento General de Contratación Pública de la Comunidad de Madrid, aprobado por Real Decreto 49/2003, de 3 de abril.

LA SECRETARIA DE LA MESA DE CONTRATACIÓN

Fdo.: M^a Nieves Lasso de la Vega Oteo



La autenticidad de este documento se puede comprobar en www.madrid.org/csv mediante el siguiente código seguro de verificación: **0944765752295908389951**



Verificar la autenticidad de este documento en www.madrid.org/csv
mediante el siguiente código seguro de verificación: 09442665752295908389951

EXPEDIENTE: 2018-0-58

Material: GUÍAS PAR CIRUGIA VASCULAR Y RADIOLOGÍA VASCULAR		Destino: HOSPITAL 12 DE OCTUBRE	
LOTE	CONCEPTO	Que cumplen con las especificaciones técnicas	Que no cumplen con las condiciones técnicas y causas por las que se rechazan
1 (orden 1)	Guía hidrofílica flexible .035". Longitud 180 cm TOTAL PUNTOS MAXIMO 30 PUNTOS Presencia de camisa de poliuretano con tungsteno.....30 puntos	TERUMO EUROPE ESPAÑA, S.L. TOTAL: 30 PUNTOS 1. 30 puntos	ABBOTT MEDICAL ESPAÑA, S.A. BOSTON SCIENTIFIC IBERICA, S.A. ;CARDINAL HEALTH SPAIN 511, S.L.: No disponen de guía con punta deformable, ni tipo bolia
2 (orden 2)	Guía hidrofílica flexible .035". Longitud 260 cm TOTAL PUNTOS MAXIMO 30 PUNTOS Presencia de camisa de poliuretano con tungsteno.....30 puntos	TERUMO EUROPE ESPAÑA, S.L. TOTAL: 30 PUNTOS 1. 30 puntos	ABBOTT MEDICAL ESPAÑA, S.A. BOSTON SCIENTIFIC IBERICA, S.A. ;CARDINAL HEALTH SPAIN 511, S.L.: No disponen de guía con punta deformable, ni tipo bolia
3 (orden 3 y 4)	Guías hidrofílicas rígidas 0.035". Longitud 180 y 260 cm TOTAL PUNTOS MAXIMO 30 PUNTOS Presencia de camisa de poliuretano con tungsteno.....30 puntos	TERUMO EUROPE ESPAÑA, S.L. TOTAL: 30 PUNTOS 1. 30 puntos	BOSTON SCIENTIFIC IBERICA, S.A.; IZASA HOSPITAL, S.L.U. No disponen de guía con punta deformable, ni tipo bolia



La autenticidad de este documento se puede comprobar en www.madrid.org/csv mediante el siguiente código seguro de verificación: **09447665752295908389951**

EXPEDIENTE: 2018-0-58

Material: GUÍAS PAR CIRUGIA VASCULAR Y RADIOLOGÍA VASCULAR

Destino: HOSPITAL 12 DE OCTUBRE

LOTE	CONCEPTO	Que cumplen con las especificaciones técnicas	Que no cumplen con las condiciones técnicas y causas por las que se rechazan
4 (orden 5)	Guía hidrofílica radiopaca .035" y .038". Longitudes desde 145 a 260 cm. TOTAL PUNTOS MAXIMO 30 PUNTOS Presencia de mandril de aleación de nitinol.....30 puntos	COOK MEDICAL ESPAÑA, S.A.TOTAL PUNTOS:30 1. 30 puntos	
5 (orden 6)	Guía soporte del alta resistencia 0.035". Longitudes entre 145 y 260 cm. TOTAL PUNTOS MAXIMO 30 PUNTOS Presencia de forma de la punta en "J" apretada de 1,5 mm, para disminuir perfil.....30 puntos.	COOK MEDICAL ESPAÑA, S.A. TOTAL PUNTOS:30 1. 30 puntos	BOSTON SCIENTIFIC IBERICA, S.A.: Punta flexible de 145 cm., se solicita 1,5 cm.
6 (orden del 7 al 9)	Guía de soporte teflonada extrarigida y ultrarigida .035"-038". Longitud 60,90 y 145 cm, 180 y 260 cm TOTAL PUNTOS MAXIMO 30 PUNTOS Punta atraumatica tapeada 7-8 cm.....30 puntos	COOK MEDICAL ESPAÑA, S.A. TOTAL PUNTOS:30 1. 30 puntos	



La autenticidad de este documento se puede comprobar en www.madrid.org/csv mediante el siguiente código seguro de verificación: **0944263752295908389951**

EXPEDIENTE: 2018-0-58			
Material: GUÍAS PAR CIRUGIA VASCULAR Y RADIOLOGÍA VASCULAR		Destino: HOSPITAL 12 DE OCTUBRE	
LOTE	CONCEPTO	Que cumplen con las especificaciones técnicas	Que no cumplen con las condiciones técnicas y causas por las que se rechazan
7 (orden 10)	Guía teflonada superigida (tipo lunderquist). Longitudes 180 y 300 cm. TOTAL PUNTOS MAXIMO 30 PUNTOS Presencia de punta floppy de 15 cm.... 30 puntos	COOK MEDICAL ESPAÑA, S.A. TOTAL PUNTOS:30 1. 30 puntos	
8 (orden 11)	Guía con soporte de liberación.0.035". Longitudes de 185 cm. con marca radiopaca de 16 cm. y 300 cm. con marca radiopaca de 11 cm. TOTAL PUNTOS MAXIMO 30 PUNTOS Presencia de punta de coil en espiral de tungsteno laminado en oro radiopaco para mejor visualización 30 puntos	BOSTON SCIENTIFIC IBERICA, S.A. TOTAL PUNTOS:30 1. 30 puntos	
9 (orden 12)	Guía mixta de alto soporte y navegación-.014",.018" y .035". Longitud 180,260 y 300 cm. TOTAL PUNTOS MAXIMO 30 PUNTOS Presencia de extremo distal flexible de 25 cm, con pequeña zona de transición, y resto del cuerpo rígido.....30 puntos	TERUMO EUROPE ESPAÑA, S.L. TOTAL PUNTOS:30 1. 30 puntos	



La autenticidad de este documento se puede comprobar en www.madrid.org/csv introduciendo el siguiente código seguro de verificación: **0944665752295908389951**

EXPEDIENTE: 2018-0-58

Material: GUÍAS PAR CIRUGIA VASCULAR Y RADIOLOGÍA VASCULAR

Destino: HOSPITAL 12 DE OCTUBRE

LOTE	CONCEPTO	Que cumplen con las especificaciones técnicas	Que no cumplen con las condiciones técnicas y causas por las que se rechazan
10 (orden 13)	Guía con núcleo de nitinol, con recubrimiento hidrofílico de tungsteno y poliuretano. Diferentes longitudes. 016", 014" y 012" TOTAL PUNTOS MAXIMO 30 PUNTOS Presencia de coil de 20 mm. de oro en el extremo distal para una mejor visualización.....30 puntos	TERUMO EUROPE ESPAÑA, S.L. TOTAL PUNTOS:30 1. 30 puntos	
11 (orden 14)	Guía de navegación de 0.014". Punta de la guía recta, preformable y con carga. Longitudes 190 y 300 cm. TOTAL PUNTOS MAXIMO 30 PUNTOS Presencia de coils de níquel y platino y recubrimiento de tungsteno en los 3 cm distales de la guía.....30 puntos.	ABBOTT LABORATORIES, S.A. TOTAL PUNTOS:30 1. 30 puntos	BOSCHON SCIENTIFIC IBERICA, S.A. Longitudes de 190 y 300 cm, se solicita 190 y 300 cm. Puntas con carga de 12 g. a 30 g., se solicita 2.8 g y 3.5 g.
12 (orden 15)	Guía de angioplastia para oclusiones distales de 0.014". Longitudes 190 y 300 cm. TOTAL PUNTOS MAXIMO 30 PUNTOS Presencia de alma conificada sin transiciones y pulido parabólico y cubierta polimérica desde los 5 mm. distales hasta los 30 cm. distales de la guía.....30 puntos.	ABBOTT LABORATORIES, S.A. TOTAL PUNTOS:30 1. 30 puntos	



La autenticidad de este documento se puede comprobar en www.madrid.org/csv mediante el siguiente código seguro de verificación: **094425752295908389951**

EXPEDIENTE: 2018-0-58			
Material: GUÍAS PAR CIRUGIA VASCULAR Y RADIOLOGÍA VASCULAR		Destino: HOSPITAL 12 DE OCTUBRE	
LOTE	CONCEPTO	Que cumplen con las especificaciones técnicas	Que no cumplen con las condiciones técnicas y causas por las que se rechazan
13 (orden 16)	Guía de navegación con núcleo de nitinol. Calibres .014”-.035”. Longitudes entre 60 y 400 cm. TOTAL PUNTOS MAXIMO 30 PUNTOS Presencia de recubrimiento externo de silicona hydrosil excepto la gama 0.035”, flexible que además tenga un recubrimiento intermedio de PTFE de 0,01”, para deslizamiento y navegabilidad.....30 puntos	MEDTRONIC IBERICA, S.A. TOTAL PUNTOS:30 1. 30 puntos	
14 (orden 17)	Microguía extrarrígida de acero inoxidable de 0.18”, de 60 y 100 cm. TOTAL PUNTOS MAXIMO 30 PUNTOS Sección distal consistente en una espiral alrededor del mandril afinada que proporcione una gran flexibilidad.....30 puntos.	COOK MEDICAL ESPAÑA, S.A. NO VALORABLE	
15 (orden 18 y 19)	Guía con recubrimiento hidrofílico ICE y radiopaco para recanalización intraluminal y cruce de oclusiones subintimales. 0.018”. y lesiones estenóticas Longitudes desde 110 a 300 cm. TOTAL PUNTOS MAXIMO 30 PUNTOS Parte distal de polímero con prervistimiento thixon.....30 puntos	BOSTON SCIENTIFIC IBERICA, S.A. TOTAL PUNTOS:30 1. 30 puntos	



La autenticidad de este documento se puede comprobar en www.madrid.org/csv mediante el siguiente código seguro de verificación: 0944765752295908389951

EXPEDIENTE: 2018-0-58


Material: GUÍAS PAR CIRUGIA VASCULAR Y RADIOLOGÍA VASCULAR		Destino: HOSPITAL 12 DE OCTUBRE	
LOTE	CONCEPTO	Que cumplen con las especificaciones técnicas	Que no cumplen con las condiciones técnicas y causas por las que se rechazan
16 (orden 20)	Guía para angioplastia transluminal percutánea para intervencionismo en lesiones altamente calcificadas. Diferentes diámetros 0.014"/0.018". Longitudes 180,200 y 300 cm. TOTAL PUNTOS MAXIMO 30 PUNTOS Recubrimiento hidrofílico distal extrafino slipcoat.....30 puntos	WORLD MEDICA, S.L TOTAL PUNTOS:30 1. 30 puntos	ABOTT LABORATORIES, S.A. Presenta longitudes de 180 y 300 cm., se solicita 180, 200 y 300 cm


Madrid, 21 de mayo de 2018

JEFE DE SERVICIO DE CIRUGIA VASCULAR

POR EL SERVICIO DE CIRUGIA VASCULAR

RESPONSABLE DE LA SECCION DE RADIOLOGIA VASCULAR


Fdo: Dr. González Fajardo


Fdo: Dra. Cervell Rodríguez


Fdo: Dr. Villar Esnal