

COMUNICACIÓN EMPRESAS ADMITIDAS Y EXCLUIDAS
LECTURA INFORME TÉCNICO Y APERTURA ECONÓMICA

Expediente:	P.A. 2018-0-33
--------------------	----------------

Denominación	SUMINISTRO DE CATÉTERES Y OTRO MATERIAL PARA EL SERVICIO DE CIRUGÍA VASCULAR DEL HOSPITAL UNIVERSITARIO 12 DE OCTUBRE PARA EL HOSPITAL UNIVERSITARIO 12 DE OCTUBRE
---------------------	--

Tipo de Procedimiento	ABIERTO. PLURALIDAD DE CRITERIOS
------------------------------	----------------------------------

La Mesa de Contratación del Hospital Universitario “12 de Octubre”, en sesión de fecha **18 de abril de 2018**, evaluada la documentación técnica presentada por los licitadores en el expediente de referencia, ha realizado la lectura del Informe técnico emitido por el servicio correspondiente, acordando rechazar las siguientes proposiciones de los licitadores abajo indicados por presentar ofertas que según Informe técnico no se ajustan a lo exigido en los pliegos, todo ello conforme a lo establecido en el art. 139.1 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público.

EMPRESA	LOTES	MOTIVO
B.BRAUN SURGICAL, S.A.	6	Longitud de balón entre 40 y 150 mm., se solicita entre 20 y 200 mm. Longitud de catéter entre 75 y 130 cm., se solicita entre 80 y 150 cm.
BOSTON SCIENTIFIC IBERICA, S.A.	1	Presenta catéter de 40,75 Y 135 cm., se solicita 40, 80 y 135 cm.
CARDINAL HEALTH SPAIN 511, S.L.	4	Presenta sólo marcas radiopacas metálicas, se solicitan también no metálicas.
IZASA HOSPITAL, S.L.U.	5	Dosis de paclitaxel 3µg/mm ² , se solicita 3,5 µg/mm ²
	6	Diámetros entre 2 y 7 mm., se solicita entre 1,5 y 8 mm. Catéter de 150 cm, se solicita entre 80 y 150 cm.
LEMAITRE VASCULAR SPAIN, S.L.	9	No dispone de guía introductora.
MEDTRONIC IBERICA, S.A.	3	Presenta diámetros a partir de 2 mm, se solicita desde 1,5 mm. Longitudes de 20 a 150 mm, se solicita de 15 a 200 mm.
MERIT MEDICAL SPAIN S.L.U.	1	Presenta catéter de 85 y 130 cm, se solicita 40,80 Y 135 cm.
PRIM, S.A.	1	Presenta catéter de 75 y 130 cm. Se solicita 40,80 y 135 cm.
	4	Presenta catéter a partir de 90 cm., se solicita a partir de 80 cm.
TERUMO EUROPE ESPAÑA, S.L.	1	Presenta catéter de 90 y 135 cm., se solicita 40,80 y 135 cm.
	4	Presenta diámetros entre 2 y 4 mm, se solicita entre 1,5 y 8mm. Presenta catéter de 100 y 148 cm., se solicita entre 80 y 150 cm.



WORLD MEDICA, S.L.	5	Dosis de paclitaxel 3µg/mm ² , se solicita 3,5 µg/mm ² . Longitud de catéter 120 y 150 cm., se solicita de 90 y 130 cm.
	6	Diámetros de balón desde 2 mm, se solicita desde 1,5 mm. Longitud de balón hasta 150 mm., se solicita hasta 200 mm.

A continuación se efectúa la apertura del sobre N° 3 (documentación económica) de las empresas que a continuación se relacionan:

NIF	EMPRESA
A08099681	ABBOTT LABORATORIES, S.A.
B80601982	CARDIVA2, S.L.
B96954078	EDWARDS LIFESCIENCES, S.L.
B86117744	LEMAITRE VASCULAR SPAIN, S.L.
B14043228	LEXEL, S.L.
A28389484	MEDTRONIC IBERICA, S.A.
A28165587	PRIM, S.A.
B82612599	WORLD MEDICA, S.L.

Y para que conste, se expide y firma en Madrid, a **18 de abril de 2018**, de conformidad con lo previsto en el artículo 19 del Reglamento General de Contratación Pública de la Comunidad de Madrid, aprobado por Real Decreto 49/2003, de 3 de abril.

LA SECRETARIA DE LA MESA DE CONTRATACIÓN

Fdo.: M^a Nieves Lasso de la Vega Oteo

