

**PLIEGO PRESCRIPCIONES TÉCNICAS QUE HA DE REGIR EN EL CONTRATO DE:  
SUMINISTRO DE DIVERSO MATERIAL DE PUNCIÓN CON DESTINO A LOS CENTROS  
SANITARIOS DE ATENCIÓN PRIMARIA DEL SERVICIO MADRILEÑO DE SALUD A ADJUDICAR  
POR PROCEDIMIENTO ABIERTO A/SUM-002557/2018**

**CONSIDERACIONES GENERALES:**

1. El material objeto de contrato estará en perfectas condiciones de uso.
2. Todo el material ofertado tendrá marcado CE.
3. El material presentará una caducidad mínima de 18 meses desde su fecha de recepción, de otra forma se procederá a su devolución y retirada a cargo del proveedor.
4. El proveedor dispondrá de un procedimiento de retirada del material caducado/defectuoso incluyendo la adecuada eliminación de los mismos.
5. En los supuestos de ruptura de stock y desabastecimiento el proveedor comunicará esta situación de forma inmediata.
6. Existirá un servicio de atención a la gestión y logística de pedidos que comprenderá al menos un teléfono, dirección de e-mail y/o fax específico de contacto.
7. El adjudicatario garantizará durante la vigencia del contrato la capacidad de abastecimiento.
8. Las entregas del suministro se efectuarán en los almacenes relacionados en este pliego.
9. En su caso, todas las instrucciones vendrán en castellano.
10. La fecha de caducidad y el lote estarán indicados en el envase general y en el individual del producto en los casos en los que proceda.
11. Todos los productos ofertados por los licitadores, que se encuentren recogidos en el anexo I, de la RESOLUCION de 8 de febrero de 2006, del Director General de Salud Pública y Alimentación, por la que se amplían los plazos del artículo 9 y que actualiza en Anexo I de la Orden 827/2005, de 11 de mayo, de la Consejería de Sanidad y Consumo de la Comunidad de Madrid, por la que se establecen e implantan los procedimientos de seguridad y el sistema de vigilancia frente al accidente con riesgo biológico en el ámbito sanitario de la Comunidad de Madrid, deberán cumplir con los requerimientos de la mencionada orden y su resolución.



**RELACIÓN DE ALMACENES PARA ENTREGAS DE MATERIAL:**

|                                      |                                                                                              |
|--------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Almacén PAVONES</b>               | C.S. Pavones<br>C/ Hacienda de Pavones nº 271, entrada por rampa C/ Brujas<br>28030 - Madrid |
| <b>Almacén COSLADA</b>               | Avda. de Madrid nº 11<br>28822 - Coslada<br>Semisótano del C.S. Ciudad San Pablo             |
| <b>Almacén MELCHOR FDEZ. ALMAGRO</b> | C/ Melchor Fernández Almagro nº 1<br>28029 - Madrid                                          |
| <b>Almacén MAJADAHONDA</b>           | Avda. España, 7<br>28220 - Majadahonda (Madrid)                                              |
| <b>Almacén LEGANÉS</b>               | Avda. de los Pinos nº 30, planta -1<br>28914 - Leganés (Madrid)                              |
| <b>Almacén ALBERTO PALACIOS</b>      | C/ Domingo de Párraga nº 48<br>C.S. San Andrés<br>28021 - Madrid                             |



**ESPECIFICACIONES TÉCNICAS QUE DEBEN CUMPLIR LOS ARTÍCULOS:**

| Lote | Sublote | Código | Descripción del lote                                                                        | Características técnicas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|------|---------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1    | 1.1     | 100311 | <b>AGUJA ALETAS SISTEMA EXTRACCION SANGRE VACIO 21GX19MM SEGURIDAD PREMONTADA TUBO 18CM</b> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Aguja de punta triple bisel, 0,8 mm de diámetro y dispositivo de seguridad pasiva integrado. Lubricada.</li> <li>• Con aletas flexibles de tamaño adecuado para facilitar el manejo y sujeción. Identificadas con código de color normalizado.</li> <li>• Con tubo prolongador de plástico de 18 cm (entre 178-190 mm).</li> <li>• Conectada a portatubos, cuerpo de plástico duro, montado, con válvula protectora de la aguja interior que perfora el tubo de vacío y que una vez insertado el tubo no tenga retroceso.</li> <li>• En el etiquetado individual deberá constar: denominación del artículo, método de esterilización utilizado, fecha caducidad del producto, el número de lote, referencia comercial, Marcado CE, Calibre de las luces. Toda la información será perfectamente legible</li> <li>• Presentación: Envase individual tipo blíster, estéril, de fácil apertura.</li> </ul> |



|   |     |        |                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|---|-----|--------|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | 1.2 | 100312 | <b>AGUJA ALETAS SISTEMA EXTRACCION SANGRE<br/>VACIO 23GX19MM SEGURIDAD TUBO 18CM</b> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Aguja de punta triple bisel, 0,6 mm de diámetro y dispositivo de seguridad pasiva integrado. Lubricada.</li> <li>• Con aletas flexibles de tamaño adecuado para facilitar el manejo y sujeción. Identificadas con código de color normalizado.</li> <li>• Con tubo prolongador de plástico de 18 cm (entre 178-190 mm).</li> <li>• Conectada a portatubos, cuerpo de plástico duro, montado, con válvula protectora de la aguja interior que perfora el tubo de vacío y que una vez insertado el tubo no tenga retroceso.</li> <li>• En el etiquetado individual deberá constar: denominación del artículo, método de esterilización utilizado, fecha caducidad del producto, el número de lote, referencia comercial, Marcado CE, Calibre de las luces. Toda la información será perfectamente legible</li> <li>• Presentación: Envase individual tipo blíster, estéril, de fácil apertura.</li> </ul> |
|---|-----|--------|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|



|   |     |        |                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|---|-----|--------|---------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2 | 2.1 | 100896 | <b>AGUJA SISTEMA EXTRACCION SANGRE VACIO<br/>21GX32MM SEGURIDAD</b> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Aguja con doble punta, extremo distal con punta triple bisel 0,8 mm de diámetro, extremo proximal protegido por funda retraible con completa recuperación, para extracción de sangre al vacío con portatubos de plástico, montado a la aguja y que una vez insertado el tubo no tenga retroceso.</li> <li>• El dispositivo deberá presentar el bisel de la aguja hacia arriba y el sistema de seguridad no debe interferir en la correcta utilización.</li> <li>• Identificación con código de colores normalizado.</li> <li>• En el etiquetado individual deberá constar: denominación del artículo, método de esterilización utilizado, fecha caducidad del producto, el número de lote, referencia comercial, Marcado CE, Calibre de las luces. Toda la información será perfectamente legible.</li> <li>• Presentación: Envase individual tipo blíster, estéril, de fácil apertura.</li> </ul> |
|---|-----|--------|---------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|



**RELACIÓN DE PRECIOS Y UNIDADES:**

| Lote     | Sub | Código | Descripción del lote                                                                 | Formato | Precio neto Lic.<br>(unitario sin IVA) | Cantidad | Importe lote sin IVA | % IVA              | Importe lote con IVA |
|----------|-----|--------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------------------------------------|----------|----------------------|--------------------|----------------------|
| <b>1</b> |     |        | <b>AGUJA ALETAS SISTEMA EXTRACCION SANGRE VACIO</b>                                  |         |                                        |          | <b>122.365,10</b>    | 21                 | <b>148.061,77</b>    |
|          | 1.1 | 100311 | AGUJA ALETAS SISTEMA EXTRACCION SANGRE VACIO 21GX19MM SEGURIDAD PREMONTADA TUBO 18CM | unidad  | 0,430000                               | 278.000  | 119.540,00           | 21                 | 144.643,40           |
|          | 1.2 | 100312 | AGUJA ALETAS SISTEMA EXTRACCION SANGRE VACIO 23GX19MM SEGURIDAD TUBO 18CM            | unidad  | 0,430000                               | 6.570    | 2.825,10             | 21                 | 3.418,37             |
| <b>2</b> |     |        | <b>AGUJA SISTEMA EXTRACCION SANGRE VACIO</b>                                         |         |                                        |          | <b>23.937,00</b>     | 21                 | <b>28.963,77</b>     |
|          | 2.1 | 100896 | AGUJA SISTEMA EXTRACCION SANGRE VACIO 21GX32MM SEGURIDAD                             | unidad  | 0,305280                               | 78.410   | 23.937,00            | 21                 | 28.963,77            |
|          |     |        |                                                                                      |         |                                        |          | <b>146.302,10 €</b>  | <b>30.723,44 €</b> | <b>177.025,54 €</b>  |

Madrid,

POR EL ADJUDICATARIO

POR LA ADMINISTRACIÓN:  
La Gerente Adjunta de Gestión y Servicios Generales  
Resolución de 25/02/2011 (BOCM núm. 76 de 31/03/2011)

Sello y firma:

María Luisa Tello García

