

EXPEDIENTE: 2018-0-28**PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TECNICAS PARTICULARES RELATIVO A LA CONTRATACION DEL SUMINISTRO DE CATÉTERES DIAGNÓSTICO PARA CARDIOLOGÍA Y ELECTROFISIOLOGÍA PARA EL HOSPITAL UNIVERSITARIO “12 DE OCTUBRE”**

El presente pliego de Prescripciones Técnicas, de acuerdo con el artículo 116 del RDL 3/2011, de 14 de Noviembre, de Contratos del Sector Público, contiene las prescripciones técnicas particulares que han de regir la ejecución del suministro de **CATÉTERES DIAGNÓSTICO PARA CARDIOLOGÍA Y ELECTROFISIOLOGÍA PARA EL HOSPITAL UNIVERSITARIO “12 DE OCTUBRE”**

LOTE 1: (Cuadrapolares curva fija)**ORDEN 1: Catéteres para registro y estimulación endocárdicos con las siguientes características:**

- Cuatripolar con separación de electrodos (2-5-2).
- Curva fija preformada (tipo Josephson).
- Calibre 5 French.
- Disponibilidad en diferentes características de torsión, dureza y empuje.

Aunque la descrita es la configuración básica, deben estar disponibles otras separaciones de electrodos y otras curvas sin cargo adicional, así como un grosor menor.

LOTE 2: (Octopolares)**ORDEN 2: Catéteres para registro y estimulación deflectables con las siguientes características:**

- Octopolar con separación de electrodos (2-5-2).
- Curvatura deflectable.
- Mango basado en dial rotatorio.
- Calibre 7 French.

LOTE 3: (Cuadrapolares deflectables)**ORDEN 3: Catéteres de diagnóstico deflectables para registro y estimulación de seno coronario con las siguientes características:**

- Cuatripolares.
- Curva deflectable.
- Mango basado en pistón
- Disponible en calibres 5F y 6F.

LOTE 4: (Duodecapolar)**ORDEN 4: Catéteres multipolares para registro y estimulación de aurícula derecha y seno coronario con las siguientes características:**

- Mínimo 20 polos para registro simultáneo y estimulación.
- Curva deflectable.
- Mango basado en dial rotatorio.
- Posibilidad de diferentes configuraciones de separación entre electrodos.
- Calibre 7 French.

CARACTERÍSTICAS ADICIONALES para los Lotes del 1 al 4:

Compromiso de suministro de los cables de conexión al sistema de registro sin coste adicional (se estima un mínimo de 12 en total y máximo de uno por cada 10 catéteres adquiridos).

MUESTRAS SOLICITADAS PARA LA EVALUACIÓN DE LOS PRODUCTOS: SI

- **1 UNIDAD POR CADA LOTE/ORDEN**

No obstante, y durante el período de evaluación técnica de los productos ofertados, se podrán solicitar más muestras en aquellos casos que se considere necesario, requisito imprescindible para poder valorar la calidad del producto.

Madrid a, 5 de febrero de 2018.



Fdo. Dra. María López Gil
Jefe de Servicio Cardiología Electrofisiología



Fdo. Dr. Fernando Arribas Ynsaurriaga
Jefe de Servicio de Cardiología



Fdo.: Dr. Francisco Rivas Clemente
Subdirector Médico Área Médica

EXPEDIENTE:2018-0-28

OBJETO: SUMINISTRO DE CATÉTERES DIAGNOSTICO PARA CARDIOLOGIA Y ELECTROFISIOLOGIA

PRESUPUESTO								
LOTE	ORDEN	CODIGO ARTº	DESCRIPCION ARTICULO	CANTIDAD 12 MESES	PRECIO S/IVA	BASE IMPONIBLE	IVA	IMPORTE TOTAL
1	1	017745	CATETER REGISTRO Y ESTUMULACION CUATRIPOLAR CURVA FIJA 5 F	450	110,00	49.500,00	10.395,00	59.895,00
2	2	014527	CATÉTER REGISTRO Y ESTIMULACION OCTOPOLAR 7 F	5	165,00	825,00	173,25	998,25
3	3	012433	CATETER CUADRAPOLAR DEFLECTABLE PARA REGISTRO Y ESTIMULACION SENO CORONARIO 5 Y 6 F	125	345,00	43.125,00	9.056,25	52.181,25
4	4	017746	CATETER DUODECAPOLAR REGISTRO Y ESTIMULACION AURICULA DCHA Y SENO CORONARIO	130	510,0000	66.300,00	13.923,00	80.223,00
						159.750,00	33.547,50	193.297,50