

COMUNICACIÓN EMPRESAS ADMITIDAS Y EXCLUIDAS
--

LECTURA INFORME TÉCNICO Y APERTURA ECONÓMICA

Expediente:	P.A. 2018-0-28
--------------------	----------------

Denominación	SUMINISTRO DE CATÉTERES DIAGNÓSTICO PARA CARDIOLOGÍA Y ELECTROFISIOLOGÍA PARA EL HOSPITAL UNIVERSITARIO “12 DE OCTUBRE”
---------------------	---

Tipo de Procedimiento	ABIERTO. PLURALIDAD DE CRITERIOS
------------------------------	----------------------------------

La Mesa de Contratación del Hospital Universitario “12 de Octubre”, en sesión de fecha **09 de mayo de 2018**, evaluada la documentación técnica presentada por los licitadores en el expediente de referencia, ha realizado la lectura del Informe técnico emitido por el servicio correspondiente, acordando admitir las siguientes proposiciones de los licitadores abajo indicados por presentar oferta que según Informe técnico recogido en el ANEXO, se ajusta a lo exigido en los pliegos, todo ello conforme a lo establecido en el art. 139.1 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público.

NIF	EMPRESA
A79658845	ABBOTT MEDICAL ESPAÑA, S.A
A28218675	JOHNSON & JOHNSON, S.A
A80401821	BOSTON SCIENTIFIC IBÉRICA, S.A

A continuación se efectúa la apertura del sobre N° 3 (documentación económica) de las empresas que a continuación se relacionan:

NIF	EMPRESA
A79658845	ABBOTT MEDICAL ESPAÑA, S.A
A28218675	JOHNSON & JOHNSON, S.A
A80401821	BOSTON SCIENTIFIC IBÉRICA, S.A

Y para que conste, se expide y firma en Madrid, a **09 de mayo de 2018**, de conformidad con lo previsto en el artículo 19 del Reglamento General de Contratación Pública de la Comunidad de Madrid, aprobado por Real Decreto 49/2003, de 3 de abril.

LA SECRETARIA DE LA MESA DE CONTRATACIÓN

Fdo.: M^a Nieves Lasso de la Vega Oteo



La autenticidad de este documento se puede comprobar en www.madrid.org/csv mediante el siguiente código seguro de verificación: **0907723096704481614959**



La autenticidad de este documento se puede comprobar en www.madrid.org/csv mediante el siguiente código seguro de verificación: **0907723096704481614959**

EXPEDIENTE: 2018-0-28

**Material: SUMINISTRO CATETERES DE DIAGNOSTICO
PARA CARDIOLOGIA ELECTROFISIOLOGIA**

Destino: HOSPITAL 12 DE OCTUBRE

LOTE	CODIGO	CONCEPTO	Que cumplen con las especificaciones técnicas	Que no cumplen con las condiciones técnicas y causas por las que se rechazan
1	017745	CATETERES DIAGNOSTICO CUATRIPOLES DE CURVA PREFORMADA NO DEFLECTABLE: 1. Mantenimiento de la curva y de las características de soporte y dureza del catéter con el uso.....Hasta 10 Puntos. 2. Facilidad de conexión e identificación de polos.....Hasta 10 Puntos. 3. Manejabilidad.....Hasta 10 Puntos.	ABBOT MEDICAL ESPAÑA, S.A. y JOHNSON&JOHNSON, S.A..... TOTAL PUNTOS: 30 1. 10 Puntos. 2. 10 Puntos 3. 10 Puntos. BOSTON SCIENTIFIC IBERICA, S.A..... TOTAL PUNTO : 10 1. 0 Puntos. El catéter ofertado de 5 F no mantiene las características de soporte y dureza a lo largo de un procedimiento. En algunos casos hay que cambiarlos al inicio del estudio. 2. 10 Puntos. 3. 0 Puntos. Las deficiencias anteriores lo convierten en inmanejable.	



La autenticidad de este documento se puede comprobar en www.madrid.org/csv mediante el siguiente código seguro de verificación: **0907723096704481614959**

EXPEDIENTE: 2018-0-28

Material: SUMINISTRO CATETERES DE DIAGNOSTICO PARA CARDIOLOGIA ELECTROFISIOLOGIA

Destino: HOSPITAL 12 DE OCTUBRE

LOTE	CODIGO	CONCEPTO	Que cumplen con las especificaciones técnicas	Que no cumplen con las condiciones técnicas y causas por las que se rechazan
2	014527	CATETERES DIAGNOSTICO DECAPOLARES DE CURVA PREFORMADA NO DEFLECTABLE: - Adaptación óptima a la anatomía del seno coronario.....Hasta 10 Puntos. - Manejabilidad.....Hasta 10 Puntos. - Mantenimiento de la curva y de las características de soporte y dureza.....Hasta 10 Puntos.	NO HAY OFERTAS	
3	012433	CATETERES DIAGNOSTICOS DE CURVA DEFLECTABLE MULTIPROPOSITO: - Precisión y estabilidad del mecanismo de deflexión.....Hasta 10 Puntos. - Relación de torsión sin pérdida de mango a extremo distal.....Hasta 10 Puntos. - Manejabilidad...Hasta 10 Puntos.	ABBOT MEDICAL ESPAÑA, S.A....TOTAL PUNTOS: 30 10 Puntos. 10 Puntos. 10 Puntos.	



La autenticidad de este documento se puede comprobar en www.madrid.org/csv mediante el siguiente código seguro de verificación: 0907723096704481614959

EXPEDIENTE: 2018-0-28

Material: SUMINISTRO CATETERES DE DIAGNOSTICO PARA CARDIOLOGIA ELECTROFISIOLOGIA			Destino: HOSPITAL 12 DE OCTUBRE	
LOTE	CODIGO	CONCEPTO	Que cumplen con las especificaciones técnicas	Que no cumplen con las condiciones técnicas y causas por las que se rechazan
4	017746	CATETERES DIAGNOSTICOS MULTIPOLARES DE CURVA DEFLECTABLE PARA AURICULA DERECHA Y SENO CORONARIO: 1. Precisión y estabilidad del mecanismo de deflexión..... Hasta 10 Puntos. 2. Adaptación a la anatomía del anillo tricúspide..... Hasta 10 Puntos. 3. Manejabilidad... Hasta 10 Puntos.	ABBOT MEDICAL ESPAÑA, S.A....TOTAL PUNTOS: 30 1. 10 Puntos. 2. 10 Puntos. 3. 10 Puntos.	BOSTON SCIENTIFIC CIBERICA, S.A.: El mango no está basado en dial rotatorio, como se solicita en el PPT.

Madrid, 4 de mayo de 2018

Fdo. Dra. María López Gil
Sº Cardiología Electrofisiología