

COMUNICACIÓN EMPRESAS ADMITIDAS Y EXCLUIDAS
LECTURA INFORME TÉCNICO Y APERTURA ECONÓMICA

Expediente:	P.A. 2018-0-51
--------------------	----------------

Denominación	SUMINISTRO DE SISTEMAS DE INFUSIÓN Y FILTRO DE 0.22 MCIRAS DEL HOSPITAL UNIVERSITARIO “12 DE OCTUBRE”
---------------------	---

Tipo de Procedimiento	ABIERTO. PLURALIDAD DE CRITERIOS
------------------------------	----------------------------------

La Mesa de Contratación del Hospital Universitario “12 de Octubre”, en sesión de fecha **23 de mayo de 2018**, evaluada la documentación técnica presentada por los licitadores en el expediente de referencia, ha realizado la lectura del Informe técnico emitido por el servicio correspondiente, acordando rechazar las siguientes proposiciones de los licitadores abajo indicados por presentar oferta que según Informe técnico recogido en el ANEXO, no se ajusta a lo exigido en los pliegos, todo ello conforme a lo establecido en el art. 139.1 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público.

NIF	EMPRESA
A08092744	B. BRAUN MEDICAL, S.A.
B43285592	C.V. MÉDICA, S.L.
B65075400	HOSPIDER SERUMESPA, S.L.
B78341369	INTRAVEN, S.L.
B87070314	LIBERA MEDICA, S.L.
B98011505	NACATUR 2 ESPAÑA, S.L.
A58710740	PALEX MEDICAL, S.A.
A28536480	VYGON, S.A.U.

A continuación se efectúa la apertura del sobre N° 3 (documentación económica) de las empresas que a continuación se relacionan:

NIF	EMPRESA
A50140706	BECTON DICKINSON, S.A.
B83959056	HOSPIRA (Productos Farmacéuticos y hospitalarios, S.L.)
A59077941	IHT MEDICAL, S.A.
B80957889	INTERSURGICAL ESPAÑA, S.L.
B08438731	IZASA HOSPITAL, S.L.U.
A78788270	PALL ESPAÑA, S.A.U.

Y para que conste, se expide y firma en Madrid, a **23 de mayo de 2018**, de conformidad con lo previsto en el artículo 19 del Reglamento General de Contratación Pública de la Comunidad de Madrid, aprobado por Real Decreto 49/2003, de 3 de abril.

LA SECRETARIA DE LA MESA DE CONTRATACIÓN

Fdo.: M^a Nieves Lasso de la Vega Oteo



EXPEDIENTE: 2018-0-51

Material: SISTEMAS DE INFUSIÓN Y FILTRO 0,22 MICRAS

Destino: HOSPITAL 12 DE OCTUBRE

LOTE	CODIGO	CONCEPTO	Que cumplen con las especificaciones técnicas	Que no cumplen con las condiciones técnicas y causas por las que se rechazan
1	014742	EQUIPO PRESIÓN VENOSA CENTRAL TOTAL PUNTOS MAXIMO 30 PUNTOS <ul style="list-style-type: none"> ◆ Presenta tapón de cierre en rama adaptable a la escala de medición.....20 puntos. ◆ Exención de látex reflejada en el etiquetado..... 10 puntos 	BECTON DICKINSON, S.A TOTAL: 30 PUNTOS <ul style="list-style-type: none"> • 20 puntos • 10 puntos 	
2	014736	SISTEMA REGULADOR DE PRECISIÓN CON VÁLVULA DE SEGURIDAD TOTAL PUNTOS MAXIMO 30 PUNTOS <ul style="list-style-type: none"> ◆ Retirada fácil del tapón que cierra la parte distal del sistema: <ul style="list-style-type: none"> ○ Retirada fácil..... 30 puntos ○ Retirada costosa... 0 puntos 	IHT MEDICAL, S.A.: TOTAL: 0 PUNTOS <ul style="list-style-type: none"> • 0 puntos (No se retira fácil del tapón, la parte distal) IZASA HOSPITAL, S.L.U: TOTAL: 30 PUNTOS <ul style="list-style-type: none"> • 30 puntos 	C.V MEDICA S.L.: Presenta un regulador poco preciso. Se acoda fácilmente. No presenta en el extremo distal conexión luer-lock giratoria. HOSPIFER SERUMESPA, S.L: No presenta válvula de seguridad que cumpla la Orden 827/2005. LIBERA MEDICA: No presenta regulador de flujo de alta fiabilidad para administraciones intravenosas (incluso las muy viscosas), tal y como se solicita en el PPT NACATUR 2 ESPAÑA S.L.: Presenta un regulador poco preciso. Se acoda fácilmente. Tubo de 50 cm de longitud (se solicita 30-45cm). No presenta en el extremo distal conexión luer-lock giratoria.

La autenticidad de este documento se puede comprobar en www.madrid.org/csv mediante el siguiente código seguro de verificación: **105522556849098778418**



La autenticidad de este documento se puede comprobar en www.madrid.org/csv mediante el siguiente código seguro de verificación: **105522556849098778418**

EXPEDIENTE: 2018-0-51

Material: SISTEMAS DE INFUSIÓN Y FILTRO 0,22 MICRAS

Destino: HOSPITAL 12 DE OCTUBRE

LOTE	CODIGO	CONCEPTO	Que cumplen con las especificaciones técnicas	Que no cumplen con las condiciones técnicas y causas por las que se rechazan
				PALEX MEDICAL, S.A: Presenta un regulador poco preciso. Se acoda fácilmente. Tubo de 59 cm de longitud (se solicita 30-45cm). No presenta en el extremo distal conexión luer-lock giratoria. BECTON DICKINSON, S.A.: Presenta tubo de 53 cm de longitud (se solicita 30-45cm).
A	014737	SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN DE SANGRE TOTAL PUNTOS MAXIMO 30 PUNTOS ♦ Retirada fácil del tapón que cierra la parte distal del sistema: <ul style="list-style-type: none"> ○ Retirada fácil..... 30 puntos ○ Retirada costosa... 0 puntos 	BECTON DICKINSON, S.A TOTAL: 30 PUNTOS • 30 puntos	C.V. MEDICA, S.L: No presenta en la conexión distal luer lock rotatorio.
4	014738	EQUIPO BOMBEO DE SANGRE TOTAL PUNTOS MAXIMO 30 PUNTOS ♦ Fácil manejo del dispositivo de la bomba impulsora con una mano: <ul style="list-style-type: none"> ○ Se maneja bien el dispositivo con un a mano... 20 puntos. 	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HOSPITALARIOS, S.L: TOTAL: 30 PUNTOS • 20 puntos • 10 puntos	



La autenticidad de este documento se puede comprobar en www.madrid.org/csv mediante el siguiente código seguro de verificación: **105522556849098778418**

EXPEDIENTE: 2018-0-51

Material: SISTEMAS DE INFUSIÓN Y FILTRO 0,22 MICRAS			Destino: HOSPITAL 12 DE OCTUBRE	
LOTE	CODIGO	CONCEPTO	Que cumplen con las especificaciones técnicas	Que no cumplen con las condiciones técnicas y causas por las que se rechazan
		<ul style="list-style-type: none"> ♦ Retirada fácil del tapón que cierra la parte distal del sistema: <ul style="list-style-type: none"> ○ Retirada fácil..... 10 puntos ○ Retirada costosa... 0 puntos 		
5	015453	FILTRO DE 0,22 MICRAS TOTAL PUNTOS MAXIMO 30 PUNTOS <ul style="list-style-type: none"> ♦ Volumen purgado: Cuanto menor volumen de purga mayor puntuación (0,07= 0 puntos)Hasta 30 puntos. 	BECTON DICKINSON, S.A., INTERSURGICAL ESPAÑA S.L. PALL ESPAÑA, S.A.U: TOTAL: 30 PUNTOS <ul style="list-style-type: none"> • 30 puntos 	B. BRAUN MEDICAL, S.A., HOSPIFER SERUMESPA, S.L: Presenta filtro cuyo volumen de purgado es 2,4 ml (se solicita 0,07ml). PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HOSPITALARIOS, S.L.: Presenta filtro cuyo volumen de purgado es 4,8 ml (se solicita 0,07ml). INTRAVEN, S.L.: No es resistente a lípidos y citostáticos. VYGON S.A.U: Presenta filtro cuyo volumen de purgado es 0.9 ml (se solicita 0,07ml). LIBERA MEDICA: Presenta filtro que no son resistentes a ciertos citostáticos que utiliza el hospital.

EXPEDIENTE: 2018-0-51

**Material: SISTEMAS DE INFUSIÓN Y FILTRO 0,22
MICRAS**

Destino: HOSPITAL 12 DE OCTUBRE

Madrid, 17 de mayo de 2018

Han participado en la valoración de este procedimiento las siguientes unidades



Segura Paz, Ana María
Supervisora M. Interna planta 8



López Gutiérrez, Ana
Supervisora M. Interna planta 13



Cabañes Alonso, Esther
Supervisora Neonatos



Jarillo Sánchez, Antonio
Supervisor Recursos Materiales

La autenticidad de este documento se puede comprobar en www.madrid.org/csv
mediante el siguiente código seguro de verificación: **1055225556849098778418**