

PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TECNICAS PARTICULARES RELATIVO A LA CONTRATACIÓN DEL SUMINISTRO DE COILS PARA EMBOLIZACIÓN ANEURISMAS CEREBRALES SECCION NEURORADIOLOGÍA DEL HOSPITAL UNIVERSITARIO “12 DE OCTUBRE

El presente pliego de Prescripciones Técnicas, de acuerdo con el artículo 116 del RDL 3/2011, de 14 de Noviembre, de Contratos del Sector Público, contiene las prescripciones técnicas particulares que han de regir la ejecución del suministro de **COILS PARA EMBOLIZACIÓN ANEURISMAS CEREBRALES SECCION NEURORADIOLOGÍA DEL HOSPITAL UNIVERSITARIO “12 DE OCTUBRE**

LOTE	CODIGO	ARTICULO (DESCRIPCION TECNICA)
1	017408	<u>COIL PARA EMBOLIZACION DE ANEURISMAS CEREBRALES,</u> constituidos por un filamento de ácido poliglicólico (PGA) que discurre en el interior de un cuerpo de platino de modo longitudinal, de sistema 0.010”; 0.014” y 0.018”, para hacer cesta, relleno y finalización de los siguientes tipos de morfologías: de morfología cúbica y de morfología primaria en conformación delta con numerosos puntos de deflexión que cambian de dirección cada cuarto de mm y estructura secundaria helicoidal. Medidas de 1,5 a 18 mm de diámetro y que incluyan medidas de diámetro intermedias de 1,5 y 2,5 mm. Sistema de liberación termomecánico a través de un cable que conecta el extremo proximal de la unidad de posicionamiento del dispositivo (DPU) a una batería que aplica una corriente eléctrica. El calor aplicado funde la unión de polietileno que mantiene unido el coil al DPU.
2	017198	<u>COIL PARA EMBOLIZACION DE ANEURISMAS CEREBRALES,</u> de configuración tridimensional compleja sin forma predefinida para conseguir una perfecta adaptabilidad a la morfología de los aneurismas, diseñados para evitar la herniación del coil. Con resistencia al estiramiento. Extensa gama de grados de dureza (Standard, soft, ultrasoft,.....), con diferente softness (flexibilidad) a lo largo del coil. Con perfil entre 0.010” y 0.018”, diámetro entre 2 y 15 mm. Con sistema de largado electromecánico, termofusión,....
3	018598	<u>COIL PARA EMBOLIZACION DE ANEURISMAS CEREBRALES,</u> constituidos por un filamento de ácido poliglicólico(PGA) que discurre en el interior de un cuerpo de platino de modo longitudinal, de sistema 0.018” para relleno, de morfología primaria en conformación delta con numerosos puntos de deflexión que cambian de dirección cada cuarto de mm y estructura secundaria helicoidal. Medidas de 3 a 24 mm de diámetro. Sistema de liberación termomecánico, a través de un cable que conecta el extremo proximal de la unidad de posicionamiento del dispositivo (DPU) a una batería que aplica una corriente eléctrica. El calor aplicado funde la unión de polietileno que mantiene unido el coil al DPU.

LOTE	CODIGO	ARTICULO (DESCRIPCION TECNICA)
4		COIL PARA EMBOLIZACION DE ANEURISMAS CEREBRALES , sistema de embolización con coils de liberación mecánica controlada, compuesto de espiral de platino con suavidad progresiva, con fibra de polietileno de ultra alta densidad. Montado sobre hipotubo de acero inoxidable y nitinol recubierto de una fina capa de polímero (con marca radiopaca para facilitar posicionamiento). Disponible en configuración complex y wave (ola) y tres diferentes suavidades: standard, blanda y extrablanda.

MUESTRAS SOLICITADAS PARA LA EVALUACIÓN DE LOS PRODUCTOS: **NO**

- No obstante, durante el período de evaluación técnica de los productos ofertados, se podrán solicitar muestras, en aquellos casos que se considere necesario, requisito imprescindible para poder valorar la calidad del producto.

Las muestras se entregaran en el almacén General separadas del resto de la documentación del expediente.

Madrid, 23 de enero del 2018

SUBDIRECTORA MÉDICA DE
SERVICIOS CENTRALES
Fdo.: Dra. Victoria Ramos Rodríguez



JEFE SERVICIO DE RADIOLOGIA
Fdo.: José Carmelo Albillos Merino



MED. ADJUNTO NEURORADIOLOGIA
Fdo.: Dr. Jorge Campollo



EXPEDIENTE: 2018-0-22

OBJETO: SUMINISTRO COILS PARA EMBOLIZACION ANEURISMAS CEREBRALES SECCION NEURORADIOLOGIA HOSPITAL 12 OCTUBRE

ANEXO

LOTE	COD. ARTº	DESCRIPCION ARTICULO	CANTIDAD 12 MESES	PRECIO S/IVA	BASE IMPONIBLE	IVA 10 %	IMPORTE TOTAL
1	017408	COIL PARA EMBOLIZACION DE ANEURISMAS INTRACRANEALES, de sistema 0.010"; 0.014" y 0.018". Medidas de 1,5 a 18 mm de diámetro.	80	853,05	68.244,00	6.824,40	75.068,40
2	017198	COIL PARA EMBOLIZACION DE ANEURISMA CEREBRAL, con perfil entre 0.010" y 0.018", diámetro entre 2 y 15 mm.	100	765,00	76.500,00	7.650,00	84.150,00
3	018598	COIL PARA EMBOLIZACION DE ANEURISMAS INTRACRANEALES, de sistema 0.018" para relleno. Medidas de 3 a 24 mm de diámetro.	40	1.149,00	45.960,00	4.596,00	50.556,00
4		SISTEMA DE EMBOLIZACION CON COILS DE LIBERACION MECANICA CONTROLADA.	60	990,00	59.400,00	5.940,00	65.340,00
					250.104,00	25.010,40	275.114,40