

COMUNICACIÓN EMPRESAS ADMITIDAS Y EXCLUIDAS
--

LECTURA INFORME TÉCNICO Y APERTURA ECONÓMICA

Expediente:	P.A. 2018-0-22
--------------------	----------------

Denominación	SUMINISTRO DE COILS PARA EMBOLIZACIÓN ANEURISMAS CEREBRALES SECCIÓN NEURORADIOLOGÍA DEL HOSPITAL UNIVERSITARIO 12 DE OCTUBRE
---------------------	--

Tipo de Procedimiento	ABIERTO. PLURALIDAD DE CRITERIOS
------------------------------	----------------------------------

La Mesa de Contratación del Hospital Universitario “12 de Octubre”, en sesión de fecha **03 de mayo de 2018**, evaluada la documentación técnica presentada por los licitadores en el expediente de referencia, ha realizado la lectura del Informe técnico emitido por el servicio correspondiente, acordando rechazar las siguientes proposiciones de los licitadores abajo indicados por presentar oferta que según Informe técnico recogido en el ANEXO, no se ajusta a lo exigido en los pliegos, todo ello conforme a lo establecido en el art. 139.1 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público.

NIF	EMPRESA
B87389169	ANGIONAUTIX, S.L.
B82173451	STRYKER IBERIA, S.L.
B82612599	WORLD MEDICA, S.L.

A continuación se efectúa la apertura del sobre N° 3 (documentación económica) de las empresas que a continuación se relacionan:

NIF	EMPRESA
B66878398	BALT SPAIN MEDICAL, S.L.
B80601982	CARDIVA 2, S.L.
B96056023	MERCÉ V. ELECTROMEDICINA, S.L.

Y para que conste, se expide y firma en Madrid, a **03 de mayo de 2018**, de conformidad con lo previsto en el artículo 19 del Reglamento General de Contratación Pública de la Comunidad de Madrid, aprobado por Real Decreto 49/2003, de 3 de abril.

LA SECRETARIA DE LA MESA DE CONTRATACIÓN

Fdo.: M^a Nieves Lasso de la Vega Oteo

EXPEDIENTE: 2018-0-22

Material: COILS PARA EMBOLIZACIÓN ANEURISMAS CEREBRALES DECC. NEURORADIOLOGÍA

Destino: HOSPITAL 12 DE OCTUBRE

LOTE	CODIGO	CONCEPTO	Que cumplen con las especificaciones técnicas	Que no cumplen con las condiciones técnicas y causas por las que se rechazan
1	017408	<p>COIL PARA EMBOLIZACION DE ANEURISMAS CEREBRALES</p> <p>TOTAL PUNTOS MAXIMO 30 puntos</p> <p>1. Obtendrá la mayor puntuación la oferta con mayor variedad de diámetros y longitudes y al resto se le puntuará proporcionalmente7'5 puntos</p> <p>2. Morfología: Máximo 7'5 puntos</p> <ul style="list-style-type: none"> Complejo..... 7'5 puntos Tridimensional simple. 2 puntos Helicoidal.....1 punto <p>3. Adaptación al saco y cuello del aneurisma: Máximo 7'5 puntos</p> <ul style="list-style-type: none"> No requiere reposición habitualmente.... 7'5 puntos Requiere reposición .. 1 punto <p>4. Tiempo de largado del coil después de su posicionamiento: Máximo 7'5 puntos</p> <ul style="list-style-type: none"> Instantáneo..... 7'5 puntos En segundos..... 1 punto 	<p>CARDIVA 2... TOTAL PUNTOS: 30</p> <p>1.- 7'5 puntos</p> <p>2.- 7'5 puntos</p> <p>3.- 7'5 puntos</p> <p>4.- 7'5 puntos</p>	<p>ANGIONAUTIX: Presenta coil de platino, se solicita coil con filamento de acido poliglicólico(PGA).</p>

EXPEDIENTE: 2018-0-22

Material: COILS PARA EMBOLIZACIÓN ANEURISMAS CEREBRALES DECC. NEURORADIOLOGÍA

Destino: HOSPITAL 12 DE OCTUBRE

LOTE	CODIGO	CONCEPTO	Que cumplen con las especificaciones técnicas	Que no cumplen con las condiciones técnicas y causas por las que se rechazan
2	017198	<p>COIL PARA EMBOLIZACION DE ANEURISMAS CEREBRALES</p> <p>TOTAL PUNTOS MAXIMO 30 puntos</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Obtendrá la mayor puntuación la oferta con mayor variedad de diámetros y longitudes y al resto se le puntuará proporcionalmente7'5 puntos 2. Morfología: Máximo 7'5 puntos <ul style="list-style-type: none"> • Complejo..... 7'5 puntos • Tridimensional simple. 2 puntos • Helicoidal.....1 punto 3. Adaptación al saco y cuello del aneurisma: Máximo 7'5 puntos <ul style="list-style-type: none"> • No requiere reposición habitualmente.... 7'5 puntos • Requiere reposición .. 1 punto 4. Tiempo de largado del coil después de su posicionamiento: Máximo 7'5 puntos <ul style="list-style-type: none"> • Instantáneo..... 7'5 puntos • En segundos..... 1 punto 	<p>BALT SPAIN MEDICAL....TOTAL PUNTOS: 30</p> <ol style="list-style-type: none"> 1.- 7'5 puntos 2.- 7'5 puntos 3.- 7'5 puntos 4.- 7'5 puntos 	

EXPEDIENTE: 2018-0-22

Material: COILS PARA EMBOLIZACIÓN ANEURISMAS
CEREBRALES DECC. NEURORADIOLOGÍA

Destino: HOSPITAL 12 DE OCTUBRE

LOTE	CODIGO	CONCEPTO	Que cumplen con las especificaciones técnicas	Que no cumplen con las condiciones técnicas y causas por las que se rechazan
3	018598	<p>COIL PARA EMBOLIZACION DE ANEURISMAS CEREBRALES</p> <p>TOTAL PUNTOS MAXIMO 30 puntos</p> <p>1. Obtendrá la mayor puntuación la oferta con mayor variedad de diámetros y longitudes y al resto se le puntuará proporcionalmente7'5 puntos</p> <p>2. Morfología: Máximo 7'5 puntos</p> <ul style="list-style-type: none"> Complejo..... 7'5 puntos Tridimensional simple. 2 puntos Helicoidal.....1 punto <p>3. Adaptación al saco y cuello del aneurisma: Máximo 7'5 puntos</p> <ul style="list-style-type: none"> No requiere reposición habitualmente.... 7'5 puntos Requiere reposición .. 1 punto <p>4. Tiempo de largado del coil después de su posicionamiento: Máximo 7'5 puntos</p> <ul style="list-style-type: none"> Instantáneo..... 7'5 puntos En segundos..... 1 punto 	<p>CARDIVA 2... TOTAL PUNTOS: 30</p> <p>1.- 7'5 puntos</p> <p>2.- 7'5 puntos</p> <p>3.- 7'5 puntos</p> <p>4.- 7'5 puntos</p>	

EXPEDIENTE: 2018-0-22

Material: COILS PARA EMBOLIZACIÓN ANEURISMAS
CEREBRALES DECC. NEURORADIOLOGÍA

Destino: HOSPITAL 12 DE OCTUBRE

LOTE	CODIGO	CONCEPTO	Que cumplen con las especificaciones técnicas	Que no cumplen con las condiciones técnicas y causas por las que se rechazan
4		<p>COIL PARA EMBOLIZACION DE ANEURISMAS CEREBRALES</p> <p>TOTAL PUNTOS MAXIMO 30 puntos</p> <p>1. Obtendrá la mayor puntuación la oferta con mayor variedad de diámetros y longitudes y al resto se le puntuará proporcionalmente7'5 puntos</p> <p>2. Morfología: Máximo 7'5 puntos</p> <ul style="list-style-type: none"> Complejo..... 7'5 puntos Tridimensional simple. 2 puntos Helicoidal.....1 punto <p>3. Adaptación al saco y cuello del aneurisma: Máximo 7'5 puntos</p> <ul style="list-style-type: none"> No requiere reposición habitualmente.... 7'5 puntos Requiere reposición .. 1 punto <p>4. Tiempo de largado del coil después de su posicionamiento: Máximo 7'5 puntos</p> <ul style="list-style-type: none"> Instantáneo..... 7'5 puntos En segundos..... 1 punto 	<p>MERCE V. TOTAL PUNTOS: 30</p> <p>1.- 7'5 puntos</p> <p>2.- 7'5 puntos</p> <p>3.- 7'5 puntos</p> <p>4.- 7'5 puntos</p>	<p>ANGIONAUTIX; WORLD MEDICA; STRYKER: El coil ofertado no está montado sobre hipotubo de acero inoxidable y nitinol; tal y como se solicita en el PPT.</p> <p>No dispone de configuración complex y wave(ola), tal y como se solicita en el PPT.</p>

Madrid, 24 de Abril del 2018

Por el Servicio de Neurorradiología Intervencionista

Dr. D. Jorge Campollo

