

COMUNICACIÓN EMPRESAS ADMITIDAS Y EXCLUIDAS
--

LECTURA INFORME TÉCNICO Y APERTURA ECONÓMICA

Expediente:	P.A. 2018-0-29
--------------------	----------------

Denominación	SUMINISTRO DE STENT CERVICALES E INTRACRANEALES SECCIÓN NEURORADIOLOGÍA DEL HOSPITAL UNIVERSITARIO 12 DE OCTUBRE
---------------------	--

Tipo de Procedimiento	ABIERTO. PLURALIDAD DE CRITERIOS
------------------------------	----------------------------------

La Mesa de Contratación del Hospital Universitario “12 de Octubre”, en sesión de fecha **03 de mayo de 2018**, evaluada la documentación técnica presentada por los licitadores en el expediente de referencia, ha realizado la lectura del Informe técnico emitido por el servicio correspondiente, acordando admitir las siguientes proposiciones de los licitadores abajo indicados por presentar oferta que según Informe técnico recogido en el ANEXO, se ajusta a lo exigido en los pliegos, todo ello conforme a lo establecido en el art. 139.1 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público.

NIF	EMPRESA
A08099681	ABBOTT LABORATORIES, S.A.
B87389169	ANGIONAUTIX, S.L.
B66878398	BALT SPAIN MEDICAL, S.L.
A80401821	BOSTON SCIENTIFIC IBÉRICA, S.A.
B80601982	CARDIVA 2, S.L.
B08438731	IZASA HOSPITAL, S.L.U.
A28389484	MEDTRONIC IBÉRICA, S.A.
B82173451	STRYKER IBERICA, S.L.

A continuación se efectúa la apertura del sobre N° 3 (documentación económica) de la empresa que a continuación se relaciona:

NIF	EMPRESA
A08099681	ABBOTT LABORATORIES, S.A.
B87389169	ANGIONAUTIX, S.L.
B66878398	BALT SPAIN MEDICAL, S.L.
A80401821	BOSTON SCIENTIFIC IBÉRICA, S.A.
B80601982	CARDIVA 2, S.L.
B08438731	IZASA HOSPITAL, S.L.U.
A28389484	MEDTRONIC IBÉRICA, S.A.
B82173451	STRYKER IBERICA, S.L.

Y para que conste, se expide y firma en Madrid, a **03 de mayo de 2018**, de conformidad con lo previsto en el artículo 19 del Reglamento General de Contratación Pública de la Comunidad de Madrid, aprobado por Real Decreto 49/2003, de 3 de abril.

LA SECRETARIA DE LA MESA DE CONTRATACIÓN

Fdo.: M^a Nieves Lasso de la Vega Oteo

ANEXO

EXPEDIENTE: 2018-0-29

Material: STENT CERVICALES E INTRACRANEALES
SECCIÓN NEURORADIOLOGÍA

Destino: HOSPITAL 12 DE OCTUBRE

LOTE	CODIGO	CONCEPTO	Que cumplen con las especificaciones técnicas	Que no cumplen con las condiciones técnicas y causas por las que se rechazan
1	058476	Stent para tratamiento de lesiones de carótida autoexpandible de nitinol TOTAL PUNTOS MAXIMO 30 puntos 1.- Visibilidad: Se valorará proporcionalmente el nº de marcas y la radiopacidad (a mayor nº de marcas, mayor puntuación).....Máximo 10 puntos 2.- Navegabilidad y flexibilidad a través de los vasos tortuosos..... Máximo 10 puntos 3.- Facilidad de deslizamiento del stent durante la colocación..... Máximo 10 puntos		IZASA HOSPITAL: Oferta longitud útil del catéter de 135 cm; se solicita de 145 cm. Los diámetros del stent ofertados son de 6 a 10 mm; se solicitan de 5 a 10 mm.
2	056566	Stent para tratamiento de lesiones de carótida monorail autoexpandible de celda cerrada TOTAL PUNTOS MAXIMO 30 puntos 1.- Visibilidad: Se valorará proporcionalmente el nº de marcas y la radiopacidad (a mayor nº de marcas, mayor puntuación).....Máximo 10 puntos 2.- Navegabilidad y flexibilidad a través de los vasos tortuosos..... Máximo 10 puntos 3.- Facilidad de deslizamiento del stent durante la colocación..... Máximo 10 puntos	BOSTON SCIENTIFIC IBERICA, S.A.: TOTAL PUNTOS..... 30 1.- 10 puntos 2.- 10 puntos 3.- 10 puntos	IZASA HOSPITAL: El stent ofertado es de celda abierta recubierto de micromalla de PET; se solicita stent de celda cerrada de monofilamento.

EXPEDIENTE: 2018-0-29

Material: STENT CERVICALES E INTRACRANEALES
SECCIÓN NEURORADIOLOGÍA

Destino: HOSPITAL 12 DE OCTUBRE

LOTE	CODIGO	CONCEPTO	Que cumplen con las especificaciones técnicas	Que no cumplen con las condiciones técnicas y causas por las que se rechazan
3		Stent para tratamiento de lesiones de carótida construido con nitinol, monorail, autoexpansible de celda abierta TOTAL PUNTOS MAXIMO 30 puntos 1.- Visibilidad: Se valorará proporcionalmente el nº de marcas y la radiopacidad (a mayor nº de marcas, mayor puntuación).....Máximo 10 puntos 2.- Navegabilidad y flexibilidad a través de los vasos tortuosos..... Máximo 10 puntos 3.- Facilidad de deslizamiento del stent durante la colocación..... Máximo 10 puntos	ABBOTT LABORATORIES; IZASA HOSPITAL; MEDTRONIC IBERICA.: TOTAL PUNTOS.....30 1.- 10 puntos 2.- 10 puntos 3.- 10 puntos	
4	054335	Stent vascular periférico de acero inoxidable. Arquitectura del stent mixta TOTAL PUNTOS MAXIMO 30 puntos 1.- Visibilidad: Se valorará proporcionalmente el nº de marcas y la radiopacidad (a mayor nº de marcas, mayor puntuación).....Máximo 10 puntos 2.- Navegabilidad y flexibilidad a través de los vasos tortuosos..... Máximo 10 puntos 3.- Facilidad de deslizamiento del stent durante la colocación..... Máximo 10 puntos	BOSTON SCIENTIFIC IBERICA, S.A.: TOTAL PUNTOS..... 30 1.- 10 puntos 2.- 10 puntos 3.- 10 puntos	

EXPEDIENTE: 2018-0-29

Material: STENT CERVICALES E INTRACRANEALES
SECCIÓN NEURORADIOLOGÍA

Destino: HOSPITAL 12 DE OCTUBRE

LOTE	CODIGO	CONCEPTO	Que cumplen con las especificaciones técnicas	Que no cumplen con las condiciones técnicas y causas por las que se rechazan
5		Stent vascular periférico de acero inoxidable. Arquitectura del stent mixta TOTAL PUNTOS MAXIMO 30 puntos 1.- Visibilidad: Se valorará proporcionalmente el nº de marcas y la radiopacidad (a mayor nº de marcas, mayor puntuación).....Máximo 10 puntos 2.- Navegabilidad y flexibilidad a través de los vasos tortuosos..... Máximo 10 puntos 3.- Facilidad de deslizamiento del stent durante la colocación..... Máximo 10	BOSTON SCIENTIFIC IBERICA, S.A.: TOTAL PUNTOS..... 30 1.- 10 puntos 2.- 10 puntos 3.- 10 puntos	
6	057048	Sistema de stent auto-expandible de celda abierta para el tratamiento de lesiones vasculares cerebrales. TOTAL PUNTOS MAXIMO 30 puntos 1.- Visibilidad: Se valorará proporcionalmente el nº de marcas y la radiopacidad (a mayor nº de marcas, mayor puntuación).....Máximo 10 puntos 2.- Navegabilidad y flexibilidad a través de los vasos tortuosos..... Máximo 10 puntos 3.- Facilidad de deslizamiento del stent durante la colocación..... Máximo 10 puntos	STRYKER IBERICA, S.L.: TOTAL PUNTOS..... 30 1.- 10 puntos 2.- 10 puntos 3.- 10 puntos	

EXPEDIENTE: 2018-0-29

**Material: STENT CERVICALES E INTRACRANEALES
SECCIÓN NEURORADIOLOGÍA**

Destino: HOSPITAL 12 DE OCTUBRE

LOTE	CODIGO	CONCEPTO	Que cumplen con las especificaciones técnicas	Que no cumplen con las condiciones técnicas y causas por las que se rechazan
7		Sistema de stent auto-expandible indicado para su uso en pacientes con AIT o ictus TOTAL PUNTOS MAXIMO 30 puntos 1.- Visibilidad: Se valorará proporcionalmente el nº de marcas y la radiopacidad (a mayor nº de marcas, mayor puntuación).....Máximo 10 puntos 2.- Navegabilidad y flexibilidad a través de los vasos tortuosos..... Máximo 10 puntos 3.- Facilidad de deslizamiento del stent durante la colocación..... Máximo 10 puntos	NO HAY OFERTAS	
8	056736	Stent para reconstrucción de nitinol recubierto de polímero con celdas cerradas TOTAL PUNTOS MAXIMO 30 puntos 1.- Visibilidad: Se valorará proporcionalmente el nº de marcas y la radiopacidad (a mayor nº de marcas, mayor puntuación).....Máximo 10 puntos 2.- Navegabilidad y flexibilidad a través de los vasos tortuosos..... Máximo 10 puntos 3.- Facilidad de deslizamiento del stent durante la colocación.....Máximo 10 puntos	CARDIVA, 2, S.L.: TOTAL PUNTOS..... 30 1.- 10 puntos 2.- 10 puntos 3.- 10 puntos	

EXPEDIENTE: 2018-0-29

Material: STENT CERVICALES E INTRACRANEALES
SECCIÓN NEURORADIOLOGÍA

Destino: HOSPITAL 12 DE OCTUBRE

LOTE	CODIGO	CONCEPTO	Que cumplen con las especificaciones técnicas	Que no cumplen con las condiciones técnicas y causas por las que se rechazan
9		Stent Intracraneal autoexpandible de celda cerrada de nitinol con guía TOTAL PUNTOS MAXIMO 30 puntos 1.- Visibilidad: Se valorará proporcionalmente el nº de marcas y la radiopacidad (a mayor nº de marcas, mayor puntuación)..... Máximo 10 puntos 2.- Navegabilidad y flexibilidad a través de los vasos tortuosos..... Máximo 10 puntos 3.- Facilidad de deslizamiento del stent durante la colocación... Máximo 10 puntos	BALT SPAIN MEDICAL, S.L.: TOTAL PUNTOS..... 30 1.- 10 puntos 2.- 10 puntos 3.- 10 puntos	
10		Stent autoexpandible de nitinol para el tratamiento de aneurismas intracraneales TOTAL PUNTOS MAXIMO 30 puntos 1.- Visibilidad: Se valorará proporcionalmente el nº de marcas y la radiopacidad (a mayor nº de marcas, mayor puntuación)..... Máximo 10 puntos 2.- Navegabilidad y flexibilidad a través de los vasos tortuosos..... Máximo 10 puntos 3.- Facilidad de deslizamiento del stent durante la colocación..... Máximo 10 puntos	ANGIONAUTIX, S.L.: TOTAL PUNTOS.....30 1.- 10 puntos 2.- 10 puntos 3.- 10 puntos	

EXPEDIENTE: 2018-0-29

Material: STENT CERVICALES E INTRACRANEALES
SECCIÓN NEURORADIOLOGÍA

Destino: HOSPITAL 12 DE OCTUBRE

LOTE	CODIGO	CONCEPTO	Que cumplen con las especificaciones técnicas	Que no cumplen con las condiciones técnicas y causas por las que se rechazan
11		Stent autoexpandible de nitinol para el tratamiento de estenosis intracraneales TOTAL PUNTOS MAXIMO 30 puntos 1.- Visibilidad: Se valorará proporcionalmente el nº de marcas y la radiopacidad (a mayor nº de marcas, mayor puntuación).....Máximo 10 puntos 2.- Navegabilidad y flexibilidad a través de los vasos tortuosos..... Máximo 10 puntos 3.- Facilidad de deslizamiento del stent durante la colocación... Máximo 10 puntos	ANGIONAUTIX, S.L.: TOTAL PUNTOS..... 30 1.- 10 puntos 2.- 10 puntos 3.- 10 puntos	

Madrid, 24 de Abril de 2018

Por el Servicio de Neurorradiología Intervencionista

Dr. D. Jorge Campollo

