

PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TECNICAS PARTICULARES PARA EL SUMINISTRO DE APÓSITOS, COMPRESAS, GASAS PARA EL HOSPITAL UNIVERSITARIO "12 DE OCTUBRE"

El presente pliego de Prescripciones Técnicas, de acuerdo con los artículos 116 del TRLCSP, aprobado por Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre y 68 del RGLCAP, aprobado por Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre, contiene las prescripciones técnicas particulares que han de regir la ejecución suministro de **APÓSITOS, COMPRESAS, GASAS**, con destino al Hospital Universitario "12 de Octubre".

LOTE	CODIGO ARTICULO	ARTICULO (DESCRIPCION TECNICA)
1	014046	<p>APÓSITO SIN TEJER ESTÉRIL PARA PLANTA 7.5x7.5 CM</p> <ul style="list-style-type: none"> • Apósito de tejido sin tejer estéril. • Gramaje mínimo: 30 gr/m². • Mínimo desprendimiento de Partículas (Máx. 2,5 g/m²). • Que no se deshaga con líquidos ni deje residuos. • Medidas de corte: 15 x15 cm. • Plegada a 4 capas. • Medidas finales: 7.5 x 7.5 cm. • Método de esterilización por vapor. • Composición: 30% poliéster + 70% viscosa. • Exento de látex. • Certificación de clase "Ia Estéril" o "IIa Quirúrgico". • Envase de fácil apertura estéril con 5 apósitos.
2	014008	<p>APÓSITO PARA CURAS Y APLICACIONES POSTQUIRÚRGICAS ESTÉRIL 10x10 CM</p> <ul style="list-style-type: none"> • Apósito de tejido sin tejer estéril. • Gramaje mínimo: 30 gr/m². • Mínimo desprendimiento de Partículas (Máx. 2,5 g/m²). • Que no se deshaga con líquidos ni deje residuos. • Medidas de corte: 20 x 20 cm. • Plegada a 4 capas. • Medidas finales: 10 x 10 cm. • Método de esterilización por vapor. • Composición: 30% poliéster + 70% viscosa. • Exento de látex. • Certificación de clase "Ia Quirúrgico". • Envase de fácil apertura estéril con 10 apósitos.
3	014020	<p>APOSITO PARA QUIROFANO CON CONTRASTE RADIOLOGICO ESTERIL DE 10x10 CM</p> <ul style="list-style-type: none"> • Apósito de tejido sin tejer estéril, con control radiológico, bien adherido a la

LOTE	CODIGO ARTICULO	ARTICULO (DESCRIPCION TECNICA)
		<p>gasa.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Gramaje mínimo: 50 gr/m². • Resistencia a la tracción: <ul style="list-style-type: none"> ○ Longitudinal mín 50 N/5cm ○ Transversal mín 30N/5cm • Capacidad de absorción mínima de 900%. • Mínimo desprendimiento de Partículas (Máx. 2,5 g/m²). • Que no se deshaga con líquidos ni deje residuos. • Medidas de corte: 20 x 20 cm. • Plegada a 4 capas. • Medidas finales: 10 x 10 cm. • Método de esterilización por vapor. • Composición: 30% poliéster + 70% viscosa. • Exento de látex. • Certificación de clase "Ila Quirúrgico". • Envase de fácil apertura estéril con 10 apósitos. • Certificado de biocompatibilidad.
4	014019	<p>APOSITO PARA QUIROFANO Y CURAS POSTQUIRURGICAS ESTERIL DE 10x10 CM</p> <ul style="list-style-type: none"> • Apósito de tejido sin tejer estéril. • Gramaje mínimo: 50 gr/m². • Capacidad de absorción mínima de 900%. • Mínimo desprendimiento de Partículas (Máx. 2,5 g/m²). • Que no se deshaga con líquidos ni deje residuos. • Medidas de corte: 20 x 20 cm. • Plegada a 4 capas. • Medidas finales: 10 x 10 cm. • Método de esterilización por vapor. • Composición: 30% poliéster + 70% viscosa. • Exento de látex. • Certificación de clase "Ila Quirúrgico". • Envase de fácil apertura estéril con 10 apósitos.
5	014009	<p>APÓSITO SIN TEJER PARA PLANTA Y CURAS POSTQUIRÚRGICAS ESTÉRIL 10X20 CM</p> <ul style="list-style-type: none"> • Apósito de tejido sin tejer estéril. • Gramaje mínimo: 30 gr/m². • Mínimo desprendimiento de Partículas (Máx. 2,5 g/m²). • Que no se deshaga con líquidos ni deje residuos. • Medidas de corte: 20 x 40 cm. • Plegada a 4 capas. • Medidas finales: 10 x 20 cm. • Método de esterilización por vapor. • Composición: 30% poliéster + 70% viscosa. • Exento de látex. • Certificación de clase "Ila Quirúrgico". • Envase de fácil apertura estéril con 2 apósitos.

LOTE	CODIGO ARTICULO	ARTICULO (DESCRIPCION TECNICA)
6	014025	<p>APÓSITO PARA QUIROFANO CON CONTRASTE RADIOLOGICO ESTERIL DE 50x50 CM</p> <ul style="list-style-type: none"> • Apósito de tejido sin tejer estéril, con control radiológico, bien adherido a la gasa. • Gramaje mínimo: 50 gr/m². • Resistencia a la tracción: <ul style="list-style-type: none"> ○ Longitudinal mín 50 N/5cm ○ Transversal mín 30N/5cm • Capacidad de absorción mínima de 900%. • Mínimo desprendimiento de Partículas (Máx. 2,5 g/m²). • Que no se deshaga con líquidos ni deje residuos. • Medidas de corte: 80 x 45 cm. • Plegada a 16 capas. • Medidas finales: 10 x 20 cm. • Al desplegar el Apósito en su primer pliegue, se ha de poder realizar en sentido longitudinal, de tal forma que las medidas aproximadas tras desplegar por primera vez sean 10cm x 45cm aprox. (para favorecer su manejabilidad en Campo Quirúrgico). • Método de esterilización por vapor. • Composición: 30% poliéster + 70% viscosa. • Exento de látex. • Certificación de clase "Ila Quirúrgico". • Envase de fácil apertura estéril con 6 apósitos. • Certificado de biocompatibilidad.
7	014018	<p>APÓSITO PARA QUIROFANO ESTERIL DE 50x50</p> <ul style="list-style-type: none"> • Apósito de tejido sin tejer estéril. • Gramaje mínimo: 50 gr/m². • Capacidad de absorción mínima de 900%. • Mínimo desprendimiento de Partículas (Máx. 2,5 g/m²). • Que no se deshaga con líquidos ni deje residuos. • Medidas de corte: 80 x 40 cm. • Plegada a 16 capas. • Medidas finales: 10 x 20 cm. • Al desplegar el Apósito en su primer pliegue, se ha de poder realizar en sentido longitudinal, de tal forma que las medidas aproximadas tras desplegar por primera vez sean 10cm x 45cm aprox. (para favorecer su manejabilidad en Campo Quirúrgico). • Método de esterilización por vapor. • Composición: 30% poliéster + 70% viscosa. • Exento de látex. • Certificación de clase "Ila Quirúrgico". • Envase de fácil apertura estéril con 6 apósitos.
8	014049	<p>APÓSITO PARA QUIROFANO - ANESTESIA ESTERIL DE 50x50 VERDE (COMPRESA)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Sobre de papel mixto que contenga 6 compresas remalladas estériles. • Medidas del sobre: 32 X 15 cm. aproximadamente. • Color de la compresa: verde.

LOTE	CODIGO ARTICULO	ARTICULO (DESCRIPCION TECNICA)
		<ul style="list-style-type: none"> Número de capas: 4 capas. Número de hilos: 17 / cm². Mínimo. Corte: 50 x 50 cm. aproximadamente. Plegado: sobre sí misma a la mitad, de 25 x 12 cm. aproximadamente. La colocación de las compresas dentro del sobre será: 5 compresas en un sentido y la 6ª envolviendo a las otras en sentido contrario (en bocadillo). Composición: algodón 100 %. Tejido rectilíneo. Que no se deshaga con líquidos ni deje residuos. Los sobres llevarán testigo exterior de esterilización. Facilidad de apertura del sobre (pestaña lateral)
9	014023	<p>GASA 16X25 Y COMPRESA 60X40 VERDE:</p> <p><u>GASA</u></p> <ul style="list-style-type: none"> Color: verde. Número de hilos: 17 / cm². Mínimo. Corte: 16 x 25 cm. aproximadamente. Plegado: 8 x 6 cm. aproximadamente. Composición: algodón 100 %. Tejido rectilíneo. Que no se deshaga con líquidos ni deje residuos. Los sobres llevarán testigo exterior de esterilización. Facilidad de apertura del sobre (pestaña lateral). <p><u>COMPRESA</u></p> <ul style="list-style-type: none"> Color: verde. Número de hilos: 15 / cm² mínimo. Corte: 60 x 40 cm. aproximadamente. Plegado: <u>En forma de libro</u>. 22 x 10 cm. Aproximadamente. Composición: algodón 100 %. Tejido rectilíneo. Que no se deshaga con líquidos ni deje residuos. Los sobres llevarán testigo exterior de esterilización. Facilidad de apertura del sobre (pestaña lateral). <p>Presentación: sobre de papel mixto con 10 gasas y 2 compresas.</p>
10	014044	<p>APÓSITO PARA QUIRÓFANO ESTÉRIL CIRUGIA PEDIÁTRICA ESTERIL 40X40</p> <ul style="list-style-type: none"> Apósito de tejido sin tejer estéril Gramaje mínimo: 50 gr/m². Resistencia a la tracción: <ul style="list-style-type: none"> Longitudinal mín 50 N/5cm Transversal mín 30N/5cm Capacidad de absorción mínima de 900%. Mínimo desprendimiento de Partículas (Máx. 2,5 g/m²). Que no se deshaga con líquidos ni deje residuos. Medidas de corte: 40 x 40 cm. Plegada a 8 capas.

LOTE	CODIGO ARTICULO	ARTICULO (DESCRIPCION TECNICA)
		<ul style="list-style-type: none"> • Medidas finales: 10 x 20 cm. 8 capas. • Al desplegar el Apósito en su primer pliegue, se ha de poder realizar en sentido longitudinal, de tal forma que las medidas aproximadas tras desplegar por primera vez sean 10cm x 40cm aprox. (para favorecer su manejabilidad en Campo Quirúrgico). • Método de esterilización por vapor. • Composición: 30% poliéster + 70% viscosa. • Exento de látex. • Certificación de clase "Ila Quirúrgico". • Envase de fácil apertura estéril con 5 apósitos. • Certificado de biocompatibilidad.
11	014045	<p>APÓSITO PARA PARTOS ESTERIL 50X50</p> <ul style="list-style-type: none"> • Apósito de tejido sin tejer estéril • Gramaje mínimo: 50 gr/m². • Capacidad de absorción mínima de 900%. • Mínimo desprendimiento de Partículas (Máx. 2,5 g/m²). • Que no se deshaga con líquidos ni deje residuos. • Medidas de corte: 80 x 45 cm. • Plegada a 16 capas. • Medidas finales: 10 x 20 cm. • Al desplegar el Apósito en su primer pliegue, se ha de poder realizar en sentido longitudinal, de tal forma que las medidas aproximadas tras desplegar por primera vez sean 10cm x 45cm aprox. (para favorecer su manejabilidad en Campo Quirúrgico). • Método de esterilización por vapor. • Composición: 30% poliéster + 70% viscosa. • Exento de látex. • Certificación de clase "Ila Quirúrgico". • Envase de fácil apertura estéril con 2 apósitos.
12	014005	<p>APÓSITO SIN TEJER NO ESTÉRIL PARA PLANTA 7.5x7.5</p> <ul style="list-style-type: none"> • Apósito de tejido sin tejer no estéril. • Gramaje mínimo: 30 gr /cm² • No desprendimiento de partículas (Máx. 2,5 g/m²). • Que no se deshaga con líquidos ni deje residuos. • Medidas de corte: 15 x15 cm. • Plegada 4 capas • Medidas finales: 7.5 x 7.5 cm. • Composición: 30% poliéster + 70% viscosa. • Exento de látex. • Envase: continente no estéril de 100 apósitos.

(Apósitos, compresas y gasas)

Las medidas son aproximadas con una tolerancia de $\pm 5\%$.

MUESTRAS SOLICITADAS PARA LA EVALUACIÓN DE LOS PRODUCTOS: SI.

- **5 sobres o unidades (según el caso) por lote**

No obstante, y durante el período de evaluación técnica de los productos ofertados, se podrán solicitar más muestras en aquellos casos que se considere necesario, requisito imprescindible para poder valorar la calidad del producto.

Madrid, 19 de Enero de 2018

Directora de Enfermería

Supervisor de Recursos Materiales



Fdo: Dr. Andión Goñi



Fdo.: Jarillo Sánchez

Dña. M. Andión Goñi Olangua

ANEXO

EXPEDIENTE :2018-0-21
OBJETO: SUMINISTRO DE APOSITOS, COMPRESAS Y GASAS

LOTE	DESCRIPCION ARTICULO	CANTIDAD 12 MESES	PRESUPUESTO			
			PRECIO S/IVA	BASE IMPONIBLE	IVA	IMPORTE TOTAL
1	APOSITO SIN TEJER ESTERIL P/PLANTA 7.5X7.5	860.000	0,02780	23.908,000	2.390,800	26.298,800
2	APOSITO PARA CURAS Y APLICACIONES POSQUIRURGICAS ESTERIL 10X10 CM 4 CAPAS 30 GR.	90.000	0,03800	3.420,000	342,000	3.762,000
3	APOSITO PARA QUIROFANO CON CONTRASTE RADIOLOGICO ESTERIL DE 10X10 CM	32.000	0,14400	4.608,000	460,800	5.068,800
4	APOSITO PARA QUIROFANO Y CURAS POSTQUIRURGICAS ESTERIL DE 10X10 CM 4 CAPAS 50 GRAMOS	45.000	0,13000	5.850,000	585,000	6.435,000

5	APOSITO SIN TEJER ESTERIL PARA PLANTA Y CURAS POSTQUIRURGICAS ESTERIL 10X20 CM 30 GRAMOS	285.000	0,04600	13.110,000	1.311,000	14.421,000
6	APOSITO PARA QUIROFANO CON CONTRASTE RADIOLOGICO ESTERIL DE 50X50 CM	43.000	0,79000	33.970,000	3.397,000	37.367,000
7	APOSITO PARA QUIROFANO ESTERIL DE 50X50 CM	35.000	0,74000	25.900,000	2.590,000	28.490,000
8	APOSITO PARA QUIROFANO-ANESTESIA ESTERIL DE 50X50 VERDE	6.000	2,10000	12.600,000	1.260,000	13.860,000
9	GASA 16X25 VERDE Y COMPRESA 60X40 VERDE	34.000	0,34000	11.560,000	1.156,000	12.716,000
10	APOSITO PARA Qº ESTERIL 33 X 33 CM. CIR.PEDIATRICA	7.600	0,27400	2.082,400	208,240	2.290,640
11	APOSITO PARA PARTOS ESTERIL 50X50 CM	32.000	0,21200	6.784,000	678,400	7.462,400
12	APOSITO SIN TEJER NO ESTERIL P/PLANTA 7.5X7.5	3.105.000	0,00250	7.762,500	776,250	8.538,750
				151.554,900	15.155,4900	166.710,3900