

COMUNICACIÓN EMPRESAS ADMITIDAS Y EXCLUIDAS
LECTURA INFORME TÉCNICO Y APERTURA ECONÓMICA

Expediente:	P.A. 2018-0-13
--------------------	----------------

Denominación	SUMINISTRO DE CATÉTERES E INTRODUCORES PARA ARTERIA PULMONAR Y CATÉTERES INTRAVENOSOS Y ARTERIALES PARA EL HOSPITAL UNIVERSITARIO “12 DE OCTUBRE”
---------------------	---

Tipo de Procedimiento	ABIERTO. PLURALIDAD DE CRITERIOS
------------------------------	----------------------------------

La Mesa de Contratación del Hospital Universitario “12 de Octubre”, en sesión de fecha **18 de abril de 2018**, evaluada la documentación técnica presentada por los licitadores en el expediente de referencia, ha realizado la lectura del Informe técnico emitido por el servicio correspondiente, acordando rechazar las siguientes proposiciones de los licitadores abajo indicados por presentar ofertas que según Informe técnico no se ajustan a lo exigido en los pliegos, todo ello conforme a lo establecido en el art. 139.1 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público.

EMPRESA	LOTES	MOTIVO
B. BRAUN MEDICAL, S.A.	1	La guía presentada es de 50 cm, se solicita de al menos 60 cm.
	2	La guía presentada es de 50 cm, se solicita de al menos 60 cm.
	3	La guía presentada es de 50 cm, se solicita de al menos 60 cm.
	7	No presenta jeringa, como se solicita.
	8	
CATHMEDICAL CARDIOVASCULAR, S.A.	1	La punta del catéter no es blanda como se solicita. Presenta lúmenes de 14 y 18; no los dos de 16 Ga que se solicitan.
	2	La punta del catéter no es blanda como se solicita.
	5	Presenta cánula, guía y catéter no integrados en una pieza como se solicita.
	6	
	7	La punta del catéter no es blanda como se solicita.
	8	
EDWARS LIFESCIENCES, S.L.	4	Presenta 1 Vía de Infusión y se solicitan 2.
INTERSURGICAL ESPAÑA, S.L.	5	Presenta cánula, guía y catéter no integrados en una pieza como se solicita.
	6	
IMARK-HOSPITAL, S.L.	5	No presenta guía metálica como se solicita.
	6	
TELEFLEX MEDICAL, S.A.U.	7	No presenta extremo proximal de las vías del catéter transparente como se solicita.
	8	
	9	Longitud de la guía presentada de 68 cms y debe ser de al menos 70 cms, como se solicita.
VYGON, S.A.U.	6	Presenta cánula, guía y catéter no integrados en una pieza como se solicita.



A continuación se efectúa la apertura del sobre N° 3 (documentación económica) de las empresas que a continuación se relacionan:

NIF	EMPRESA
A08092744	B. BRAUN MEDICAL, S.A.
B96954078	EDWARS LIFESCIENCES, S.L.
A03142114	TELEFLEX MEDICAL, S.A.U.

Y para que conste, se expide y firma en Madrid, a **18 de abril de 2018**, de conformidad con lo previsto en el artículo 19 del Reglamento General de Contratación Pública de la Comunidad de Madrid, aprobado por Real Decreto 49/2003, de 3 de abril.

LA SECRETARIA DE LA MESA DE CONTRATACIÓN

Fdo.: M^a Nieves Lasso de la Vega Oteo



La autenticidad de este documento se puede comprobar en www.madrid.org/csv
mediante el siguiente código seguro de verificación: **125799645503593176609**