

PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TECNICAS PARTICULARES PARA EL SUMINISTRO DE CASSETTES DE MEDICACIÓN CON DESTINO AL HOSPITAL UNIVERSITARIO “12 DE OCTUBRE”

El presente pliego de Prescripciones Técnicas, de acuerdo con los artículos 116 del TRLCSP, aprobado por Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre y 68 del RGLCAP, aprobado por Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre, contiene las prescripciones técnicas particulares que han de regir la ejecución suministro de **CASSETTES DE MEDICACIÓN**, con destino al Hospital Universitario “12 de Octubre”.

LOTE	COD. ARTº	ARTICULO (DESCRIPCIÓN TECNICA)
1	015757	<p>BOLSA CASSETTE MEDICACION DE 50- 100 ML:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Con protección de luz solar (funda opaca o cassette tintado), para la utilización con bomba de infusión ambulatoria. • Carcasa de bomba rígida o cassette rígido (protección para la medicación) <p><u>CARACTERISTICAS DE LA BOMBA DE INFUSION:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Software de manejo sencillo. • Instrucciones en el display en español. • Administración continua (ml/ 24 horas o en ml/h) • Función con pilas alcalinas de 1,5 a 9 voltios o recargable • De fácil transporte para el paciente en su actividad diaria (con funda, cinturón, etc.) • Bajo peso. <p><u>SEGURIDAD:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Niveles de seguridad (cambio de programación restringido al clínico, mediante código de seguridad). • Restablecimiento automático del volumen en cassette programado al alcanzar los 0 ml. (en cualquier nivel de seguridad). • Imposibilidad de cambiar el ritmo de infusión por manipulación accidental del teclado. • Provisto de alarma para la detección de conexión inadecuada de reservorio al sistema. • Sistema de purgado: Accionable a través del teclado de la bomba. • Capacidad de los reservorios para 100-50 ml. <p><u>ACTIVACION DE LA ALARMA EN LOS SIGUIENTES SUPUESTOS:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Agotamiento de batería. • Al llegar a un volumen mínimo de 5 ml. • Reservorio vacío. • Alarma de aumento de presión en el sistema por obstrucción. • Conexión inadecuada del reservorio. <p>En el caso en el que el cassette de medicación no lleve incorporado alargadera y</p>

LOTE	COD. ARTº	ARTICULO (DESCRIPCIÓN TÉCNICA)
		filtro, el adjudicatario entregará sin cargo dicho material en un número estimado anual de 850 ud.

El adjudicatario dejará en depósito las bombas necesarias para la utilización del producto.

MUESTRAS SOLICITADAS PARA LA EVALUACIÓN DE LOS PRODUCTOS: SI.


2 muestras de bolsas cassette y 1 bomba

No obstante, y durante el período de evaluación técnica de los productos ofertados, se podrán solicitar más muestras en aquellos casos que se considere necesario, requisito imprescindible para poder valorar la calidad del producto.

Madrid, 15 de diciembre de 2017



Subdirector Médico Área Médica
Fdo: Dr. Rivas Clemente



Coordinadora Unidad Hipertensión
Pulmonar
Fdo.: Dra Pilar Escribano Subías

ANEXO

EXPEDIENTE 2018-0-4

OBJETO: SUMINISTRO CASSETTES DE MEDICACION CON DESTINO AL HOSPITAL 12 DE OCTUBRE

PRESUPUESTO						
LOTE	DESCRIPCION ARTICULO	CANTIDAD 24 MESES	PRECIO S/IVA	BASE IMPONIBLE	IVA	IMPORTE TOTAL
1	BOLSA CASSETTE MEDICACION DE 50- 100 ml	7.200	10,42	75.024,00	15.755,04	90.779,04
				75.024,00	15.755,04	90.779,04

En el caso en el que el cassette de medicación no lleve incorporado alargadera y filtro, el adjudicatario entregará sin cargo dicho material en un número estimado anual de 850 ud.