

PLIEGO PRESCRIPCIONES TECNICAS PARTICULARES PARA EL SUMINISTRO DE EQUIPOS DE LABORATORIO CON DESTINO AL SERVICIO DE INMUNOLOGÍA Y BIOQUÍMICA DEL HOSPITAL UNIVERSITARIO 12 DE OCTUBRE.

El presente pliego de Prescripciones Técnicas, de acuerdo con el artículo 123 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre de Contratos del Sector Público y el artículo 68 del RGLCAP, aprobado por Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre, contiene las prescripciones técnicas particulares que han de regir la ejecución del *SUMINISTRO DE EQUIPOS DE LABORATORIO CON DESTINO AL SERVICIO DE INMUNOLOGÍA Y BIOQUÍMICA DEL HOSPITAL UNIVERSITARIO 12 DE OCTUBRE*,

LOTE	DESCRIPCION Y CARACTERISTICAS TECNICAS	CANTIDAD
1	CABINA DE SEGURIDAD BIOLOGICA • De medidas aproximadas 120CMS Ancho x 80CMS de Profundidad y altura de 152CMS. • Filtro HEPA H14 EN1822, 99,999% con partículas de 0,3µm. • Voltaje a 230V • Certificaciones EN12469, certificado TÜV Nord • Control por microprocesador • Indicador de velocidad de flujos y de estado del Filtro • Sistema de Monitorización con alarma • Sistema de Vacío seguro aprobado por TÜV • Base Ajustable	1 Ud
2	INCUBADOR CO2 • Material de la cámara fabricado en Acero Inoxidable • Tecnología TC sensor del sensor de CO₂ • Humedad relativa >90% a 37°C • Salida de datos USB 4-20mA • De dimensiones aproximadas, exterior 63*66*100CMS e interior 51*54*68CMS (profundidad, anchura, altura) • Voltaje 230V 50/60Hz • Capacidad de 184 Litros • Rango 0-20% de concentración de CO₂ • Rango de +5° a +50°C de Temperatura • Filtro HEPA • Camisa de Agua • Certificaciones UL, cUI, CE	1 Ud

3	CENTRIFUGA DE SOBREMESA • Refrigerada con rango de -9°C a 40°C de temperatura. • Alta velocidad de centrifugación de hasta 20.913xg (14.000 r.p.m.) • Rotores para tubos de 5 y 10 MI (mínimo 32 tubos de 10ml) • Detección automática de rotor y de desequilibrios para una máxima seguridad operacional • Funcionamiento Silencioso • Tapa de centrifuga con cierre suave	1 Ud
---	---	------

MUESTRAS SOLICITADAS PARA LA EVALUACIÓN DE LOS PRODUCTOS: NO

No obstante, y durante el período de evaluación técnica de los productos ofertados, se podrán solicitar muestras en aquellos casos que se considere necesario, requisito imprescindible para poder valorar la calidad del producto.

Madrid, 6 de junio de 2018

Subdirectora Médica
Área de Servicios Centrales



Fdo: Dra. Victoria Ramos Rodríguez

Laboratorio de Inmunología



Fdo: Dra. Estela Paz

Laboratorio de Bioquímica



Fdo: Dra. Carmela Vargas

ANEXO

EXPEDIENTE 2018-0-120
OBJETO: SUMINISTRO DE EQUIPOS DE LABORATORIO PARA EL SERVICIO DE INMUNOLOGIA Y BIOQUIMICA DEL HOSPITAL 12 DE OCTUBRE

LOTE	COD. ARTº	DESCRIPCION ARTICULO	CANTIDAD	PRESUPUESTO					EPIGRAFE
				PRECIO S/IVA	BASE IMPONIBLE	IVA 21%	IMPORTE TOTAL	VALOR ESTIMADO	
1	220747	CABINA DE SEGURIDAD BIOLOGICA	1	7.292,60	7.292,60	1.531,45	8.824,05	7.292,60	63305
2	220466	INCUBADOR CO2	1	6.255,43	6.255,43	1.313,64	7.569,07	6.255,43	63305
3	220469	CENTRIFUGA DE SOBREMESA	1	6.868,80	6.868,80	1.442,45	8.311,25	6.868,80	63305
					20.416,83	4.287,53	24.704,36	20.416,83	