

**PLIEGO PRESCRIPCIONES TECNICAS PARTICULARES PARA EL SUMINISTRO DE  
APÓSITOS CON GLUCONATO DE CLORHEXIDINA PARA PUNTOS DE INSERCIÓN  
DE CATÉTERES INTRAVASCULARES PARA EL SERVICIO DE MEDICINA  
INTENSIVA DEL HOSPITAL UNIVERSITARIO 12 DE  
OCTUBRE.**

El presente pliego de Prescripciones Técnicas, de acuerdo con el artículo 123 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre de Contratos del Sector Público y el artículo 68 del RGLCAP, aprobado por Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre, contiene las prescripciones técnicas particulares que han de regir la ejecución del *SUMINISTRO DE SUMINISTRO DE APOSITOS CON GLUCONATO DE CLORHEXIDINA PARA PUNTOS DE INSERCIÓN DE CATÉTERES INTRAVASCULARES PARA EL SERVICIO DE MEDICINA INTENSIVA DEL HOSPITAL UNIVERSITARIO 12 DE OCTUBRE.*

**Características técnicas:**

LOTE	CÓDIGO ARTICULO	ARTÍCULO (DESCRIPCIÓN TÉCNICA)
1		<p>Sistema integrado de sujeción de vías con gluconato de clorhexidina:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Lámina de poliuretano transparente, semipermeable y transpirable con bordes reforzados por tejido sin tejer que permita la inspección visual frecuente sin levantar el apósito.</li> <li>- Gel transparente impregnado con gluconato de clorhexidina al 2% que permita su aplicación continua en el punto de punción y una absorción moderada de líquidos (sudor, sangre o exudado) sin interferencia en la actividad del gluconato de clorhexidina que permita la inspección visual frecuente sin levantar el apósito.</li> <li>- Tiras de sujeción de tejido sin tejer.</li> <li>- Gel y lámina de poliuretano transparentes para permitir inspección visual frecuente sin levantar el apósito.</li> <li>- Contorno exterior del apósito reforzado.</li> <li>- Adhesivo hipoalergénico.</li> <li>- Transparente a los Rayos X</li> </ul> <p>Aportación de 3 publicaciones científicas o de agencias evaluadoras sobre el producto.</p>

**MUESTRAS SOLICITADAS PARA LA EVALUACIÓN DE LOS PRODUCTOS: SÍ, DOS UNIDADES.**

No obstante, y durante el período de evaluación técnica de los productos ofertados, se podrán solicitar más muestras en aquellos casos que se considere necesario, requisito imprescindible para poder valorar la calidad del producto.


Madrid, 11 de junio de 2018

Subdirector Médico del Área Médica




Fdo: Dr. Francisco Rivas Clemente

Jefe de Servicio Medicina Intensiva  
U.C.I. Polivalente



Fdo: Dr. Juan Carlos Montejo González



## ANEXO

EXPEDIENTE 2018-0- 123

OBJETO: SUMINISTRO APÓSITOS CON GLUCONATO DE CLORHEXIDINA PARA PUNTOS INSERCIÓN CATÉTERES INTRAVASCULARES PARA EL SERVICIO DE MEDICINA INTENSIVA.

LOTE	COD. ARTº	DESCRIPCION ARTICULO	CANTIDAD	PRESUPUESTO					EPIGRAFE
				PRECIO S/IVA	BASE IMPONIBLE	IVA 21%	IMPORTE TOTAL	VALOR ESTIMADO	
1	018975	APÓSITO TRANSPARENTE CON GLUCONATO DE CLORHEXIDINA AL 2 %.	1.825	5,85	10.676,25	1.067,63	11.743,88	25.623,00	26004
					10.676,25	1.067,63	11.743,88	25.623,00	