

PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS QUE HA DE REGIR EN EL CONTRATO DE ADQUISICION DE AUTOCLAVES CON DESTINO A LOS CENTROS SANITARIOS DE ATENCION PRIMARIA A ADJUDICAR POR PROCEDIMIENTO ABIERTO MEDIANTE PLURALIDAD DE CRITERIOS

CONSIDERACIONES GENERALES:

1. Los equipos, aparatos y materiales deberán cumplir los estándares nacionales y comunitarios, particularmente los requisitos de calidad y de seguridad correspondientes (Directiva 93/42/CEE, rectificada por Directiva 2007/47/EC de productos sanitarios).
2. Las empresas en caso de ser adjudicatarias, deberán:
 - Realizar el montaje, puesta en marcha, pruebas de funcionamiento e instrucción al personal que vaya a manejar el material.
 - El adjudicatario deberá hacer la conexión del esterilizador hasta la llave y desagüe preparadas al efecto, aportando todo el material necesario
 - La distancia entre la ubicación del esterilizador y la llave de la toma de agua y/o el desagüe puede alcanzar los 5 metros
 - Las uniones de los tubos de alimentación de agua deben ser roscadas y resistir presiones de hasta 10 Kg/cm²
 - El manejo de los aparatos se deberá realizar en horario compatible con los dos turnos del Centro para que pueda acudir todo el personal que requiera su manejo
 - Garantizarán el suministro de accesorios y repuestos necesarios para mantener el material en perfecto estado de funcionamiento durante un mínimo de 5 años.
 - El tiempo de duración de la garantía será de 24 meses, contando desde la recepción del equipamiento en el Centro o puesta en marcha en los casos que lo requiera.
 - Todos los equipos y aparatos médico-asistenciales incluirán manual de uso en castellano.
 - El adjudicatario entregará a la firma del contrato en soporte electrónico:
 - Manual de uso los equipos en castellano.
 - Ficha técnica de los equipos
 - Relación de los fungibles necesarios para el funcionamiento del equipo.
3. En el Anexo I figura la relación de artículos con sus características técnicas de cada uno de ellos y en el Anexo II la relación de artículos con precios y unidades de cada uno de ellos.



ANEXO I
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS QUE DEBEN CUMPLIR LOS ARTÍCULOS:

Lote	Código	Descripción del lote	Características técnicas
1	3000814	AUTOCLAVE	<ul style="list-style-type: none"> - Esterilizador tipo B con disponibilidad de varios programas según material. - Pre vacío multifraccionado y secado final total por bomba de vacío conforme a los tipos señalados en la norma EN 13060. - Uno de ellos de vacío y otro de penetración y certificado de esterilización de carga hueca (Bowie and Dick-Hellix). - Cámara horizontal con puerta de servicio central de acero inoxidable de alta calidad 316. - Control por microprocesador, supervisión continua del desarrollo del ciclo. - Seguridad total en el cierre de la puerta con sistema automático de apertura y cierre. - Monitorización del proceso a través de la pantalla. - Rack de caja reversible para 5 bandejas. Asa de extracción de bandejas. Dotación de 3 bandejas. - Dimensiones aproximadas de la cámara: 250 mm de diámetro. - Volumen mínimo 21 litros. - Dimensiones del exterior: 460 mm ancho x 440 mm alto x 600 mm profundo, (+/- 10 mm) - Contador interno de ciclos para avisos de mantenimiento y cambio de filtro y junta de puerta. - Dotado de impresora incorporada o externa y/o USB que imprima valores medidos de presión, temperatura y tiempo así como las incidencias ocurridas durante el ciclo. - Sistema automático de alimentación de agua y desmineralización de la misma con seguimiento y validación del proceso y desagüe. - Sistema de agua separada con sensor de conductividad para medir la calidad del agua, permitiendo su visualización.



**ANEXO II
RELACION PRECIOS Y UNIDADES:**

Lote	Descripción del lote	Formato	Precio neto Lic. (unitario sin IVA)	Base	Cantidad	Importe lote sin IVA	% IVA	Importe lote con IVA
1	AUTOCLAVE	UNIDAD	4.132,23	1	24	99.173,52	21	119.999,96

99.173,52

119.999,96

Madrid

POR EL ADJUDICATARIO

Sello y firma:

POR LA ADMINISTRACIÓN:

La Gerente Adjunta de Gestión y Servicios Generales
Resolución de 25/02/2011 (BOCM núm. 76 de 31/03/2011)

María Luisa Tello García

