

**PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS QUE HA DE REGIR EN EL CONTRATO DE ADQUISICION DE DIVERSO MATERIAL ODONTOLOGIA CON DESTINO A LOS CENTROS SANITARIOS DE ATENCION PRIMARIA A ADJUDICAR POR PROCEDIMIENTO ABIERTO MEDIANTE PLURALIDAD DE CRITERIOS**

**CONSIDERACIONES GENERALES:**

1. Los equipos, aparatos y materiales deberán cumplir los estándares nacionales y comunitarios, particularmente los requisitos de calidad y de seguridad correspondientes (Directiva 93/42/CEE, rectificada por Directiva 2007/47/EC de productos sanitarios).
2. Las empresas en caso de ser adjudicatarias, deberán:
  - Realizar el montaje, puesta en marcha, pruebas de funcionamiento e instrucción al personal que vaya a manejar el material.
  - El manejo de los aparatos se deberá realizar en horario compatible con los dos turnos del Centro para que pueda acudir todo el personal que requiera su manejo
  - Garantizarán el suministro de accesorios y repuestos necesarios para mantener el material en perfecto estado de funcionamiento durante un mínimo de 5 años.
  - El tiempo de duración de la garantía será de 24 meses, contando desde la recepción del equipamiento en el Centro o puesta en marcha en los casos que lo requiera.
  - Todos los equipos y aparatos médico-asistenciales incluirán manual de uso en castellano.
  - El adjudicatario entregará a la firma del contrato en soporte electrónico:
    - Manual de uso los equipos en castellano.
    - Ficha técnica de los equipos
    - Relación de los fungibles necesarios para el funcionamiento del equipo.
3. En el Anexo I figura la relación de artículos con sus características técnicas de cada uno de ellos y en el Anexo II la relación de artículos con precios y unidades de cada uno de ellos.



**ANEXO I**  
**ESPECIFICACIONES TÉCNICAS QUE DEBEN CUMPLIR LOS ARTÍCULOS:**

Lote	Código	Descripción del lote	Características técnicas
1	3000813	APARATO LIMPIEZA INSTRUMENTAL POR ULTRASONIDOS	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Capacidad aproximada del tanque de 5-6 Litros.</li> <li>- Transductores (230V 50/60 HZ, 130W (MAX.)).</li> <li>- Cesta porta-instrumentos de rejilla en acero inoxidable, tapa material sintético.</li> <li>- Válvula de vaciado con tubo de desagüe.</li> <li>- Temporizador con luz. Testigo de funcionamiento. Control del tiempo de uso del líquido de la cubeta.</li> <li>- Ajuste de la temperatura del líquido. Selector del tiempo de funcionamiento silencioso.</li> </ul>
2	3000514	BLOQUE RODANTE CON 7 CAJONES INSTRUMENTAL ODONTOLOGIA	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Bloque rodante fabricado en melamina de color blanco de 16 mm con cantos en PVC de 0.4 mm</li> <li>- Frontales de puertas y cajones en laminado de formica de 20 mm de grosor, canteados en PVC de 1 mm.</li> <li>- Cajones metálicos de color blanco de fondo de 45 cm.</li> <li>- Guías con sistema de freno y auto cierre.</li> <li>- Canteado en PVC de 0.4 mm, por todo el interior.</li> <li>- Tiradores de 320 mm en acero mate/brillo o diversos colores lacado de alta resistencia</li> <li>- Medidas aproximadas 84 cm alto x 56 cm ancho x 50 cm fondo</li> </ul>
3	3000927	LAMPARA DE POLIMERIZAR	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Fuente de luz fría de alta intensidad.</li> <li>- Potencia aprox. 1.600 mw/cm2, longitud de onda de 420 A 490 mm.</li> <li>- Pantalla LCD color.</li> <li>- Filtro de rayos UV e infrarrojos.</li> <li>- Selector de programas con programas con diferentes intensidades.</li> <li>- Batería intercambiable. Autonomía de 100 horas aprox. Silenciosa y ergonómica.</li> <li>- Inalámbrica.</li> <li>- Tiempo de irradiación programable</li> </ul>



Lote	Código	Descripción del lote	Características técnicas
4	3000819	SELLADORA DE BOLSAS	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Diseñada para el sellado de bolsas de complejos plástico-papel para esterilización.</li> <li>- Acondicionamiento manual.</li> <li>- Realización de la operación automáticamente previa selección electrónica de los tiempos de sellado y enfriamiento con luz indicadora de periodo de sellado.</li> <li>- Periodo de calentamiento mínimo (igual o inferior a 2 minutos).</li> <li>- Contenedor integrado del rollo de material de embalaje.</li> <li>- Cortador de material integrado</li> </ul>
5	3001024	TABURETE GIRATORIO ODONTOLOGIA CON RESPALDO	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Taburete de acero inoxidable con soporte lumbar envolvente.</li> <li>- Altura regulable por pistón de gas.</li> <li>- Altura máxima 590 mm, altura mínima 470 mm.</li> <li>- Pie radial en acero inoxidable con 5 ruedas y reposapiés</li> </ul>



**ANEXO II  
RELACION PRECIOS Y UNIDADES:**

Lote	Descripción del lote	Formato	Precio neto Lic. (unitario sin IVA)	Base	Cantidad	Importe lote sin IVA	% IVA	Importe lote con IVA
1	APARATO LIMPIEZA INSTRUMENTAL POR ULTRASONIDOS	UNIDAD	495,04	1	3	1.485,12	21	1.797,00
2	BLOQUE RODANTE CON 7 CAJONES INSTRUMENTAL ODONTOLOGIA	UNIDAD	577,69	1	30	17.330,58	21	20.970,00
3	LAMPARA DE POLIMERIZAR	UNIDAD	661,16	1	20	13.223,14	21	16.000,00
4	SELLADORA DE BOLSAS	UNIDAD	420,66	1	20	8.413,22	21	10.180,00
5	TABURETE GIRATORIO ODONTOLOGIA CON RESPALDO	UNIDAD	396,69	1	30	11.900,70	21	14.399,85

52.352,77

63.346,85

Madrid

POR EL ADJUDICATARIO

Sello y firma:

POR LA ADMINISTRACIÓN:

La Gerente Adjunta de Gestión y Servicios Generales  
Resolución de 25/02/2011 (BOCM núm. 76 de 31/03/2011)

María Luisa Tello García

