

**PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS QUE HA DE REGIR EN EL CONTRATO DE: SONDAS RECTALES DE IRRIGACION CON DESTINO A LOS CENTROS DE SALUD DEPENDIENTES DE LA GERENCIA ASISTENCIA DE ATENCION PRIMARIA DEL SERVICIO MADRILEÑO DE LA SALUD A ADJUDICAR POR PROCEDIMIENTO ABIERTO SIMPLIFICADO**

**CONSIDERACIONES GENERALES:**

1. El material presentará una caducidad mínima de 18 meses desde su fecha de recepción, de otra forma se procederá a su devolución y retirada a cargo del proveedor.
2. El proveedor dispondrá de un procedimiento de retirada del material caducado/defectuoso incluyendo la adecuada eliminación de los mismos.
3. En los supuestos de rotura de stock y desabastecimiento el proveedor comunicará esta situación de forma inmediata, informando del plazo estimado de normalización del suministro. En ningún caso será superior a tres meses y el proveedor tendrá obligación de sustituir el material objeto del contrato por otro de igual o superior calidad al adjudicado, previa conformidad de la Gerencia.
4. Existirá un servicio de atención a la gestión y logística de pedidos que comprenderá al menos un teléfono, dirección de e-mail y/o fax específico de contacto.
5. El adjudicatario garantizará durante la vigencia del contrato la capacidad de abastecimiento.
6. Las entregas del suministro se efectuarán en los almacenes relacionados en este pliego.
7. En su caso, todas las instrucciones vendrán en castellano.
8. La fecha de caducidad y el lote estarán indicados en el envase general y en el individual del producto en los casos en los que proceda.

**Normativa general**

9. Todo el material ofertado tendrá marcado CE, de acuerdo con la Directiva 93/42/CEE, rectificada por la Directiva 2007/47/CE de productos sanitarios.



**RELACIÓN DE ALMACENES PARA ENTREGAS DE MATERIAL:**

<b>Almacén PAVONES</b>	C.S. Pavones C/ Hacienda de Pavones nº 271, entrada por rampa C/ Brujas 28030 - Madrid
<b>Almacén COSLADA</b>	Avda. de Madrid nº 11 28822 - Coslada Semisótano del C.S. Ciudad San Pablo
<b>Almacén MELCHOR FDEZ. ALMAGRO</b>	C/ Melchor Fernández Almagro nº 1 28029 - Madrid
<b>Almacén MAJADAHONDA</b>	Avda. España, 7 28220 - Majadahonda (Madrid)
<b>Almacén LEGANÉS</b>	Avda. de los Pinos nº 30, planta -1 28914 - Leganés (Madrid)
<b>Almacén ALBERTO PALACIOS</b>	C/ Domingo de Párraga nº 48 C.S. San Andrés 28021 - Madrid



**ESPECIFICACIONES TÉCNICAS QUE DEBEN CUMPLIR LOS ARTÍCULOS:**

Lote	Partida	Código	Descripción	Características técnicas
Único	1.1	100252	OBTURADOR ANAL PEQUEÑO	<ul style="list-style-type: none"> <li>Espuma de poliuretano de estructura de celdillas abiertas, película de alcohol polivinilo, gasta de poliéster</li> <li>Suave y flexible</li> <li>Que permita el paso de gases y bloqueo de heces</li> <li>Presentación comprimida a mitad de su volumen</li> <li>Recubierto con película que se disuelve cuando se expone al calor y humedad corporal (36-38)</li> <li>Incluido tubo de gel lubricante</li> <li>Envase individual con descripción del producto en castellano, con marcado CE, caducidad, número de lote, indicación de diámetro interno, longitud y ml. del balón</li> <li>Libre de látex.</li> <li>Libre de DEHP y BPA</li> </ul>
	1.2	100224	OBTURADOR ANAL GRANDE	<ul style="list-style-type: none"> <li>Espuma de poliuretano de estructura de celdillas abiertas, película de alcohol polivinilo, gasta de poliéster</li> <li>Suave y flexible</li> <li>Que permita el paso de gases y bloqueo de heces</li> <li>Presentación comprimida a mitad de su volumen</li> <li>Recubierto con película que se disuelve cuando se expone al calor y humedad corporal (36-38)</li> <li>Envase individual con descripción del producto en castellano, con marcado CE, caducidad, número de lote, indicación de diámetro interno, longitud y ml. del balón</li> <li>Libre de látex.</li> <li>Libre de DEHP y BPA</li> </ul>



Lote	Partida	Código	Descripción	Características técnicas
Único	1.3	101221	SONDA RECTAL PARA SISTEMA DE IRRIGACION ANAL PERISTEEN	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Compuesta de SEBS</li> <li>• Pre lubricada con polivinilpirrolidona y no requiere la aplicación de un gel</li> <li>• Extremo distal redondeado atraumático</li> <li>• Material flexible</li> <li>• Punta anatómica y más pequeña que el cuerpo de la sonda</li> <li>• Balón incorporado que evita el escape de agua mientras se realiza la irrigación</li> <li>• Tamaño Standard</li> <li>• Envase individual con descripción del producto en castellano, con marcado CE, caducidad, número de lote.</li> <li>• Libre de látex</li> </ul>
	1.4	100984	SISTEMA IRRIGACION COMPLETO ANAL	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Sistema de irrigación anal para facilitar la evacuación intestinal</li> <li>• Incluidos los siguientes elementos: contenedor de agua, tapa del contenedor de agua, unidad de control para regular el aire y el agua, bomba para inflar el balón e impulsar el agua, sonda rectal pre lubricada con balón para introducir en el recto, balón para fijar la sonda dentro del recto, cinta de sujeción.</li> <li>• Envase individual con descripción del producto en castellano, con marcado CE, caducidad, número de lote.</li> <li>• Libre de látex</li> </ul>



Lote	Partida	Código	Descripción	Características técnicas
Único	1.5	104961	EQUIPO MENSUAL SONDAS RECTALES + CONTENEDOR PARA SISTEMA DE IRRIGACION ANAL PEDIATRICO	<p><b>1. SONDA:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Sonda Compuesta de SEBS</li> <li>• Pre lubricada con polivinilpirrolidona y no requiere la aplicación de un gel</li> <li>• Extremo distal redondeado atraumático</li> <li>• Material flexible</li> <li>• Punta anatómica y más pequeña que el cuerpo de la sonda</li> <li>• Balón incorporado que evita el escape de agua mientras se realiza la irrigación</li> <li>• Tamaños: Small</li> <li>• Envase individual con descripción del producto en castellano, con marcado CE, caducidad, número de lote.</li> <li>• Libre de látex</li> </ul> <p><b>2. CONTENEDOR:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• El contenedor es una bolsa cerrada autónoma, reutilizable, hecha de una lámina de plástico que incluye sistema de bombeo y control de presión</li> <li>• Resiste la presión del agua sin deformarse</li> <li>• Permite su posición vertical sobre cualquier tipo de superficie sin necesidad de soportes adicionales</li> <li>• Indicador de volumen</li> <li>• Su cuello incorpora un aro de conexión para acoplamiento seguro de la tapa</li> <li>• Incluye asa para transportar el sistema y se pliega fácilmente</li> </ul>



Lote	Partida	Código	Descripción	Características técnicas
Único	1.6	106068	EQUIPO MENSUAL SONDAS RECTALES PARA SISTEMA DE IRRIGACION ANAL	<p><b>1. SONTA:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Sonda Compuesta de SEBS</li> <li>• Pre lubricada con polivinilpirrolidona y no requiere la aplicación de un gel</li> <li>• Extremo distal redondeado atraumático</li> <li>• Material flexible</li> <li>• Punta anatómica y más pequeña que el cuerpo de la sonda</li> <li>• Balón incorporado que evita el escape de agua mientras se realiza la irrigación</li> <li>• Tamaños: Standard</li> <li>• Envase individual con descripción del producto en castellano, con marcado CE, caducidad, número de lote.</li> <li>• Libre de látex</li> </ul> <p><b>2. CONTENEDOR:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• El contenedor es una bolsa cerrada autónoma, reutilizable, hecha de una lámina de plástico que incluye sistema de bombeo y control de presión</li> <li>• Resiste la presión del agua sin deformarse</li> <li>• Permite su posición vertical sobre cualquier tipo de superficie sin necesidad de soportes adicionales</li> <li>• Indicador de volumen</li> <li>• Su cuello incorpora un aro de conexión para acoplamiento seguro de la tapa</li> <li>• Incluye asa para transportar el sistema y se pliega fácilmente</li> </ul>



**RELACION PRECIOS Y UNIDADES:**

Lote	Partida	Código	Descripción	Precio neto Lic.	Cantidad	Importe lote sin IVA	% IVA	Importe lote
Único			<b>SONDAS RECTALES DE IRRIGACION</b>			<b>98.773,58</b>	<b>10</b>	<b>108.650,95</b>
	1.1	100252	OBTURADOR ANAL PEQUEÑO	1,157500	80	92,60	10	101,86
	1.2	100224	OBTURADOR ANAL GRANDE	1,157500	60	69,45	10	76,40
	1.3	101221	SONDA RECTAL PARA SISTEMA IRRIGACION ANAL PERISTEEN	11,081000	4.770	52.856,37	10	58.142,01
	1.4	100984	SISTEMA IRRIGACION COMPLETO ANAL	84,440000	44	3.715,36	10	4.086,90
	1.5	104961	EQUIPO MENSUAL SONDAS RECTALES+CONTENEDOR PARA SISTEMA DE IRRIGACION ANAL PEDIATRICO	185,580000	70	12.990,60	10	14.289,66
	1.6	106068	EQUIPO MENSUAL SONDAS RECTALES+CONTENEDOR PARA SISTEMA DE IRRIGACION ANAL	133,253200	218	29.049,20	10	31.954,12
						<b>98.773,58</b>	<b>9.877,37</b>	<b>108.650,95</b>

Madrid,

POR EL ADJUDICATARIO

POR LA ADMINISTRACIÓN:  
La Gerente Adjunta de Gestión y Servicios Generales  
Resolución de 25/02/2011 (BOCM núm. 76 de 31/03/2011)

Sello y firma:

María Luisa Tello García

