

**Expte.: A/SUM-014845/2018**
**CERTIFICADO DE PROPOSICIONES ADMITIDAS Y DESCARTADAS EN LA LICITACIÓN TRAS EL INFORME TÉCNICO DE APTITUD RESPECTO AL CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS TÉCNICOS DE CONVOCATORIA**

La Mesa de Contratación del Hospital Universitario de Móstoles de fecha 27 de agosto de 2018 procedió a la apertura administrativa, técnica y económica del procedimiento abierto simplificado con pluralidad de criterios, con nº de expediente: **A/SUM-014845/2018**, denominado **ELECTROCARDIOGRAFOS Y DESFIBRILADORES**. Posteriormente, se procedió a remitir la documentación técnica de los licitadores a los responsables de los diferentes departamentos que deben valorar cada lote, siendo el resultado el siguiente:

NUMERO	DESCRIPCIÓN
1	ELECTROCARDIOGRAFOS
LICITADOR	VALORACIÓN TÉCNICA DE LA MUESTRA
AB MEDICA GROUP	SI CUMPLE las especificaciones técnicas en todos los números.
CARDIVA	SÍ CUMPLE las especificaciones técnicas en todos los números.
GENERAL ELECTRIC HEALTHCARE	SÍ CUMPLE las especificaciones técnicas en todos los números.
HANS.E.RÜTH	SI CUMPLE las especificaciones técnicas en todos los números
HELIANTHUS MEDICAL	SI CUMPLE las especificaciones técnicas en todos los números.

NUMERO	DESCRIPCIÓN
2	DESFIBRILADORES
LICITADOR	VALORACIÓN TÉCNICA DE LA MUESTRA
BIOMED	<b>NO CUMPLE</b> No especifica la capacidad de almacenar al menos 100 procesos con datos de ECG de cada paciente sin necesidad de tarjeta de memoria.
CARDIVA	<b>NO CUMPLE</b> las especificaciones técnicas en todos los números. No especifica la capacidad de almacenar al menos 100 procesos con datos de ECG de cada paciente sin necesidad de tarjeta de memoria .Habla de 8 horas y 50 pacientes
HANS.E RÚTH	<b>NO CUMPLE</b> las especificaciones técnicas en todos los números. Marcapasos transcutáneo externo fijo y a demanda; valores de corriente y frecuencia predeterminados configurables por el usuario. LO PONE COMO OPCIONAL No especifica la capacidad de almacenar al menos 100 procesos datos de ECG de cada paciente sin necesidad de tarjeta de memoria. HABLA DE 300 HORA DE DATOS
GESTION INTEGRAL DE CLINICAS	<b>SI CUMPLE</b> las especificaciones técnicas en todos los números.
STRYKER	<b>SÍ CUMPLE</b> las especificaciones técnicas en todos los números.



Únicamente las ofertas clasificadas como “CUMPLE” continúan en la licitación y, por tanto, pasan a la fase siguiente.

Esta información se publicará en el tablón de anuncios del Perfil del Contratante de la Comunidad de Madrid en aplicación del artículo 63 de la Ley 9/2017 de Contratos del Sector Público

EL SECRETARIO DE LA

MESA DE CONTRATACIÓN

