

**Expte.: A/SUM-014762/2018**
**CERTIFICADO DE PROPOSICIONES ADMITIDAS Y DESCARTADAS EN LA LICITACIÓN TRAS EL INFORME TÉCNICO DE APTITUD RESPECTO AL CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS TÉCNICOS DE CONVOCATORIA**

La Mesa de Contratación del Hospital Universitario de Móstoles de fecha 10 de septiembre de 2018 procedió a la apertura técnica y económica del procedimiento abierto con pluralidad de criterios, con nº de expediente: **A/SUM-014762/2018**, denominado **EQUIPOS MÉDICOS DE DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO**. Posteriormente, se procedió a remitir la documentación técnica de los licitadores a los responsables de los diferentes departamentos que deben valorar cada lote, siendo el resultado el siguiente:

**INFORME TÉCNICO**
**EXPED. NºA/SUM -014762/2018 EQUIPOS MÉDICOS PARA DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO"**

LOTE	Artículo
1	ANGIÓGRAFO

LICITADOR	VALORACIÓN TÉCNICA DE LA MUESTRA
TOPCON ESPAÑA S.A	<b>SÍ CUMPLE</b> las especificaciones técnicas

CRITERIOS TECNICOS	TOPCON ESPAÑA S.A
Tiene Autofluorescencia con filtro Spaide:	
○ Tiene SI (12 puntos)	12 puntos
○ Tiene No (0 puntos)	
Presenta un sistema de enfoque tipo "Split focusing" integrado en el propio ocular del retinógrafo para poder enfocar independientemente de la graduación de cada usuario:	
○ Presenta SI (8 puntos)	8 puntos
○ Presenta NO (0 puntos)	
Permite la integración de la base de datos e imágenes del retinógrafo no midriático y la lámpara de hendidura digital del propio servicio para poder realizar edición de imágenes y de ficha de pacientes, incluido en la oferta:	
○ Permite SI (5 puntos)	5 puntos
○ Permite NO (0 puntos)	
Panel de control en el retinógrafo tiene pantalla táctil:	
○ Tiene SI (5 puntos)	5 puntos
○ Tiene NO (0 puntos)	
<b>PUNTUACIÓN TOTAL</b>	<b>30 PUNTOS</b>



**INFORME TÉCNICO**

EXPED. N°A/SUM -014762/2018 EQUIPOS MÉDICOS PARA DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO"

LOTE	Artículo
2	ESTACIÓN DE ANESTESIA

LICITADOR	VALORACIÓN TÉCNICA DE LA MUESTRA
DRAGER MEDICAL HISPANIA S.A	<b>SÍ CUMPLE</b> las especificaciones técnicas
GENERAL ELECTRIC HEALTHCARE ESPAÑA S.A	<b>SÍ CUMPLE</b> las especificaciones técnicas
GETINGE GROUP SPAIN S.L	<b>SÍ CUMPLE</b> las especificaciones técnicas

CRITERIOS TECNICOS	DRAGER MEDICAL HISPANIA S.A	GENERAL ELECTRIC HEALTHCARE ESPAÑA S.A	GETINGE GROUP SPAIN S.L
Permite monitorización de analgesia (nocicepción):			
○ Permite SI (7 puntos)	7 puntos	7 puntos	
○ Permite NO (0 puntos)			0 puntos
Presenta sistema de predicción de la concentración inspiratoria y espiratoria de gases anestésicos:			
○ Presenta SI ( 7 puntos)	7 puntos	7 puntos	7 puntos
○ Presenta NO ( 0 puntos)			
Permite determinación de PEEP óptima:			
○ Permite SI (7 puntos)	7 puntos	7 puntos	7 puntos
○ Permite NO (0 puntos)			
Presenta sistema de prevención de hipoxia por aporte insuficiente de oxígeno en ventilación con bajos flujos:			
○ Presenta SI (4 puntos)	4 puntos	4 puntos	4 puntos
○ Presenta NO (0 puntos)			
Permite monitorización trasladable con el paciente:			
○ Permite SI (2 puntos)	2 puntos		2 puntos
○ Permite NO (0 puntos)		0 puntos	
Presenta Trigger de flujo y presión:			
○ Presenta SI (2 puntos)	2 puntos		2 puntos
○ Presenta NO (0 puntos)		0 puntos	
Permite monitorización de relajación muscular:			
○ Permite SI (1 punto)	1 punto	1 punto	
○ Permite NO (0 puntos)			0 puntos
<b>PUNTUACIÓN TOTAL</b>	<b>30 PUNTOS</b>	<b>26 PUNTOS</b>	<b>22 PUNTOS</b>

La autenticidad de este documento se puede comprobar en [www.madrid.org/csv](http://www.madrid.org/csv) mediante el siguiente código seguro de verificación: 0927183998417852969257

**NFORME TÉCNICO**

EXPED. NºA/SUM -014762/2018 EQUIPOS MÉDICOS PARA DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO"

LOTE	Artículo
3	RESPIRADOR PARA PACIENTES CRÍTICOS

LICITADOR	VALORACIÓN TÉCNICA DE LA MUESTRA
DRAGER MEDICAL HISPANIA S.A	<b>SÍ CUMPLE</b> las especificaciones técnicas
GENERAL ELECTRIC HEALTHCARE ESPAÑA S.A	<b>SÍ CUMPLE</b> las especificaciones técnicas
GETINGE GROUP SPAIN S.L	<b>SÍ CUMPLE</b> las especificaciones técnicas
MEDTRONIC IBERICA S.A.U	<b>SÍ CUMPLE</b> las especificaciones técnicas

CRITERIOS TECNICOS	DRAGER MEDICAL HISPANIA S.A	GENERAL ELECTRIC HEALTHCARE ESPAÑA S.A	GETINGE GROUP SPAIN S.L	MEDTRONIC IBERICA S.A.U
Presenta ETCO2 integrada en el equipo sin módulo accesorio:				
• Presenta SI (10 puntos)	10 puntos		10 puntos	10 puntos
• Presenta NO (0 puntos)		0 puntos		
Incluye herramientas específicas para el reclutamiento y estrategias de apertura pulmonar no modulares:				
• Incluye SI (10 puntos)	10 puntos	10 puntos	10 puntos	10 puntos
• Incluye NO (0 puntos)				
Incluye compensación automática del tubo endotraqueal (ATC) para todos los modos ventilatorios:				
• Incluye SI (5 puntos)	5 puntos			
• Incluye NO (0 puntos)		0 puntos	0 puntos	0 puntos
Incluye Software VNI (ventilación no invasiva) disponible para todos los modos ventilatorios y circunstancias que presente el equipo:				
• Incluye SI (3 puntos)	3 puntos			
• Incluye NO (0 puntos)		0 puntos	0 puntos	0 puntos
Incluye el manual de usuario integrado en el respirador:				
• Incluye SI (2 puntos)	2 puntos			
• Incluye NO (0 puntos)		0 puntos	0 puntos	0 puntos
<b>PUNTUACIÓN TOTAL</b>	<b>30 PUNTOS</b>	<b>10 PUNTOS</b>	<b>20 PUNTOS</b>	<b>20 PUNTOS</b>

La autenticidad de este documento se puede comprobar en [www.madrid.org/csv](http://www.madrid.org/csv) mediante el siguiente código seguro de verificación: 0927183998417852969257

**INFORME TÉCNICO**

EXPED. NºA/SUM -014762/2018 EQUIPOS MÉDICOS PARA DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO"

LOTE	Artículo
4	Nº DE ORDEN 4: MICROSCOPIO ÓPTICO Nº DE ORDEN 5: MICROSCOPIO CABEZAL MÚLTIPLE

LICITADORES	VALORACIÓN TÉCNICA DE LA MUESTRA
IZASA SCIENTIFIC S.L	<b>SÍ CUMPLE</b> las especificaciones técnicas
LEICA MICROSISTEMAS S.L.U	<b>NO CUMPLE</b> las especificaciones técnicas : <ul style="list-style-type: none"> <li>En el nº de orden 4, se solicita que el desplazamiento telescópico de los oculares sea de adelante/atrás y no realiza estos movimientos.</li> <li>En el nº de orden 5, se solicita que el revolver portaobjetos se regule en altura y no se regula.</li> </ul>

CRITERIOS TECNICOS	IZASA SCIENTIFIC S.L
Número de objetivos:	
○ > de 6 (10 puntos)	
○ ≤ de 6 (0 puntos)	0 puntos
Diseño ergonómico, que permita la optimización de la eficacia, seguridad y bienestar del profesional:	
○ Es ergonómico (10 puntos)	10 puntos
○ No es ergonómico (0 puntos)	
Permita la instalación de un acoplador opcional para conectar cámaras fotográficas digitales con salida 50% a oculares / 50% a puerto triocular:	
○ Permite SI (5 puntos)	5 puntos
○ Permite NO (0 puntos)	
Número de cabezales del microscopio de cabezal múltiple:	
○ > de 3 cabezales (5 puntos)	
○ ≤ de 3 cabezales (0 puntos)	0 puntos
<b>PUNTUACIÓN TOTAL</b>	<b>15 PUNTOS</b>

La autenticidad de este documento se puede comprobar en [www.madrid.org/csv](http://www.madrid.org/csv) mediante el siguiente código seguro de verificación: 0927183998417852969257

**INFORME TÉCNICO**

EXPED. NºA/SUM -014762/2018 EQUIPOS MÉDICOS PARA DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO

LOTE	Artículo
5	EQUIPO LÁSER CAÑÓN

LICITADORES	VALORACIÓN TÉCNICA DE LA MUESTRA
PRIM S.A	<b>SÍ CUMPLE</b> las especificaciones técnicas

CRITERIOS TECNICOS	PRIM S.A
Presenta modulación de frecuencia de 1 a 2000Hz con saltos de 1Hz:	
○ Presenta SI(10 puntos)	10 puntos
○ Presenta NO(0 puntos)	
Presenta 2 Longitudes de onda: 808 y 905 mm que permita alcanzar más en profundidad los tejidos:	
○ Presenta SI(10 puntos)	10 puntos
○ Presenta NO(0 puntos)	
Presenta brazo porta aplicador de giro en 5 direcciones preestablecidas y barrido para adecuar el tratamiento:	
○ Presenta SI(5 puntos)	5 puntos
○ Presenta NO(0 puntos)	
Presencia de servicio técnico postventa de :	
○ > de 7 técnicos(5 puntos)	5 puntos
○ ≤ de 7 técnicos(0 puntos)	
<b>PUNTUACIÓN TOTAL</b>	<b>30 PUNTOS</b>

Únicamente se han valorado las ofertas clasificadas como "CUMPLE" que continúan en la licitación y, en consecuencia, pasan a la fase siguiente, quedando excluida la oferta al lote nº 4 de la empresa LEICA MICROSISTEMAS S.L.U.

Esta información se publicará en el tablón de anuncios del Perfil del Contratante de la Comunidad de Madrid en aplicación del artículo 63 de la Ley 9/2017 de Contratos del Sector Público

**EL SECRETARIO DE LA MESA DE  
CONTRATACIÓN**