

**PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS  
DEL CONTRATO DE SUMINISTRO  
“PERFORADOR CRANEAL DESECHABLE 11/ 14 MM”  
PARA EL HOSPITAL UNIVERSITARIO LA PAZ**

**EXPEDIENTE: PAS 2018-5-17**

## **OBJETO Y DEFINICIÓN DEL CONTRATO**

---

El presente contrato tiene por objeto la adquisición de Perforador craneal desechable para cubrir las necesidades asistenciales del Hospital Universitario La Paz conforme a lo que se relaciona en el presente documento.

## **ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PARA CADA LOTE Y NÚMERO DE ORDEN:**

---

Si en la descripción se utilizase algún nombre y/o referencia sujeto a propiedad comercial, deberá entenderse como referencia para localizar el producto en cuestión sin que en ningún caso sea obligatorio ofertar dicho producto.

1. Descripción de cada número de orden: Ver Anexo I
2. Todos los productos se presentarán envasados individualmente y estériles. Deberán figurar en el envase como mínimo los siguientes datos:
  - Identificación de la empresa
  - Denominación del Producto
  - Número de lote
  - Referencia Comercial
  - Fecha de caducidad
  - Método de esterilización (cuando proceda)
  - Identificación de material de un solo uso
  - Marcado CE
3. Todos los productos deberán cumplir la normativa vigente en cada caso. En cualquier caso todos los productos que lo requieran deberán incluir el marcado CE para productos sanitarios o para diagnóstico in Vitro. (Real Decreto 1591/2009, de 16 de octubre por el que se regulan los productos sanitarios). Si se trata de productos implantables activos, deberán cumplir con el Real Decreto 1616/2009 de 26 de octubre. Los licitadores deberán aportar una declaración responsable en la que se indique el cumplimiento de la normativa correspondiente.

El licitador se compromete al estricto cumplimiento de la Legislación Medioambiental Comunitaria, Estatal, Autonómica y Local vigente, que sea de aplicación a la actividad desarrollada, así como a las normas de gestión ambiental que establezca el Hospital para la bioseguridad en la manipulación de muestras, tratamiento y eliminación de residuos generados por los equipos ofertados. De este modo deberá adjuntar en la oferta técnica toda la información precisa para verificar dicho cumplimiento.

Todo el material suministrado deberá contar con la caducidad adecuada. Como mínimo, la vida útil del material solicitado en el momento de su entrega no podrá ser inferior a las  $\frac{3}{4}$  partes de la vida útil total (caducidad) que tenga establecida de diseño.

#### **MUESTRAS:**

---

Muestras: SI

Se deberá aportar toda la documentación necesaria para la comprensión y evaluación del producto a adquirir. Si el responsable de la evaluación lo considera necesario, podrá solicitar muestras y/o información adicional.

#### **VOLUMEN DEL SUMINISTRO:**

---

El número de unidades que se indica para cada artículo es orientativo y a los efectos de valorar la oferta por parte de los licitadores.

El número de unidades a servir será el que resulte de las necesidades del Centro, a cuyos efectos se establecerá un Plan de Necesidades y de entregas con el adjudicatario

La adjudicación que recaiga se referirá a precios unitarios, concentrándose el volumen del suministro en el Plan de Necesidades del centro anteriormente citado.

#### **PLAZO Y CONDICIONES DE ENTREGA**

---

Plazo de entrega: Desde el envío del pedido por fax ó mail, el proveedor tendrá un plazo máximo de 4 días hábiles para la entrega del suministro en el Almacén General del Hospital Universitario La Paz. En caso de pedidos urgentes, el plazo se reducirá a 48 horas.

No se admitirá establecer cantidades ni importes mínimos para el suministro de pedidos de ninguno de los productos enumerados, ni limitaciones en el establecimiento de días de reparto fijos o kilometrajes máximos a recorrer por los transportes para la distribución de productos.

**FORMACIÓN:**

---

La empresa adjudicataria deberá formar, sin coste alguno para el Centro, al personal que se determine para el correcto uso de sus productos si así se requiriese. Se entregará sin cargo el material docente necesario para la formación.

JEFE DE SERVICIO DE NEUROCIRUGÍA



DR . JOSE Mª RODA FRADE

**SUMINISTROS - Prescripciones técnicas**

**ANEXO I**

Lote	Orden	Código	Nombre	Unidad Medida	Precio máximo unitario con IVA	Precio máximo unitario sin IVA	Cantidad (12 MESES)	Importe total IVA incluido	Base Imponible	IVA %	IVA
1	1	21269	PERFORADOR CRANEAL DESECHABLE DE 11/14 MM DIAMETRO PARA CRANEOTOMO UNIVERSAL	UNIDAD	125,0000	103,30579	400	50.000,00	41.322,32	21	8.677,68
TOTAL								50.000,00	41.322,32	21	8.677,68

*[Handwritten signature]*