

EXPEDIENTE: INS PAPC 2018-1-25

OBJETO: ADQUISICIÓN DIVERSO MATERIAL DE FUNGIBLE, PARA BOMBAS DE INFUSIÓN CONTINUA DE INSULINA (INS).

CONTESTACIÓN CONSULTA EMPRESA MEDTRONIC.

Ante la consulta realizada por la empresa Medtronic, mediante correo enviado el 13 de agosto de 2018 en la que nos indicaba que las dimensiones de la bomba de insulina que se estaban sirviendo en el Hospital Universitario de Getafe son ligeramente superiores a las solicitadas en el pliego técnico del expediente PAPC 2018-1-25 (Lote 1).

Es por ello que se admitirá una variación de más-menos 4 mm de variación.

Getafe, a 16 de agosto de 2018.

El Director Gerente



Hospital Universitario
de Getafe
Dirección Gerencia

Fdo: Miguel Ángel Andrés Molinero