

PERFIL DE CONTRATANTE DE LA COMUNIDAD DE MADRID

CONSEJERÍA DE SANIDAD - HOSPITAL UNIVERSITARIO LA PAZ.

Resolución de 9 de octubre de 2018 de la Dirección Gerencia del Hospital Universitario La Paz por la que se procede a la subsanación de errores en relación con los Pliegos de Cláusulas Administrativas Particulares y Pliego de Prescripciones Técnicas del procedimiento abierto simplificado 49/2018. Anuncio de licitación publicado en el perfil de contratante con fecha 27 de septiembre de 2018.

PRIMERO: Detectados errores en el Pliego de Prescripciones Técnicas del procedimiento abierto simplificado P.A.S. 49/2018 se procede a su rectificación.

En el apartado de Características Técnicas – Fuente de luz

- **Donde dice**

- Fuente de luz fría LED. Especificar características (intensidad, temperatura de color..).
- Al menos 1 cable de luz fría autoclavable de longitud mínima 1,5 m y 5 mm de diámetro.

- **Debe decir**

- Fuente de luz fría LED o XENON. Especificar características (intensidad, temperatura de color..)
- Al menos 1 cable de luz fría autoclavable de longitud mínima 1,5 m y 5 mm de diámetro aproximadamente.

SEGUNDO: Detectados errores en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares del procedimiento abierto simplificado P.A.S. 49/2018 se procede a su rectificación.

- **Donde dice**

8.2 Criterio/s cualitativos:

Evaluables de forma automática por aplicación de fórmulas:

ÍTEM	CRITERIOS		PUNTUACIÓN
1	Sistema de imagen		20
	Inclusión de monitor inalámbrico adicional	SI	6
		NO	0
	Tamaño del monitor (")	≥ 32"	2
		> 26" - < 32"	1
		26"	0
	Streaming unidireccional mediante dirección IP en tiempo real	SI	3
		NO	0
	Número de funciones controladas desde el cabezal de cámara		3
	Se puntuará el mayor número de funciones controladas desde el cabezal de la cámara con máxima puntuación y el resto de forma proporcional		
	Preselección del mayor número de especialidades quirúrgicas		3
	Se puntuará la preselección del mayor número de especialidades quirúrgicas con máxima puntuación y el resto de forma proporcional		
Exportación de imágenes al PACS en formato DICOM	SI	3	
	NO	0	
2	Fuente de luz		12
	Función para transiluminación de uréteres	SI	4
		NO	0
	Sistema de seguridad que apague la fuente de luz cuando se desconecte algún componente	SI	3
		NO	0
	Fuente de luz con conector universal para cualquier tipo de cable de luz fría	SI	3
		NO	0
Longitud del cable de luz fría superior a 1,5 m		2	
Se puntuará la mayor longitud del cable de luz fría con máxima puntuación y el resto de forma proporcional			
3	Plazo de garantía		4
	Plazo de garantía adicional ofertado además de los requeridos	2 años	4
		1 año	2
4	Contrato de mantenimiento		4
	Coste contrato de mantenimiento a todo riesgo una vez finalizada la garantía		4
	Se puntuará proporcionalmente cada 0,5% de disminución del porcentaje máximo solicitado (7%)		
TOTAL			40

- **Debe decir**

8.2 Criterio/s cualitativos:

Evaluables de forma automática por aplicación de fórmulas:

ÍTEM	VALORACIÓN	CRITERIO	PONDERACIÓN
1	Sistema de imagen		18
	Tamaño del monitor (")	> 32"	4
		=32"	0
	Streaming unidireccional mediante dirección IP en tiempo real	SI	3
		NO	0
	Número de funciones controladas desde el cabezal de cámara		3
	Se puntuará el mayor número de funciones controladas desde el cabezal de la cámara con máxima puntuación y el resto de forma proporcional		
	Preselección del mayor número de especialidades quirúrgicas		3
	Se puntuará la preselección del mayor número de especialidades quirúrgicas con máxima puntuación y el resto de forma proporcional		
	Exportación de imágenes al PACS en formato DICOM	SI	5
		NO	0
2	Fuente de luz		14
	Función para transiluminación de uréteres	SI	6
		NO	0
	Sistema de seguridad que apague la fuente de luz cuando se desconecte algún componente	SI	3
		NO	0
	Fuente de luz con conector universal para cualquier tipo de cable de luz fría	SI	3
		NO	0
	Longitud del cable de luz fría superior a 1,5 m		2
	Se puntuará la mayor longitud del cable de luz fría con máxima puntuación y el resto de forma proporcional		
3	Plazo de garantía		4
	Plazo de garantía adicional ofertado además de los requeridos	2 años adicionales	4
		1 año adicional	2
4	Contrato de mantenimiento		4
	Coste contrato de mantenimiento a todo riesgo una vez finalizada la garantía		4
	Se puntuará proporcionalmente cada 0,5% de disminución del porcentaje máximo solicitado (7%)		
TOTAL			40

Dichos pliegos, debidamente corregidos, se podrán obtener en el Perfil de Contratante Portal de la Contratación Pública de la CAM. www.madrid.org/contratospublicos.

TERCERO: Modificar los respectivos anuncios de licitación de dicho procedimiento P.A.S. 49/2018 abriendo un nuevo periodo de presentación de ofertas, estableciendo los siguientes plazos y fechas:

- Fecha límite de obtención de documentación e información: 19 de octubre de 2018.
- Presentación de ofertas. Fecha límite de presentación: 19 de octubre de 2018.
- Apertura de ofertas. 24 de octubre de 2018 a las 10,20 horas.

EL DIRECTOR GERENTE,