

RESPUESTA A LA SOLICITUD DE ACLARACIONES POR LA EMPRESA CARESTREAM AL PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS POR EL QUE SE RIGE LA CONVOCATORIA DEL CONTRATO DEL SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DOS SALAS DE RAYOS X PARA EL Sº DE RADIODIAGNÓSTICO DEL HOSPITAL GENERAL UNIVERSITARIO "GREGORIO MARAÑÓN"

EXPTE: A/SUM-013210/2018

Tubo de rayos X (lote 1 y 2):

En el Pliego de Prescripciones Técnicas (PPT), en el apartado de Características Técnicas tanto del lote 1 como del lote 2, en el apartado referido al Tubo de Rayos X se indica:

Tubo del mismo fabricante que el del sistema (LOTE 1)

Tubo del mismo fabricante que el sistema completo ofertado (LOTE 2)

¿Serán admitidas propuesta donde exista un Marcado CE a la totalidad del equipo Full Quality Assurance que garantice la compatibilidad y la calidad a todos los componentes del equipo aunque el tubo no sea de fabricación propia?

No serán admitidas propuestas que no incluyan lo solicitado. Dicho requisito facilitará el mantenimiento del equipo y rendimiento adecuado del mismo. De esta forma se garantiza una correcta respuesta por parte del adjudicatario en uno de los elementos más importantes del suministro, garantizando la misma vida útil del equipo. Existen al menos 3 empresas que cumplen lo solicitado.

Columna soporte (lote 1):

En las características técnicas del Lote 1, en el punto 4 Columna Soporte para el detector plano se indica "dispondrá de pantalla para la presentación de los datos de paciente para facilitar su identificación en la sala".

¿Serán admitidas soluciones donde esa pantalla se encuentra en la cabeza del tubo y donde se muestra los datos de paciente para facilitar su identificación dado que la funcionalidad pedida en el bucky es exclusiva de un fabricante?

Se eliminará de los requisitos mínimos incorporándolo como elemento de valoración.

Columna soporte (lote 2):

Dentro de las características técnicas del Lote 2, en el punto 4 Columna Soporte para el detector plano se indica Sistema de exposimetría automática con 5 cámaras por detector (tanto en mesa como en estativo vertical).

¿Serán admitidas ofertas con 3 cámaras de exposimetría automática en la mesa y 5 en el bucky pared debido a que sólo un fabricante es capaz de ofrecer 5 cámaras de exposimetría en mesa bucky?

Se eliminará de los requisitos mínimos incorporándolo como elemento de valoración.

Madrid, 03 de octubre de 2018

EL JEFE DEL SERVICIO DE
RADIODIAGNÓSTICO



Luis Hernández Moreno.

EL TÉCNICO RESPONSABLE
DE ELECTROMEDICINA



Eugenio Herrero Alonso