

PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS QUE HA DE REGIR EN EL CONTRATO DE ADQUISICION DE SILLON GINECOLOGICO ELECTRICO CON DESTINO A LOS CENTROS SANITARIOS DE ATENCION PRIMARIA A ADJUDICAR POR PROCEDIMIENTO ABIERTO MEDIANTE PLURALIDAD DE CRITERIOS

CONSIDERACIONES GENERALES:

1. Los equipos, aparatos y materiales deberán cumplir los estándares nacionales y comunitarios, particularmente los requisitos de calidad y de seguridad correspondientes (Directiva 93/42/CEE, rectificada por Directiva 2007/47/EC de productos sanitarios. El año de fabricación de estos equipos no debe ser anterior al año 2017.
2. Las empresas en caso de ser adjudicatarias, deberán:
 - Realizar el montaje, puesta en marcha, pruebas de funcionamiento e instrucción al personal que vaya a manejar el material.
 - El manejo de los aparatos se deberá realizar en horario compatible con los dos turnos del Centro para que pueda acudir todo el personal que requiera su manejo
 - Garantizarán el suministro de accesorios y repuestos necesarios para mantener el material en perfecto estado de funcionamiento durante un mínimo de 5 años.
 - El tiempo de duración de la garantía será de 24 meses, contando desde la recepción del equipamiento en el Centro o puesta en marcha en los casos que lo requiera.
 - Todos los equipos incluirán manual de uso en castellano.
 - El adjudicatario entregará a la firma del contrato en soporte electrónico:
 - Manual de uso los equipos en castellano.
 - Ficha técnica de los equipos
 - Relación de los fungibles necesarios para el funcionamiento del equipo.
3. En el Anexo I figura la relación de artículos con sus características técnicas de cada uno de ellos y en el Anexo II la relación de artículos con precios y unidades de cada uno de ellos.



ANEXO I
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS QUE DEBEN CUMPLIR LOS ARTÍCULOS:

Lote	Código	Descripción del lote	Características técnicas
1	3001282	SILLÓN GINECOLÓGICO ELÉCTRICO	- Sillón de reconocimiento y tratamiento ginecológico de una sección regulable eléctricamente - Altura mínima < = 60 cm. - Angulación de la pelvis entre 0º a +29º. - Posición de Trendelemburg de 60 a 100 cm. - Reposapiés plantar. - Activación de las funciones de ajuste mediante control de pie. - Con recorte ginecológico en el asiento. - Diseño ergonómico del asiento, respaldo y cabecero. - Bandeja para colocar rollos de papel. - Acolchado de espuma con funda de cuero sintético de primera calidad de alta resistencia y durabilidad en una amplia gama de colores. - Perfil del asiento de forma recta para una posición de reconocimiento relajada y adecuada - Barnizado de las piezas metálicas de polvo de resina de alta calidad - Superficies resistentes a golpes y arañazos de fácil limpieza, resistente a desinfectantes. - Peso máximo 245 Kg.



ANEXO II**RELACION PRECIOS Y UNIDADES**

Lote	Material	Descripción del lote	Formato	Precio neto Lic. (unitario sin IVA)	Cantidad	Importe lote sin IVA	% IVA	Importe lote con IVA	Epígrafe
1	3001282	SILLON GINECOLOGICO ELECTRICO	UNIDAD	3.700,00 €	9	33.300,00 €	21	40.293,00 €	62500

Total

33.300,00 €**6.993,00 €****40.293,00€**

La Gerente Adjunta de Gestión y Servicios Generales
Resolución de 25/02/2011 (BOCM núm. 76 de 31/03/2011)

María Luisa Tello García

