

**PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS QUE HA DE REGIR EN EL CONTRATO DE EXTENSIONES SONDA GASTROSTOMIA PARA ALIMENTACION A ADJUDICAR POR PROCEDIMIENTO ABIERTO ABREVIADO.**

**CONSIDERACIONES GENERALES:**

1. El material presentará una caducidad mínima de 36 meses desde su fecha de recepción, de otra forma se procederá a su devolución y retirada a cargo del proveedor.
2. El proveedor dispondrá de un procedimiento de retirada del material caducado/defectuoso incluyendo la adecuada eliminación de los mismos.
3. En los supuestos de rotura de stock y desabastecimiento el proveedor comunicará esta situación de forma inmediata, informando del plazo estimado de normalización del suministro. En ningún caso será superior a tres meses y el proveedor tendrá obligación de sustituir el material objeto del contrato por otro de igual o superior calidad al adjudicado, previa conformidad de la Gerencia.
4. Existirá un servicio de atención a la gestión y logística de pedidos que comprenderá al menos un teléfono, dirección de e-mail y/o fax específico de contacto.
5. El adjudicatario garantizará durante la vigencia del contrato la capacidad de abastecimiento.
6. Las entregas del suministro se efectuarán en los almacenes relacionados en este pliego.
7. En su caso, todas las instrucciones vendrán en castellano.
8. La fecha de caducidad y el lote estarán indicados en el envase general y en el individual del producto en los casos en los que proceda.

**Normativa general**

9. Todo el material ofertado tendrá marcado CE, de acuerdo con la Directiva 93/42/CEE, rectificada por la Directiva 2007/47/CE de productos sanitarios.

**Otras normativas**

10. Todo el material ofertado deberá cumplir la normativa ISO 80369-3, que regula las conexiones ENFIT en la nutrición enteral.



**RELACIÓN DE ALMACENES PARA ENTREGAS DE MATERIAL:**

<b>Almacén PAVONES</b>	C.S. Pavones C/ Hacienda de Pavones nº 271, entrada por rampa C/ Brujas 28030 - Madrid
<b>Almacén COSLADA</b>	Avda. de Madrid nº 11 28822 - Coslada Semisótano del C.S. Ciudad San Pablo
<b>Almacén MELCHOR FDEZ. ALMAGRO</b>	C/ Melchor Fernández Almagro nº 1 28029 - Madrid
<b>Almacén MAJADAHONDA</b>	Avda. España, 7 28220 - Majadahonda (Madrid)
<b>Almacén LEGANÉS</b>	Avda. de los Pinos nº 30, planta -1 28914 - Leganés (Madrid)
<b>Almacén ALBERTO PALACIOS</b>	C/ Domingo de Párraga nº 48 C.S. San Andrés 28021 - Madrid



**ESPECIFICACIONES TÉCNICAS QUE DEBEN CUMPLIR LOS ARTÍCULOS:**

Lote	Sublote	Código	Descripción del lote	Características técnicas
1	1.1	113671	EXTENSION SONDA GASTROSTOMIA PARA ALIMENTACION CONTINUA ENFIT 30 CM	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Juego de extensión compatible con conexión tipo MIC-KEY</li> <li>• Silicona/PVC grado médico</li> <li>• Conector en ángulo recto secur-lok</li> <li>• Longitud de la extensión 30 cm, <math>\pm</math> 5cm</li> <li>• Bifurcación de 2 puertos ENFIT con abrazadera y pinza</li> <li>• Libre de látex</li> <li>• Libre de DEHP y BPA</li> <li>• Envase individual con descripción del producto en castellano, con marcado CE, caducidad mínima de 3 años, número de lote, indicación de diámetro interno, longitud.</li> </ul>
1	1.2	113672	EXTENSION SONDA GASTROSTOMIA PARA ALIMENTACION POR BOLUS CONEXIÓN ENFIT 30 CM	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Juego de extensión compatible con conexión tipo MIC-KEY</li> <li>• silicona/PVC grado médico</li> <li>• Conector recto secur-lok</li> <li>• Longitud de la extensión 30 cm, <math>\pm</math> 5cm</li> <li>• Conector para bolo ENFIT y pinza</li> <li>• Libre de látex</li> <li>• Libre de DEHP y BPA</li> <li>• Envase individual con descripción del producto en castellano, con marcado CE, caducidad mínima de 3 años, número de lote, indicación de diámetro interno, longitud</li> </ul>

La Gerente Adjunta de Gestión y Servicios Generales  
Resolución de 25/02/2011 (BOCM núm. 76 de 31/03/2011)

María Luisa Tello García

