

 SaludMadrid Hospital Universitario Ramón y Cajal SERVICIO DE SUMINISTROS SUMC	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	ANEXO 24
---	----------------------------------	-----------------

EXPEDIENTE: 2018000032

OBJETO DEL CONTRATO

El presente contrato tiene por objeto el suministro de SISTEMA DESFIBRILADOR IMPLANTABLE SUBCUTÁNEO EXTRAVASCULAR, para cubrir las necesidades del Hospital

LOTE	Nº ORDEN	ARTÍCULO	CANTIDAD
1	1	DESFIBRILADOR IMPLANTABLE SUBCUTÁNEO <ul style="list-style-type: none"> - Desfibrilador automático implantable con electrodo para implante enteramente subcutáneo extravascular. - Sistema de detección de arritmias con hasta dos zonas de frecuencia. - Respuesta automática a taquiarritmia ventricular detectada, con descarga bifásica de energía máxima de al menos 80 J. - Estimulación post-choque a demanda, hasta 30 segundos. - Compatible con sistema de seguimiento remoto. - Compatible con realización de resonancias magnéticas 1.5T. 	8
1	2	ELECTRODO SUBCUTÁNEO <ul style="list-style-type: none"> - Cable tripolar recubierto de silicona. - Longitud 45 cm - Diámetro máximo de 9 F. 	8
1	3	HERRAMIENTA INSERCIÓN ELECTRODO SUBCUTÁNEO <ul style="list-style-type: none"> - Tunelizador para inserción de electrodo subcutáneo. - Longitud 36,5 cm 	8

ANEXO:

- En cada artículo deberá figurar impreso el correspondiente y obligado marcado CE. Todas las medidas de cada una de las referencias de los artículos ofertados deberán venir expresadas en medidas europeas.
- Los licitadores deberán presentar la siguiente documentación técnica (en castellano o traducida al castellano):
 - Relación de productos ofertados.
 - Ficha técnica del producto, catálogos y toda aquella información que el licitante considere oportuna.
- Muestras solicitadas para la evaluación de los productos: **NO**.
En caso de ser necesarias se solicitarían con posterioridad.
- Etiquetado en el que figure:
 - La denominación del artículo.
 - El método de esterilización utilizado.
 - Las fechas de caducidad del producto.
 - El número de lote.
 - La referencia comercial.
 - Marcado CE.
 - Toda la información será perfectamente legible y estará en castellano.


VºBº Dr. Marcelino Cucarella Galiana
SUBDIRECTOR AREA MEDICA



**Hospital Universitario
Ramón y Cajal**
SERVICIO DE SUMINISTROS
SUMC

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

ANEXO 24

5. Garantía de actualización Tecnológica. En caso de producirse un cambio en la tecnología del material adquirido por este expediente, con renovación de la gama, los modelos adjudicados se actualizarán a los de la nueva gama que corresponda, manteniendo como mínimo el nivel tecnológico del adjudicado y los precios.
6. Posibilidad de cursos de formación y actualización tanto a nivel médico, de enfermería y de gestión.

VºBº Dr. Marcelino Cucarella Galiana
SUBDIRECTOR AREA MEDICA



LOTE	N.O.	ARTICULO	UNIDAD MEDIDA	CANTIDAD ESTIMADA (12 meses)	PRECIO UNIDAD MEDIDA (IVA no incluido)	BASE IMPONIBLE	TIPO IVA	TOTAL IVA	IMPORTE TOTAL ESTIMADO (IVA incluido)
1	1	DESFIBRILADOR IMPLANTABLE SUBCUTANEO	UNIDAD	8	17.995,00	143.960,00	10	14.396,00	158.356,00
1	2	ELECTRODO SUBCUTANEO	UNIDAD	8	3.500,00	28.000,00	10	2.800,00	30.800,00
1	3	HERRAMIENTA INSERCIÓN ELECTRODO SUBCUTANEO	UNIDAD	8	350,00	2.800,00	10	280,00	3.080,00

IMPORTE TOTAL:	174.760,00		17.476,00	192.236,00
----------------	------------	--	-----------	------------