

EXP. A/SUM-013206/2018

CERTIFICADO

D. Francisco Domínguez Hernández, Secretario de la Mesa de Contratación del Hospital General Universitario Gregorio Marañón.

La Mesa de Contratación del Hospital General Universitario Gregorio Marañón, de conformidad con lo establecido en el artículo 19 del Reglamento General de Contratación Pública de la Comunidad de Madrid (Decreto 49/2003, de 3 de Abril), en su reunión de fecha 3 de octubre de 2018 ha acordado admitir y excluir a los Licitadores que se relacionan a continuación para concurrir al procedimiento abierto mediante pluralidad de criterios tramitado para la adjudicación del contrato denominado "SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE UN EQUIPO DE MAMOGRAFÍA DIGITAL PARA EL HOSPITAL GENERAL UNIVERSITARIO GREGORIO MARAÑÓN".

PLICA	LICITADORES	RESULTADO DE LA CALIFICCIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN (Con indicación de los motivos de su exclusión)
1	EMSOR, S.A.	ADMITIDO
2	SIEMENS HEALTHCARE S.L.U.	<p>EXCLUIDO, según informe técnico que se relaciona:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Se solicita un generador con un rango mínimo de tiempos de exposición entre 0,1 y 5 s. El equipo de Siemens incluye un rango máximo de entre 0,01 s y 4 s. (foco grueso). Este es inferior al solicitado. - Se solicita un sistema soporte conjunto Radiológico con un rango mínimo de desplazamiento vertical motorizado del detector-suelo 70-140 cm, ambos incluidos. El equipo de Siemens ofrece una regulación desde 65 cm hasta 135 cm sobre el suelo. Esta es inferior a la solicitada. - Se solicita un detector digital con una profundidad adquisición de al menos 14 bits. El equipo de Siemens ofrece una matriz de 13 bits. Esta es inferior a la solicitada. - Se solicita una estación de adquisición que incorpore como mínimo un monitor TFT/LCD con una resolución mínima de 2 MP. La oferta de Siemens incluye una pantalla de 1 MP. Esta es inferior a la solicitada.
3	UTE SUBCONTRATACIÓN Y SERVICIOS MADRID S.L. e INSANEX S.L.	<p>EXCLUIDO, según informe técnico que se relaciona:</p> <ul style="list-style-type: none"> - No ha incluido en el sobre 1 la oferta técnica. No se indica la relación de productos ofertados, descripción de los mismos ni las fichas técnicas emitidas por el fabricante del equipamiento.

Madrid, 9 de octubre de 2018
EL SECRETARIO DE LA MESA DE CONTRATACIÓN

Fdo.: Francisco Domínguez Hernández

