



EXPEDIENTE: 2018000029

OBJETO DEL CONTRATO

El presente contrato tiene por objeto el suministro de electrodos bipolares de 5 Fr para utilización con histeroscopios diagnósticos con canal de trabajo de 5 y 7 Fr, para cubrir las necesidades del Hospital

LOTE	Nº ORDEN	CÓDIGO	ARTÍCULO	CANTIDAD
1	1	273635	ELECTRODO BERBIQUÍ P/VAPORIZADOR BIPOLAR HISTEROSCOPIA	365

- Electrodo bipolar de histeroscopia desechable.
- Diámetro de 5 Fr (1,6 mm) y 360 mm de longitud.
- Con aislamiento de seguridad.
- Punta berbiquí 0,6 mm diámetro x 3,0 mm longitud.
- Compatible con cable de conexión al generador bipolar Versapoint.
- Envase individual estéril.
- Fácil de abrir, de forma que se garantice la esterilidad en el proceso de apertura.

Aplicación: Corrección de las siguientes patologías: miomas, pólipos, adherencias intrauterinas, septos uterinos.

ANEXO:

1. En cada artículo deberá figurar impreso el correspondiente y obligado marcado CE. Todas las medidas de cada una de las referencias de los artículos ofertados deberán venir expresadas en medidas europeas.
2. Los licitadores deberán presentar la siguiente documentación técnica (en castellano o traducida al castellano):
 - Relación de productos ofertados.
 - Ficha técnica del producto, catálogos y toda aquella información que el licitante considere oportuna.
3. Muestras solicitadas para la evaluación de los productos: **NO**.
En caso de ser necesarias se solicitarían con posterioridad.
4. Etiquetado en el que figure:
 - a. La denominación del artículo.
 - b. Identificación de la empresa.
 - c. Identificación del producto.
 - d. Fecha de envasado.
 - e. Indicación de producto estéril.
 - f. El método de esterilización utilizado.
 - g. Las fechas de caducidad del producto.
 - h. El número de lote.
 - i. La referencia comercial.
 - j. Marcado CE.

**Hospital Universitario
Ramón y Cajal**
SUBDIRECCIÓN MÉDICA
SERVICIOS QUIRÚRGICOS
Comunidad de Madrid
Tfno.: 80.24 Planta: 0 Dcha.

Fdo. DR. MARTÍNEZ FERNÁNDEZ
SUBDIRECCIÓN QUIRÚRGICA



- k. Toda la información será perfectamente legible y estará en castellano.
5. Garantía de actualización Tecnológica. En caso de producirse un cambio en la tecnología del material adquirido por este expediente, con renovación de la gama, los modelos adjudicados se actualizarán a los de la nueva gama que corresponda, manteniendo como mínimo el nivel tecnológico del adjudicado y los precios.
 6. Posibilidad de cursos de formación y actualización tanto a nivel médico, de enfermería y de gestión.



Tfno.: 80.24

**Hospital Universitario
Ramón y Cajal**

SUBDIRECCIÓN MÉDICA
SERVICIOS QUIRÚRGICOS

Comunidad de Madrid

Planta: 8 Ocha.

Fdo. DR. MARTÍNEZ FERNÁNDEZ
SUBDIRECCIÓN QUIRÚRGICA