



**RESOLUCIÓN DE LA DIRECCIÓN GERENCIA DEL HOSPITAL  
UNIVERSITARIO DE GETAFE POR LA QUE SE HACE PÚBLICA LA  
MODIFICACIÓN DEL PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS QUE RIGE EL  
EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓN PAPC 2018-1-42 EQUIPAMIENTO  
INTEGRAL DE QUIROFANO PARA CIRUGÍA DE TRAUMATOLOGÍA**

D. MIGUEL ÁNGEL ANDRÉS MOLINERO, DIRECTOR GERENTE DEL HOSPITAL  
UNIVERSITARIO DE GETAFE

En virtud de lo establecido en la Resolución de 25 de febrero de 2011, de la  
Viceconsejera de Asistencia Sanitaria, de delegación de competencias en materia de  
contratación y gestión presupuestaria (B.O.C.M. nº 76 de 31 de marzo de 2011)

**CONSIDERANDO**

Artículo 109.2 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común  
de las Administraciones Públicas, según el cual: "Las Administraciones Públicas podrán, así  
mismo, rectificar en cualquier momento, de oficio o a instancia de los interesados, los errores  
materiales, de hecho o aritméticos existentes en sus actos"

**A LA VISTA DE**

Errores materiales detectado error material en el pliego de prescripciones técnicas que rige el  
procedimiento abierto para la contratación del equipamiento integral de quirófano para cirugía  
de traumatología, en los apartados:

**2.2 CABEZAL DE CÁMARA ENDOSCÓPICA (1 UNIDAD)**

-Zoom óptico:

**PROCEDE**

Donde pone: "F=15-31 mm"

**Debe poner: "entre 15-31 mm"**

**2.2 LAMPARA QUIRÚRGICA DOBLE, FORMADO POR UN ELEMENTO PRINCIPAL Y  
UNA SATELITE (1 UNIDAD):**

-En la profundidad de iluminación de la lámpara principal:

**PROCEDE**

Donde pone: "superior a 120 cm"

**Debe poner: "de al menos 120 cm"**

En Getafe, a 31 de agosto de 2018

EL DIRECTOR GERENTE

 **Hospital Universitario  
de Getafe**  
**Dirección Gerencia**

Fdo.: Miguel Ángel Andrés Molinero