

**SUMINISTRO DE KITS DE LAVADO Y GLICEROLIZACIÓN
PARA PROCESADOR CELULAR AUTOMÁTICO
HAEMONETICS ACP®215
EXP: P.A. SUM. 014-2018**

PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS

OBJETO

Es objeto de este contrato es el suministro de sistemas cerrados para el procesamiento automático de hematíes, compatibles con el procesador celular automático Haemonetics ACP®215 para lavado, glicerolización y desglicerolización de hematíes.

Se solicitan los siguientes materiales:

Material para 200 procesos de lavado/desglicerolización de hematíes	
Kits de lavado/desglicerolización	200 uds
Solución glucosa 0.2%/ NaCl 0.9%	200 uds
SAG-manitol	200 uds
Material para 50 procesos de glicerolización de hematíes:	
Kit de glicerolización	50 uds
Solución de glicerolización	50 uds

DEFINICIÓN/DESCRIPCIÓN DEL OBJETO

Las características técnicas que debe cumplir son las siguientes:

- Los kits lavado/desglicerolización y glicerolización deben ser compatibles con el procesador celular automático Haemonetics ACP®215
- Las bolsas de solución deben ser de fácil manejo y adaptación al equipo.
- La solución de glucosa 0.2%/ NaCl 0.9% debe tener un volumen de 2000 ml
- SAG-manitol debe tener un volumen de 350 ml
- La solución de glicerilización debe tener un volumen de 500 ml

ETIQUETADO

El etiquetado de los envases, se ajustará a lo indicado en el RD 1591/2009, de 16 de octubre, por el que se regulan los productos sanitarios.

SERVICIOS INCLUIDOS

Se entienden incluidos dentro del presente contrato cuantos gastos pudieran derivarse de la entrega de los materiales, expresamente los de transporte del mismo y todos los derivados de su puesta en marcha.

PERIODO DE VIGENCIA

El periodo de vigencia del concurso es de 12 meses.

CADUCIDAD

Todos los productos deberán indicar la fecha de caducidad y el control de esterilidad si procede. El periodo de validez o caducidad de los productos entregados será como mínimo de 1 año.

LA DIRECTORA GERENTE

Fdo: Luisa Barea García