

**PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS QUE HA DE REGIR EN EL CONTRATO DE ADQUISICION DE MONITOR PORTATIL PULSIOXIMETRO MAS TENSIOMETRO CON DESTINO A LOS CENTROS SANITARIOS DE ATENCION PRIMARIA A ADJUDICAR POR PROCEDIMIENTO ABIERTO MEDIANTE PLURALIDAD DE CRITERIOS**

**CONSIDERACIONES GENERALES:**

1. Los equipos, aparatos y materiales deberán cumplir los estándares nacionales y comunitarios, particularmente los requisitos de calidad y de seguridad correspondientes (Directiva 93/42/CEE, rectificada por Directiva 2007/47/EC de productos sanitarios. El año de fabricación de estos equipos no debe ser anterior al año 2017.
2. Las empresas en caso de ser adjudicatarias, deberán:
  - Realizar el montaje, puesta en marcha, pruebas de funcionamiento e instrucción al personal que vaya a manejar el material.
  - El manejo de los aparatos se deberá realizar en horario compatible con los dos turnos del Centro para que pueda acudir todo el personal que requiera su manejo
  - Garantizarán el suministro de accesorios y repuestos necesarios para mantener el material en perfecto estado de funcionamiento durante un mínimo de 5 años.
  - El tiempo de duración de la garantía será de 24 meses, contando desde la recepción del equipamiento en el Centro o puesta en marcha en los casos que lo requiera.
  - Todos los equipos incluirán manual de uso en castellano.
  - El adjudicatario entregará a la firma del contrato en soporte electrónico:
    - Manual de uso los equipos en castellano.
    - Ficha técnica de los equipos
    - Relación de los fungibles necesarios para el funcionamiento del equipo.
3. En el Anexo I figura la relación de artículos con sus características técnicas de cada uno de ellos y en el Anexo II la relación de artículos con precios y unidades de cada uno de ellos.



La autenticidad de este documento se puede comprobar en [www.madrid.org/csv](http://www.madrid.org/csv) mediante el siguiente código seguro de verificación: **1038008855125124013420**

**ANEXO I**  
**ESPECIFICACIONES TÉCNICAS QUE DEBEN CUMPLIR LOS ARTÍCULOS:**

Lote	Código	Descripción del lote	Características técnicas
1	3001341	MONITOR PORTATIL PULSIOXIMETRO + TENSIOMETRO	<p><b>Monitor:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 4 manguitos: lactante, infantil, adulto y obesos.</li> <li>- Presión sanguínea no invasiva</li> <li>- Pulso, SP02</li> <li>- Pantalla grande y luminosa</li> <li>- Medición simultánea de los parámetros vitales.</li> <li>- Batería autónoma recargable de Litio, con autonomía de 2 horas y media o de mínimo 300 mediciones</li> <li>- Inter-faz de fácil uso.</li> </ul> <p><b>Pulsioxímetro:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Sistema automático y detección de fallos de sonda</li> <li>- Diagnóstico de sistema automático/continuo. Rango (SpO2) 0 a 100%</li> <li>- Precisión: (spo2) 70 a 100% +/-2 dígitos</li> <li>- Frecuencia de pulso: Rango: 30 a 230 latidos por minuto +/- 1. Desviación estándar.</li> <li>- Sensores de oximetría: 3 sensores reutilizables de adultos, pediátrico y neonatal, pudiéndose utilizar en dedos de manos y pies</li> </ul> <p><b>Carro:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- De acero inoxidable</li> <li>- 5 ruedas giratorias c/freno.</li> <li>- Cesta metálica</li> <li>- Peso máx. 20Kg.</li> <li>- Altura regulable de 80 a 120 cm</li> </ul>



La autenticidad de este documento se puede comprobar en [www.salud.madrid.org/csv](http://www.salud.madrid.org/csv) mediante el siguiente código seguro de verificación: **1038008855125124013420**

**ANEXO II  
RELACION PRECIOS Y UNIDADES:**

Lote	Material	Descripción del lote	Formato	Precio neto Lic. (unitario sin IVA)	Cantidad	Importe lote sin IVA	% IVA	Importe lote con IVA	Epígrafe
1	3001341	MONITOR PORTATIL PULSIOXIMETRO + TENSIOMETRO	UNIDAD	1.842,00 €	19	34.998,00 €	21	42.347,58 €	62304
Total						34.998,00 €	7.349,58 €	42.347,58 €	

La Gerente Adjunta de Gestión y Servicios Generales  
Resolución de 25/02/2011 (BOCM núm. 76 de 31/03/2011)

María Luisa Tello García