

EXP. A/SUM-021812/2018

### CERTIFICADO

D. Jaime Ortega Alonso, Secretario de la Mesa de Contratación del Hospital General Universitario Gregorio Marañón.

La Mesa de Contratación del Hospital General Universitario Gregorio Marañón, de conformidad con lo establecido en el artículo 19 del Reglamento General de Contratación Pública de la Comunidad de Madrid (Decreto 49/2003, de 3 de Abril), en su reunión de fecha 8 de noviembre de 2018 ha acordado admitir y excluir a los Licitadores que se relacionan a continuación para concurrir al procedimiento abierto simplificado mediante pluralidad de criterios tramitado para la adjudicación del contrato denominado “SUMINISTRO DE DOS ECÓGRAFOS PARA EL SERVICIO DE RADIODIAGNÓSTICO PARA EL HOSPITAL GENERAL UNIVERSITARIO GREGORIO MARAÑÓN”.

- LOTE 1: UN ECOGRAFO ALTA GAMA PARA EL SERVICIO DE RADIODIAGNOSTICO

PLICA	LICITADORES	RESULTADO DE LA CALIFICCIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN (Con indicación de los motivos de su exclusión)
1	CANON MEDICAL SYSTEMS	ADMITIDA
2	PHILIPS IBERICA, S.A.U.	ADMITIDA
3	ARS ELECTROMEDICINA, S.L.	ADMITIDA
4	SIEMENS HELTHCARE, S.L.U.	ADMITIDA
5	GENERAL ELECTRIC HEALTHCARE ESPAÑA, S.A.U.	<b>EXCLUIDA</b> , Este no cumple las especificaciones técnicas. En el pliego de especificaciones técnicas se solicita una pantalla táctil capacitiva de al menos 12” con tecnología de deslizamiento y teclado virtual para el acceso a controles del equipo y funciones del segundo monitor. La pantalla ofertada tiene un tamaño inferior de 10,4 pulgadas.

- LOTE 2 UN ECOGRAFO MEDIA GAMA PARA EL SERVICIO DE RADIODIAGNOSTICO

PLICA	LICITADORES	RESULTADO DE LA CALIFICCIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN (Con indicación de los motivos de su exclusión)
1	CANON MEDICAL SYSTEMS	ADMITIDA
2	PHILIPS IBERICA, S.A.U.	ADMITIDA
3	ARS ELECTROMEDICINA, S.L.	ADMITIDA
4	SIEMENS HELTHCARE, S.L.U.	<b>EXCLUIDA</b> Oferta el modelo ACUSON JUNIPER que no cumple las exigencias del pliego. El almacenamiento de disco oferta es de 500 Gb frente a los 512 Gb solicitados. El número de canales es de 1.032.192 inferior a los 3M solicitados. No se presenta información sobre el Frame Rate.



5	GENERAL ELECTRIC HEALTHCARE ESPAÑA, S.A.U.	<b>EXCLUIDA</b> , Oferte el modelo LOGIQ S8 XDCLEAR. Este no cumple las especificaciones técnicas. En el pliego de especificaciones técnicas se solicita una <b>pantalla táctil capacitiva de al menos 12" con tecnología de deslizamiento y teclado virtual para el acceso a controles del equipo y funciones del segundo monitor</b> . La pantalla ofertada tiene un tamaño inferior de 10,4 pulgadas.
---	--	--

Madrid, 13 de noviembre de 2018

EL SECRETARIO DE LA MESA DE CONTRATACIÓN

Fdo.: Jaime Ortega Alonso



La autenticidad de este documento se puede comprobar en [www.madrid.org/csv](http://www.madrid.org/csv) mediante el siguiente código seguro de verificación: **0963135937375025841748**