

 <p>Hospital Universitario Ramón y Cajal SERVICIO DE SUMINISTROS SUMC</p>	<p>PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS</p>	<p>ANEXO 24</p>
--	--	-----------------

EXP: 2018000040

DISPOSITIVOS ASISTENCIA VENTRICULAR PERCUTANEO 14 FR MINIMAMENTE INVASIVO

OBJETO DEL CONTRATO: adquisición de dispositivos de asistencia ventricular izquierda percutánea para su utilización en el shock cardiogénico y en angioplastias de alto riesgo.

LOTE	Nº ORDEN	CÓDIGO	ARTÍCULO	CANTIDAD 12 Meses
1	1	313677	DISPOSITIVO ASISTENCIA VENTRICULAR PERCUTANEO 14 FR MINIMAMENTE INVASIVO	5

- Dispositivo percutáneo de asistencia ventricular izquierda percutánea, basado en bomba microaxial montada sobre un catéter cuya porción distal tiene forma de "pigtail". El catéter se coloca en el ventrículo izquierdo de donde la bomba extrae la sangre y la deposita en la raíz aórtica.
- Apto para implantación percutánea (14F)
- Capaz de generar un flujo de hasta 4 l/min
- Posibilidad de utilización hasta 5 días.
- Kit con todo el material necesario para su utilización (introductor, catéter, guía, sistema de purgado)

CESIÓN DE EQUIPAMIENTO:

El adjudicatario cederá sin cargo añadido para el Hospital dos consolas digitales con las siguientes características:

- Consola de control AIC automática, que permita tanto el manejo del catéter (ajuste de flujo proporcionado por el dispositivo) como el control del paciente y de la posición del dispositivo.
- Dicha consola debe tener todos los sistemas de purga integrados y disponer de batería (autonomía de 1 hora) para permitir la realización de traslados).

ANEXO:

1. En cada artículo deberá figurar impreso el correspondiente y obligado marcado CE. Todas las medidas de cada una de las referencias de los artículos ofertados deberán venir expresadas en medidas europeas.
2. Los licitadores deberán presentar la siguiente documentación técnica (en castellano o traducida al castellano):
 - Relación de productos ofertados.
 - Ficha técnica del producto, catálogos y toda aquella información que el licitante considere oportuna.

P.A.S. 2018000040


Subdirector Médico
 Fdo. Dr. Marcelino Cucarella Galiana
 SUBDIRECTOR MÉDICO
 Fdo. Marcelino Cucarella Galiana



3. Muestras solicitadas para la evaluación de los productos: **NO**.
En caso de ser necesarias se solicitarían con posterioridad.
4. Etiquetado en el que figure:
 - a. La denominación del artículo.
 - b. El método de esterilización utilizado.
 - c. Las fechas de caducidad del producto.
 - d. El número de lote.
 - e. La referencia comercial.
 - f. Marcado CE.
 - g. Toda la información será perfectamente legible y estará en castellano.
5. Garantía de actualización Tecnológica. En caso de producirse un cambio en la tecnología del material adquirido por este expediente, con renovación de la gama, los modelos adjudicados se actualizarán a los de la nueva gama que corresponda, manteniendo como mínimo el nivel tecnológico del adjudicado y los precios.
6. Posibilidad de cursos de formación y actualización tanto a nivel médico, de enfermería y de gestión.
7. Cada casa comercial adjudicataria de este Procedimiento deberá tener DEPOSITADO en el Hospital el sistema/montaje/kit, ... adjudicado por si se requiere su utilización por necesidades de urgencia.
8. Los proveedores adjudicatarios deberán constituir los depósitos que el Centro estime necesarios para la realización de su actividad quirúrgica. El depósito inicial se formalizará en un albarán de entrega en el que se dejara constancia de las referencias que lo integran y que contará con el visto bueno de quirófano y del proveedor. Obligación de revisar caducidades.
9. La reposición del material debe realizarse en las 24 horas al de su petición.

EL SUBDIRECTOR MÉDICO
DE SERVICIOS MÉDICOS

Fdo. Marcelino Cucarella Galiana

Fdo. Dr. Marcelino Cucarella Galiana
SUBDIRECTOR MÉDICO



Hospital Universitario
Ramón y Cajal

SERVICIO DE SUMINISTROS

SUMC

ANEXO AL PLIEGO DE
ESPECIFICACIONES
TÉCNICAS

ANEXO 25

LOTE	N.O.	CODIGO	ARTICULO	UNIDAD MEDIDA	CANTIDAD ESTIMADA (12 meses)	PRECIO UNIDAD MEDIDA (IVA no incluido)	BASE IMPONIBLE	TIPO IVA	TOTAL IVA	IMPORTE TOTAL ESTIMADO (IVA incluido)
1	1	313677	DISPOSITIVO ASISTENCIA VENTRICULAR PERCUTANEO 14FR MINIMAMENTE INVASIVO	UNIDAD	5	10.716,11	53.580,55	21	11.251,90	64.832,45
					TOTAL LOTE 1:		53.580,55	21	11.251,90	64.832,45