

### NOTA ACLARATORIA

Planteadas dudas por empresas interesadas en el expediente de NFU PAPC 2018-1-34 Material de infusión intravenosa para el Hospital Universitario de Getafe, informamos:

En aclaración de la descripción técnica del lote 17: "Conectores y equipos para administración intravenosa de agentes citostáticos" En el pliego de prescripciones técnicas se describe el dispositivo como "Adaptador universal para sistema IV de administración de agentes citostáticos por bomba", lo cual quiere decir que el dispositivo debe constar, en uno de sus extremos, de una conexión que permita insertar el punzón de cualquier sistema de suero para administración de terapia IV por bomba volumétrica (para cualquier marca ó modelo de bomba volumétrica).

Así mismo en el apartado 1 de este mismo lote, las medidas son aproximadas y el tapón deberá ser de polietileno u otro sistema que garantice la esterilidad.

Getafe, 7 de noviembre de 2018



Fdo.: Robles Rangil, M.Paz  
Supervisora Recursos Materiales