

SUMINISTRO DE UN TANQUE DE NITRÓGENO PARA CONSERVACIÓN DE SANGRE DE CORDÓN UMBILICAL (P.A. SUM. 017-2018)

INFORME VALORACIÓN TÉCNICA

Una vez realizada la apertura de las ofertas presentadas al expediente **SUMINISTRO DE UN TANQUE DE NITRÓGENO PARA CONSERVACIÓN DE SANGRE DE CORDÓN UMBILICAL (P.A. SUM. 017-2018)**, se emite el siguiente informe:

OFERTA SE CARBUROS (Modelo HEco 1892P)

El tanque ofertado cumple con la totalidad de los requisitos del pliego, con un Sistema de almacenamiento en fase gaseosa/vapor y capacidad de 3.936 uds de 50ml.

OFERTA NIRCO (Modelo Biosystem 24)

El Tanque ofertado NO cumple con los requisitos mínimos exigidos, ya que la capacidad es inferior a la solicitada, 1.072 bolsas 50 mL (en fase vapor).

OFERTA TELSTAR (Modelo CBS V-5000-EH)

El Tanque ofertado NO cumple con los requisitos mínimos exigidos, ya que la capacidad es inferior a la solicitada, 2.208 bolsas 50 mL (en fase vapor).

CUADRO RESUMEN (Criterios evaluables mediante fórmulas)

LICITADOR	Capacidad del tanque (20)	Sistema de alarmas (15)	Sistema de llenado (5)	TOTAL
SE CARBUROS	0	0	5	5
NIRCO	X	(emisor SPY RF) 15	5	20
TELSTAR	X	0	5	5

Una vez valorada la documentación presentada al expediente PA SUM 017-2018, de acuerdo con el Pliego de Prescripciones Técnica, y los criterios de valoración cualitativos, se determina que la única empresa que cumple con la totalidad de las condiciones exigidas en el Pliego es S.E. CARBUROS METALICOS, S.A., con NIF nº A08015646.

Madrid, 12 de noviembre de 2018

Fdo. Sharon Toral Ibarra.

F.E.A. Hematología y Hemoterapia.

RESPONSABLE CRIOBIOLOGÍA Y BANCO DE SANGRE DE CORDÓN UMBILICAL.

