

EXPEDIENTE: 2018-0-151

**PLIEGO PRESCRIPCIONES TECNICAS PARTICULARES PARA EL SUMINISTRO DE SISTEMAS DE HEMOCULTIVOS CON DESTINO AL LABORATORIO DE MICROBIOLOGÍA DEL HOSPITAL 12 DE OCTUBRE**

El presente pliego de Prescripciones Técnicas, de acuerdo con el artículo 123 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre de Contratos del Sector Público y el artículo 68 del RGLCAP, aprobado por Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre, contiene las prescripciones técnicas particulares que han de regir la ejecución del ***SUMINISTRO DE SISTEMAS DE HEMOCULTIVOS CON DESTINO AL LABORATORIO DE MICROBIOLOGÍA DEL HOSPITAL 12 DE OCTUBRE***

**Características técnicas:**

LOTE	Nº Orden	Cod.Artº	DENOMINACION
1	1	022159	HEMOCULTIVOS ANAEROBIOS BACT/ALER FN (Tec. Automática). Ud./Medida: botella
	2	022160	HEMOCULTIVOS AEROBIOS BAC/ALERT FA (Tec.Automática). Ud./Medida: botella
	3	02A424	HEMOCULTIVOS PEDIÁTRICOS BACT/ALERT PF (Tec.Automática). Ud./Medida: botella

**CARACTERISTICAS TECNICAS RELATIVAS AL EQUIPAMIENTO:**

**Para la realización de las técnicas objeto del presente expediente, el adjudicatario cederá durante la vigencia del concurso, el siguiente equipamiento:**

**Sistema de Hemocultivos, con las siguientes características:**

- Detección por lectura automática de crecimiento por medios no invasivos.
- Incubación de botellas sin límite de tiempo y sin interrupción de incubación.
- Carga y descarga automática de botellas
- Identificación del código de barras de la botella y la muestra automáticamente.
- Detección del volumen de muestra de cada botella.
- Que puedan localizarse simultáneamente en distintas áreas del hospital, con información integrada de los distintos equipos.
- Sistema de homologación CE.
- Botellas irrompibles y adaptadas a los sistemas de transporte por vacío.

- Botellas con medio de cultivo preparado para la neutralización de antibióticos, sin carbón activado y compatible con sistemas de identificación microbiana por MALDI-TOF.
- Formatos aeróbicos, anaeróbicos y pediátricos.
- Conectividad “on line” con el Sistema Informático del Laboratorio

#### MUESTRAS SOLICITADAS PARA LA EVALUACIÓN DE LOS PRODUCTOS:

**NO.**

- No obstante, y durante el período de evaluación técnica de los productos ofertados, se podrán solicitar más muestras en aquellos casos que se considere necesario, requisito imprescindible para poder valorar la calidad del producto.

Madrid, 9 de octubre de 2018

SUBDIRECTORA MÉDICA DE  
SERVICIOS CENTRALES



Fdo.: Dra. V. Ramos

SERVICIO DE MICROBIOLOGÍA



Fdo.: Dra. Mª Angeles Orellana Miguel

**EXPEDIENTE 2018-0-151**

**OBJETO: SUMINISTRO DE SISTEMAS DE HEMOCULTIVO**

LOTE	Nº ORDEN	COD. ARTº	DESCRIPCION ARTICULO	CANTIDAD 24 MESES	PRECIO (SIN IVA)	BASE IMPONIBLE	IVA	IMPORTE TOTAL
1	1	022159	HEMOCULTIVOS ANAEROBIOS BACT/ALER FN	70.000	2,5000	175.000,00	36.750,00	211.750,00
	2	022160	HEMOCULTIVOS AEROBIOS BAC/ALERT FA	70.000	2,5000	175.000,00	36.750,00	211.750,00
	3	02A424	HEMOCULTIVOS PEDIATRICOS BACT/ALERT PF	8.200	2,5000	20.500,00	4.305,00	24.805,00
						<b>370.500,00</b>	<b>77.805,00</b>	<b>448.305,00</b>