

EXPEDIENTE. 2018-0-242**PLIEGO PRESCRIPCIONES TECNICAS PARTICULARES PARA EL
SUMINISTRO MONITORES PARA PUESTOS DE CUIDADOS INTENSIVOS
NEONATALES PARA EL HOSPITAL 12 DE OCTUBRE.**

El presente pliego de Prescripciones Técnicas, de acuerdo con el artículo 123 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre de Contratos del Sector Público y el artículo 68 del RGLCAP, aprobado por Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre, contiene las prescripciones técnicas particulares que han de regir la ejecución del **SUMINISTRO MONITORES PARA PUESTOS DE CUIDADOS INTENSIVOS NEONATALES PARA EL HOSPITAL 12 DE OCTUBRE.**

LOTE 1:**ORDEN 1: MONITOR PARA PUESTOS DE CUIDADOS INTENSIVOS
NEONATALES****(3 UD)****CARACTERISTICAS GENERALES:**

Monitor flexible y modular con pantalla táctil color de 15 pulgadas, de alta resolución, preparados para pacientes neonatos, con configuraciones exclusivas disponibles para los entornos neonatales.

Requisitos:

- Incorporarán al menos 4 canales con presentación gráfica simultáneos con los siguientes valores posibles:
 - Frecuencia cardiaca
 - Frecuencia respiratoria
 - Pulsioximetría, con tecnología Masimo SET Rainbow®
 - Temperatura
 - Presión arterial no invasiva
 - Monitorización de presiones invasivas
- Deberán ser configurables en cuanto al tipo de señales fisiológicas a representar.
- Deberán almacenar tendencias y configuraciones.

- Deberán tener un sistema de gestión de alarmas de todos los parámetros monitorizados.
- Tecnología de disipación de calor sin ventiladores ni orificios de ventilación por donde puedan introducirse líquidos.
- Capacidad de visualización remota en el propio monitor de otros monitores PHILIPS INTELLIVUE propiedad del Hospital e instalados en las salas de cuidados intensivos neonatales.
- Integración y absoluta compatibilidad con el sistema de monitorización centralizada.
- Deben admitir un módulo monitor que vuelque los datos de la monitorización durante el transporte

ORDEN 2: MODULO DE TRANSPORTE (1 UD)

Módulo de transporte compatible con uno de los monitores descritos en el orden 1, extraíble con las siguientes:

CARACTERISTICAS GENERALES:

- Teclas inteligentes de acceso directo para las funciones: límites de alarma, presiones no invasivas, tendencias, almacenar suceso, revisar suceso, calibrar presiones, etc., configurables para cada tipo de pantalla.
- Robustez: debe ser compacto y resistente. Resistir caídas de 1 m de altura. Resistir agentes desinfectantes habituales en unidades de críticos.
- Peso inferior a 1,5 Kg.
- Parámetros de medición que incluyan:
 - ECG de 3 electrodos
 - Pulsioximetría con tecnología Masimo SET Rainbow®
 - Presiones no invasivas
 - Doble presión invasiva
 - Temperatura
- Volcado de información tras recolocación en el monitor madre.

SOLICITUD DE MUESTRAS: NO

No obstante, durante el período de evaluación técnica de los productos ofertados, se podrán solicitar más muestras, en aquellos casos que se considere necesario, requisito imprescindible para poder valorar la calidad del producto.

Madrid, 21 de noviembre de 2018

SUBDIRECTOR MÉDICO
MATERNO – INFANTIL



Fdo.: Dr. Artillo Rembado

JEFE DE SERVICIO DE
NEONATOLOGÍA

Fdo.: Dra. Pallás Alonso



JEFE DE SECCIÓN DE
NEONATOLOGÍA



Fdo.: Dr. Bustos Lozano

ANEXO AL PPT

Requisitos de instalación y mantenimiento

1.-Instalacion

- Los equipos se suministrarán con todos aquellos dispositivos o elementos de interconexión, accesorios de anclaje o fijación necesarios para un total y correcto funcionamiento y obtención de los correspondientes permisos o autorizaciones requeridas por la legislación vigente.
- Los equipos serán montados por el adjudicatario en el local de destino en condiciones de funcionamiento, incluyendo la retirada de elementos de embalaje así como del equipo al que sustituya independientemente de su ubicación en el Centro o en cualquiera de los CEPS adscritos), en caso de que sea necesario.

2.-Informacion del equipo

- El adjudicatario deberá entregar la siguiente documentación en español:
 - Manual de instrucciones y operaciones, en formato electrónico.
 - Manual de mantenimiento, en formato electrónico.
- El adjudicatario deberá actualizar los manuales en español cuando se incorpore alguna modificación a las características del equipo.
- Los equipos se suministrarán con la última versión de software disponible. Se actualizarán los programas ofertados, sin coste adicional, durante el periodo de garantía (incluida ampliación de garantía si ha sido ofertada por el adjudicatario).
- El adjudicatario colaborará con la Unidad de Electromedicina del Hospital en la inclusión de toda la información necesaria de los equipos en el inventario técnico disponible en la Unidad.

3.-Garantía y mantenimiento

- La garantía del equipo incluye durante su vigencia el servicio de mantenimiento en la modalidad “todo incluido con garantía total” y mantenimiento técnico-legal sin coste adicional para el Hospital
- El adjudicatario está obligado a disponer de todos los repuestos, accesorios, componentes, kits, consumibles que puedan ser necesarios para el correcto mantenimiento preventivo, correctivo y técnico-legal durante un periodo mínimo de 10 años

EXPEDIENTE 2018-0-242

OBJETO: SUMINISTRO MONITORES PARA PUESTOS DE CUIDADOS INTENSIVOS NEONATALES PARA EL HOSPITAL 12 DE OCTUBRE

PRESUPUESTO											
LOTE	ORDEN	COD. ARTº	DESCRIPCION ARTICULO	CANTIDAD	PRECIO S/IVA	BASE IMPONIBLE	IVA 21%	IMPORTE TOTAL	VALOR ESTIMADO		
1	1	222302	Monitor C. Intesivos Neonatales	3	8.750,00	26.250,00	5.512,50	31.762,50	26.250,00		
	2	222303	Módulo de transporte	1	4.480,00	4.480,00	940,80	5.420,80	4.480,00		
						30.730,00	6.453,30	37.183,30	30.730,00		