

PORTAL DE LA CONTRATACIÓN PÚBLICA DE LA COMUNIDAD DE MADRID

Advertido error material en el Pliego de prescripciones técnicas del expediente 2018000048: “Suministro de un ecógrafo alta gama con software doppler alta calidad con destino en el Hospital Universitario Ramón y Cajal”, habiéndose publicado el anuncio de licitación en el Portal de Contratación el 15 de noviembre de 2018, con referencia 2655811.

RESUELVE

Subsanar el error material en relación con el pliego de especificaciones técnicas (Anexo 24) en los siguientes apartados:

3. Software clínico:

Donde dice:

- Incorporación de módulo de Elastografía automática con tecnología Shear...

Debe decir:

- Posibilidad de incorporar módulo de Elastografía automática con tecnología Shear...

Donde dice:

- Incorporación de Software y Hardware para técnica fusión y combinación de imágenes ...

Debe decir:

- Posibilidad de incorporar Software y Hardware para técnica fusión y combinación de imágenes ...

5 Transductores:

Donde dice:

Ancho de banda de 2 a 11 Mhz para estudios de fístula.

Debe decir:

Ancho de banda de 4 a 11 Mhz para estudios de fístula.

Dándose traslado de la presente Resolución al Perfil del Contratante, Portal de Contratación Pública de la Comunidad de Madrid, para general conocimiento.

Madrid, 22 de noviembre de 2018

EL DIRECTOR GERENTE

Fdo: Juan José Equiza Escudero