

PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARTICULARES PARA EL SUMINISTRO DE DIVERSO MATERIAL SANITARIO: CABEZALES DESECHABLES PARA RASURADORA QUIRURGICA Y COMPRESAS TOCOLOGICAS PARA EL HOSPITAL UNIVERSITARIO 12 DE OCTUBRE

El presente pliego de Prescripciones Técnicas, de acuerdo con el artículo 123 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre de Contratos del Sector Público y el artículo 68 del RGLCAP, aprobado por Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre, contiene las prescripciones técnicas particulares que han de regir la ejecución del *Suministro de diverso material sanitario: cabezales desechables para rasuradora Quirúrgica y compresas Tocológicas para el hospital universitario 12 de octubre*

Características técnicas:

LOTE	CODIGO ARTICULO	ARTICULO (DESCRIPCION TECNICA)
1	080297	CABEZAL DESECHABLE PARA RASURADORA QUIRÚRGICA <ul style="list-style-type: none"> • Altura de corte del vello $\leq 1\text{mm}$ • Anchura de cabezal $\leq 40\text{ mm}$ • Buena adaptación anatómica del cabezal a las zonas que se pretenden rasurar, sin producir lesión cutánea alguna (desde irritación, rubor, prurito,...)
2	080008	COMPRESA TOCOLOGICA 80x305 <ul style="list-style-type: none"> • Capa exterior de tejido sin tejer • Núcleo central de celulosa. • Capacidad de absorción mínima 200 ml • Medidas 30x10cm ($\pm 2\text{cm}$) • Envase 50-80 ud.

El número de cabezales debe ser proporcionado con el número de intervenciones a razón 1:1 (es decir un cabezal por cada intervención). Si se debiera utilizar más de uno, se descartaría la oferta presentada por la empresa licitadora.

El adjudicatario entregará en cesión de uso durante la vigencia del contrato, 30 máquinas rasuradoras. No obstante, se tendrán en cuenta las nuevas necesidades y otras eventualidades que hagan requerir más. Las rasuradoras deben contar con las especificaciones que a continuación se detallan.

ESPECIFICACIONES DE LAS RASURADORAS:

- Rasuradora quirúrgica con base de recarga de batería.
- Batería:

- Autonomía ininterrumpida al menos 60 minutos
- Tiempo de carga máximo: 20 horas
- Con indicador de batería.
- Limpieza:
 - Sumergible mínimo 1 metro, al menos 30 minutos.
 - Con agua y jabón neutro y jabón desinfectante antimicrobiano compatible con el utilizado en el hospital.
- Ruido (db) ≤ 71 db
- Diseño ergonómico del dispositivo.
- Fácil manejo del dispositivo en colocación y retirada del cabezal, así como en el manejo de la técnica y limpieza y desinfección después de su uso.
- Libre de látex y ftalatos

MUESTRAS SOLICITADAS PARA LA EVALUACIÓN DE LOS PRODUCTOS: SI


PARA EL LOTE 1 - 10 CABEZALES DESECHABLES Y UNA RASURADORA

PARA EL LOTE 2 - 1 ENVASE.

No obstante, durante el período de evaluación técnica de los productos ofertados, se podrán solicitar más muestras, en aquellos casos que se considere necesario, requisito imprescindible para poder valorar la calidad del producto

Madrid, 20 de Noviembre de 2018

**Subdirectora Enfermería
Área Quirúrgica**



Fdo: Rosa Guerrero

**Supervisor de Recursos
Materiales**



Fdo: Antonio Jarillo

**Subdirectora Médica
Área Quirúrgica**



Fdo.: Dra. Concepción Moliner Robredo

ANEXO

EXPEDIENTE: 2018-0-172

OBJETO: "SUMINISTRO DE DIVERSO MATERIAL SANITARIO : CABEZALES DESECHABLES PARA RASURADORA QUIRURGICA Y COMPRESAS TOCLOGICAS PARA EL HOSPITAL 12 DE OCTUBRE"

LOTE	DESCRIPCION ARTICULO	CANTIDAD 12 MESES	PRORROGA 12 MESES	PRECIO S/IVA	PRESUPUESTO				VALOR ESTIMADO (incluida modificación) 20%
					BASE IMPONIBLE	IVA 21%	IVA 10%	IMPORTE TOTAL	
1	CABEZAL DESECHABLE PARA RASURADORA QUIRURGICA	10.000	10.000	1,500000	15.000,00	3.150,00		18.150,00	33.000,00
2	COMPRESA TOCLOGICA 80x305	280.000	280.000	0,033600	9.408,00		940,80	10.348,80	20.697,60
					24.408,00	3.150,00	940,80	28.498,80	53.697,60