

SUMINISTRO DE UNA CENTRIFUGA REFRIGERADA DE GRAN CAPACIDAD PARA EL CENTRO DE TRANSFUSION DE LA COMUNIDAD DE MADRID (PA SUM 020-2018)

Informe Técnico

Una vez analizada la documentación técnica presentada al Expediente SUMINISTRO DE UNA CENTRIFUGA REFRIGERADA DE GRAN CAPACIDAD PARA EL CENTRO DE TRANSFUSION DE LA COMUNIDAD DE MADRID (PA SUM 020-2018) se determina que FISHER SCIENTIFIC cumple la totalidad de las prescripciones técnicas.

La oferta de JP SELECTA no cumple con la descripción técnica ya que:

- La Programación está limitada a 10 programas y no se indican los perfiles de aceleración
- No tiene un Sistema de protección de programas que impida el acceso no autorizado a los datos almacenados.
- No se indica el sistema de protección de datos ante un fallo energético
- No se puede conectar a un ordenador

La valoración de las ofertas se ha realizado de acuerdo con las descripciones establecidas en el Pliego de Prescripciones Técnicas.

Madrid, 11 de Diciembre de 2018

Fdo. M^a Luisa Jurado

Responsable del L. de Control de Calidad

