

SUMINISTRO DE UN CONGELADOR ULTRARAPIDO DE PLASMA (P.A. SUM. 021-2018)

Informe Técnico

Una vez analizada la documentación técnica presentada al Expediente SUMINISTRO DE UN CONGELADOR ULTRARAPIDO DE PLASMA (P.A. SUM. 021-2018) se determina que HERA SCIENTIFIC cumplen la totalidad de las prescripciones técnicas.

La oferta de NIRCO no cumple con la descripción técnica ya que:

- Para cada congelación requiere de la instalación de una Sonda, que certifique que la Congelación se ha realizado correctamente, además de unas bolsas patrón.
- No tiene una cerradura magnética que no permita la apertura durante el proceso de congelado.

La valoración técnica de los criterios objetivos de adjudicación, dan como resultando lo siguiente:

LICITADOR	Congelación de todas las unidades en menos de 1 hora (15)	Capacidad de número de bolsas del congelador > 40 (15)	TOTAL
HERASCIENTIFIC	15 (20 minutos)	0 (40 bolsas)	15,00
NIRCO	X	X	X

La valoración de las ofertas se ha realizado de acuerdo con las descripciones establecidas en el Pliego de Prescripciones Técnicas.

Madrid, 11 de Diciembre de 2018



Fdo. Mª Luisa Jurado

Responsable del L. de Control de Calidad

