

EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓN: PA SUM 15/001

PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS

Primera.- Objeto. El objeto del presente expediente de contratación consiste en el SUMINISTRO DE DIVERSO MATERIAL FUNGIBLE PARA CUIDADOS INTENSIVOS DEL HOSPITAL UNIVERSITARIO DE FUENLABRADA, conforme se detalla a continuación:

Nº lote	Nº orden	Código SAP	Descripción y características técnicas	Medidas	Cantidad estimada 24 meses	Precio unitario	Importe total IVA excluido	TOTAL LOTE IVA EXCLUIDO
1	1	3789	<p>CATÉTER CENTRAL 2 LUCES CON INTRODUCTOR A TRAVÉS DE CÁNULA ACCESO PERIFÉRICO</p> <p>-Catéter venoso central de dos luces, <u>técnica Seldinger</u>, , compuesto por:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Catéter radiopaco de material histocompatible (poliuretano o similar), que se introduce en vena a través de cánula. • Con marcas cada 10 cm. y aletas de sujeción. • Cánula corta con aguja guía interna y catéter largo. • Extremo proximal conexión Luer-Lock, con clamp. • Guía metálica con puntas en “J” y recta y que sea fácil de deslizar. <p>-Exento de látex.</p> <p>-En envase individual estéril, con accesorios para la colocación (jeringa, dilatador de vasos, etc...)</p> <p>-Envase de fácil apertura y con identificación: denominación del producto, método de esterilización, fecha de caducidad, número de lote.</p> <p>- Buena visibilidad del producto y de sus componentes.</p> <p>- Todos los componentes tienen que ser fáciles de manipular y de manejar.</p> <p>Aplicaciones: Para cateterización de vía central (vena cava superior, subclavia, braquial, etc.) de acceso periférico.</p>	60 cm. 14-18 G. 7 F.	380	24,00 €	9.120,00 €	9.120,00 €
2	2	768	<p>CATÉTER CENTRAL 3 LUCES CON INTRODUCTOR A TRAVÉS DE CÁNULA</p> <p>-Set de cateterización venosa central, <u>técnica Seldinger</u>, compuesto por:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Catéter radiopaco de material histocompatible (poliuretano o similar), que se introduce en vena a través de cánula con extremo distal flexible. • Con marcas cada 10 cm. y aletas de sujeción. • Cánula corta con aguja guía interna y catéter largo. • Extremo proximal conexión Luer-Lock, con clamp. • Guía metálica con puntas en “J” y recta y que sea fácil de deslizar.. <p>-Exento de látex.</p> <p>-En envase individual estéril, con accesorios para la colocación (jeringa, dilatador de vasos, etc...)</p>	16 cm. 16-18 G. 7 F.	650	9,40 €	6.110,00 €	7.990,00 €
	3	354		20 cm. 16-18 G. 7 F.	200	9,40 €	1.880,00 €	

Nº lote	Nº orden	Código SAP	Descripción y características técnicas	Medidas	Cantidad estimada 24 meses	Precio unitario	Importe total IVA excluido	TOTAL LOTE IVA EXCLUIDO
			<p>-Envase de fácil apertura y con identificación: denominación del producto, método de esterilización, fecha de caducidad, número de lote.</p> <p>-Buena visibilidad del producto y de sus componentes.</p> <p>- Todos los componentes tienen que ser fáciles de manipular y de manejar.</p> <p>Aplicaciones: Para cateterización de vía central (vena cava superior, subclavia, braquial, etc.).</p>					
3	4	771	<p>CATÉTER ARTERIAL RADIAL</p> <p>-Catéter arterial de una luz, compuesto por:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Catéter radiopaco de material histocompatible, con aletas de sujeción, que se introduce en arteria a través de cánula corta con aguja interna de acero inoxidable siliconado y con punta de triple bisel. • Con guía recta de acero inoxidable que facilita la introducción del catéter fácil de deslizar y luego se retira • Extremo proximal conexión Luer-Lock. • Cámara de visualización transparente para confirmar reflujo de sangre. <ul style="list-style-type: none"> • Con guía metálica integrada <p>-Sistema de fijación a piel del catéter</p> <p>-Exento de látex.</p> <p>-En envase individual estéril de fácil apertura y con identificación: denominación del producto, método de esterilización, fecha de caducidad, número de lote.</p> <p>Todos los componentes tienen que ser fáciles de manipular y de manejar.</p> <p>Aplicación: Para cateterización radial.</p>	4,5 cm. 18 G.	150	10,20 €	1.530,00 €	4.590,00 €
	5	392		4,5 cm. 20 G.	300	10,20 €	3.060,00 €	
4	6	8797	<p>CATÉTER ARTERIAL RADIAL (Técnica SELDINGER)</p> <p>-Catéter arterial de una luz, técnica Seldinger compuesto por:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Catéter radiopaco de material histocompatible, con aletas de sujeción, que se introduce en arteria a través de cánula corta. <p>Cámara de visualización transparente para confirmar el reflujo de sangre</p> <ul style="list-style-type: none"> • Con aletas de sujeción. • Cánula corta con aguja guía interna y catéter largo. • Extremo proximal con conexión Luer-Lock. • Guía metálica con puntas en "J" y recta <p>-Sistema de fijación a piel del catéter</p> <p>-Exento de látex.</p> <p>-En envase individual estéril, con accesorios para la colocación (jeringa, dilatador de vasos, etc...).</p>	4,5 cm. 18 G.	900	8,90 €	8.010,00 €	8.010,00 €

Nº lote	Nº orden	Código SAP	Descripción y características técnicas	Medidas	Cantidad estimada 24 meses	Precio unitario	Importe total IVA excluido	TOTAL LOTE IVA EXCLUIDO
5	7	8141	-Envase de fácil apertura y con identificación: denominación del producto, método de esterilización, fecha de caducidad, número de lote. Todos los componentes tienen que ser fáciles de manipular y de manejar Aplicación: Para cateterización radial. CATÉTER DE MEDICIÓN DE GASTO CARDÍACO PARA ONDA DE PULSO "TIPO FLO-TRAC" Compatible con monitor de gasto cardíaco EDWARDS LIFESCIENCES modelo VIGILEO Dispositivo fácil de manejar y de manipular por parte del personal sanitario Sistema de fijación a la piel, del catéter.		330	142,06 €	46.879,80 €	46.879,80 €
6	8	3722	CATETER PARA HEMOFILTRACION Catéter venoso de doble luz, técnica Seldinger, compuesto por: <ul style="list-style-type: none"> • Sistema tubular anti pliegue de material histocompatible (poliuretano o similar), radiopaco. • Líneas de extensión de material plástico transparente y clamps de color para fácil identificación de salida y retorno. • Extremo proximal conexión Luer-Lock, y dispositivo para fijación a piel. • Líneas de extensión de material plástico transparente y clamps de color para fácil identificación de salida y retorno. Exento de látex. En envase individual estéril, con accesorios para la colocación. (Aguja introductora, guía metálica y dilatador vascular). Envase de fácil apertura y con identificación: denominación del producto, método de esterilización, fecha de caducidad, número de lote. Aplicación: Para realización de hemofiltración arterio-venosa continua.	12 F 15 CMS	30	72,36 €	2.170,80 €	16.642,80 €
	9	3723		13 F 20 CMS	40	72,36 €	2.894,40 €	
	10	3725		13 F 25 CMS	160	72,36 €	11.577,60 €	
7	11	3717	ELECTRÓDO BIPOLAR DE ESTIMULACIÓN CARDIACA PARA MARCAPASOS TEMPORAL -Catéter bipolar para marcapasos transitorio, compuesto por: <ul style="list-style-type: none"> • Catéter radiopaco de material histocompatible (poliuretano o similar). Calibre 5 F. / 110 cm. • Electrodo de acero inoxidable. • Introducutor. • Funda de plástico que permite la manipulación e introducción aséptica. -Exento de látex. -En envase individual estéril, con accesorios para la colocación ((jeringa, etc...)).		25	158,88 €	3.972,00 €	3.972,00 €
8	12	3719		CON BALÓN	15	158,88 €	2.383,20 €	2.383,20 €
				SIN BALÓN				

Nº lote	Nº orden	Código SAP	Descripción y características técnicas	Medidas	Cantidad estimada 24 meses	Precio unitario	Importe total IVA excluido	TOTAL LOTE IVA EXCLUIDO
			<p>-Envase de fácil apertura y con identificación: denominación del producto, método de esterilización, fecha de caducidad, número de lote.</p> <p>-Con conexión y adaptador incorporados.</p> <p>Deslizamiento del electrodo a través del introductor</p> <p>Dispositivo fácil de manejar y de manipular por parte del personal sanitario</p> <p>Aplicación: Estimulación cardiaca para marcapasos temporal.</p>					
9	13	580	<p>KIT DE TRAQUEOSTOMÍA PERCUTANEA</p> <p>-Set de traqueotomía percutánea, compuesto por:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Jeringa. • bisturí. • guía metálica. • Aguja con catéter para localización de la tráquea • Dilatador curvo progresivo para hacer el estoma. • Conjunto de dilatadores de carga de diferentes diámetros para introducción de la cánula en tráquea. <p>Todos los componentes tienen que ser fáciles de manipular y de manejar</p> <p>Buena visibilidad del producto y de sus componentes.</p> <p>-Exento de látex.</p> <p>-En envase individual estéril.</p> <p>-Envase de fácil apertura y con identificación: denominación del producto, método de esterilización, fecha de caducidad, número de lote.</p> <p>Aplicación: Para la realización de traqueostomía percutánea.</p>		20	150,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €
10	14	401	<p>EQUIPO DE DRENAJE TORÁCICO.</p> <p>-Recipiente de plástico para drenaje torácico, compuesto por:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Válvula de seguridad para el paciente con cierre de agua. • Cámara de control de succión milimetrada. • Cámara colectora de líquidos milimetrada. • Dos conexiones, uno para conectar a catéter torácico de 180 cm. aprox. de longitud, y otro para conectar sistema de vacío de 30 cm. aprox. Con conexiones flexibles y seguras sin que se produzcan desconexiones accidentales. • Con sistema de sujeción ergonómico que permita la deambulación y el transporte. • Con indicador de fuga aérea • Con acceso para toma de muestras <p>-Dispositivo fácil de manejar y de manipular</p> <p>- Sistema silencioso y que produzca las menores molestias de ruido al paciente</p>		600	24,00 €	14.400,00 €	14.400,00 €

Nº lote	Nº orden	Código SAP	Descripción y características técnicas	Medidas	Cantidad estimada 24 meses	Precio unitario	Importe total IVA excluido	TOTAL LOTE IVA EXCLUIDO
			-Exento de látex. -En envase individual estéril. -Envase de fácil apertura y con identificación: denominación del producto, método de esterilización, fecha de caducidad, número de lote. Aplicación: Para evacuación de líquidos y aire torácico.					
11	15	10010	SET INSERCIÓN VIA CENTRAL -Set de inserción vía central, compuesto por paquetes independientes, con envoltura individual y con el siguiente contenido: <ul style="list-style-type: none"> • Primero: <ul style="list-style-type: none"> ○ 1 Gorro ○ 1 Mascarilla con protección ocular ○ 1 Cepillo quirúrgico. ○ 1 Toalla secamanos. ○ 1 Bata XL. • Segundo: <ul style="list-style-type: none"> ○ 1 Sutura de aguja recta. ○ 1 Hoja de bisturí nº 11 c/mango. ○ 1 Aguja hipodérmica G21 40x0,8 con seguridad. ○ 1 Jeringa de 5 ml. Luer. ○ 1 Jeringa de 10 ml. Luer. ○ 1 Aguja G18 40x1,2. ○ 1 Bandeja 432x294x72 ○ 10 gasas pequeñas. ○ 1 Campo de 200x230 cm con ventana adhesiva excéntrica y especialmente absorbente. ○ 1 Esponja para preparación del campo quirúrgico. -Fácil de manejar y de manipular. -Exento de látex. -En envase individual estéril. -Envase de fácil apertura de tal forma que se garantice la esterilidad de los componentes, con identificación: denominación del producto, método de esterilización, fecha de caducidad, número de lote. Los componentes del set deben de ir identificados en el embalaje. Aplicación: Para cateterización vía central.		850	12,48 €	10.608,00 €	10.608,00 €
12	16	159	SONDA ASPIRACION ENDOTRAQUEAL Sonda de aspiración de PVC de grado médico transparente y flexible, con control de aspiración.	6CH	85	0,208 €	8.581,04 €	8.581,04 €
	17	160		8CH	520			
	18	161		10CH	4.150			

Nº lote	Nº orden	Código SAP	Descripción y características técnicas	Medidas	Cantidad estimada 24 meses	Precio unitario	Importe total IVA excluido	TOTAL LOTE IVA EXCLUIDO
	19	162	Exenta de látex.	12CH	1.000			
	20	163	Extremo distal con orificio terminal y dos orificios laterales, ambos atraumáticos.	14CH	15.800			
	21	164	Extremo proximal con conexión universal al sistema de aspiración con código de colores según diámetros.	16CH	18.300			
	22	298		18 CH	1.400			
TOTAL CONCURSO.....136.176,84 €								

NOTA IMPORTANTE: Las longitudes de los catéteres son aproximadas.

Segunda.- Alcance de las características técnicas. Las empresas licitadoras deberán ofertar el material que constituye el objeto de este expediente de contratación, tomando como referencia las características técnicas que se describen en la cláusula primera, bien entendido que éstas establecen un nivel “medio” de prestaciones” en relación con la valoración del criterio “Calidad de la Oferta Técnica” y, asimismo, admiten en todos los casos la indicación de “o equivalentes”.

Si en el detalle de las características técnicas de los productos se utilizase algún nombre y/o referencia sujeto a propiedad comercial, éste deberá valorarse como referencia para identificar el producto en cuestión, sin que en ningún caso pueda entenderse como obligatorio ofertar dicho producto.

Tercera.- Sólo se admitirá un precio por Código de Producto, es decir todas las medidas del mismo producto, deben valorarse al mismo precio.

Cuarta.- Los licitadores deberán ofertar por precios unitarios para cada uno de los lotes, según modelo de Anexo II del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

Aquellas proposiciones en las el importe ofertado del lote, sin IVA, sea superior al importe de licitación del lote, sin IVA, especificada como base en los Pliegos, serán desechadas.

Las cantidades propuestas para la adjudicación son estimadas, su entrega está condicionada a las necesidades del Hospital.

Quinta.- Protección del Medio Ambiente. Dentro de las actividades del Hospital Universitario de Fuenlabrada, ocupa un lugar destacado la protección del Medio Ambiente y pasa a ser un importante objetivo más allá de la propia actividad. Por este motivo, es fundamental que las empresas que nos ofrecen sus productos y / o servicios adquieran el compromiso de prevenir y reducir los impactos ambientales con una actitud responsable frente al Medio Ambiente.

PROHIBICIONES Y OBLIGACIONES:

- Prohibido realizar cualquier tipo de vertido de productos peligrosos que no esté autorizado.
- Obligación de cumplir con los Requisitos Legales aplicables en el desarrollo de la actividad.
- Obligación de Informar de todos los incidentes con repercusión ambiental que tengan lugar en el desarrollo de la actividad al Hospital Universitario de Fuenlabrada.
- Evitar las emisiones al aire, suelo y agua.
- Reducción de ruidos y olores.
- Realizar un uso controlado de la energía y optimizar el consumo de recursos naturales no renovables.
- Minimizar y gestionar adecuadamente los residuos manteniendo un cuidado ambiental durante el manejo, transporte, preparación, utilización y eliminación final de los mismos fundamentalmente cuando se trate de residuos peligrosos.
- Reducir en lo posible y de forma continúa los impactos ambientales importantes que genere su actividad haciendo uso de unas buenas prácticas ambientales.

CONDICIONES PARTICULARES SOBRE RESIDUOS:

- Los residuos serán segregados en origen, los contenedores que los contienen estarán perfectamente identificados y etiquetados.
- Los residuos urbanos (papel, cartón, orgánicos, etc.) serán gestionados en los contenedores municipales o a través de gestores autorizados.
- Promover el uso racional de los recursos naturales (agua, energía, etc.) y la minimización, reutilización, reciclado de los residuos. (p.e. no malgastar el agua, apagar las luces de aquellas instalaciones que no vayan a ser utilizadas).
- No utilizar, en la medida de lo posible, productos de limpieza que estén considerados como peligrosos (si son peligrosos, viene indicado en la etiqueta del envase mediante un pictograma).
- En caso de utilizar productos peligrosos de limpieza, no realizar vertidos de los mismos a la red de saneamiento que no esté autorizado en las especificaciones del producto.

BUENAS PRÁCTICAS AMBIENTALES:



Hospital Universitario
de Fuenlabrada

Comunidad de Madrid

- Retirada y adecuada gestión de los residuos generados en el desarrollo de la actividad, prestando especial atención a los residuos peligrosos que pudieran generarse, como: Envases de los productos químicos utilizados que puedan ser peligrosos (productos de limpieza).
- No malgastar el agua.
- Apagar las luces de aquellas instalaciones que no van a ser utilizadas y de aquellas donde se terminan las tareas de limpieza.

Sexta.- Incorporación al contrato. El presente Pliego, así como el de Cláusulas Administrativas Particulares, será incorporado como estipulación al contrato que se suscriba con el adjudicatario.

CONFORME EL ADJUDICATARIO

Fuenlabrada, 19 de enero de 2015

EL DIRECTOR GERENTE DEL ENTE PÚBLICO HOSPITAL
UNIVERSITARIO DE FUENLABRADA

FECHA Y FIRMA



Pdo.: Carlos Mur de Viu Bernad



ESTA PROHIBIDO FUMAR EN TODO EL HOSPITAL

J

ASPECTOS IMPORTANTES A TENER EN CONSIDERACIÓN PARA LA PRESENTACIÓN DE LAS OFERTAS

1. Les recordamos que según consta en la cláusula 11 del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares:

1.1. En el exterior de cada uno de los sobres dónde deben presentar sus proposiciones y en el sobre o empaquetado dónde se presentan todos ellos deben figurar los siguientes datos:

- El nº de referencia del contrato al que licitan.
- El título del mismo.
- Su respectiva numeración y denominación.
- Nombre y apellidos del licitador, razón social de la empresa y NIF o CIF.

1.2. En el interior de cada sobre se hará constar en hoja independiente su contenido, enunciado numéricamente.

2. Es causa de exclusión de la oferta, el que presenten documentación económica en el sobre nº 1.

3. Todos los documentos que presenten deberán ser originales o copias compulsadas.

4. Las ofertas económicas en los procedimientos abiertos deberán presentarse por duplicado.

5. Deben presentar en el sobre nº 1 escrito con los números de lote a los que licitan.