



LOTE	Nº ORDEN	CÓDIGO	ARTÍCULO	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	MUESTRAS
1	1	016347	HEMOCULTIVO AEROBIO CON RESINAS	<ul style="list-style-type: none">- Viales de plástico tipo botella cuello largo, con vacío y doble tapón.- Medio de enriquecimiento para cultivo de microorganismos aerobios.- Compatible con equipo analizador de lectura automática. (*) Aplicaciones: Para recogida de sangre y muestras biológicas.	Nº muestras: 2 udes <input checked="" type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO Certificado de exención de látex: <input checked="" type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO
1	2	016349	HEMOCULTIVO ANAEROBIO LÍTICO	<ul style="list-style-type: none">- Viales de plástico tipo botella cuello largo, con vacío y doble tapón.- Medio de enriquecimiento para cultivo de microorganismos aerobios.- Compatible con equipo analizador de lectura automática. (*) Aplicaciones: Para recogida de sangre y muestras biológicas.	Nº muestras: 2 udes <input checked="" type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO Certificado de exención de látex: <input checked="" type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO
1	3	016350	HEMOCULTIVO PEDIÁTRICO CON RESINAS	<ul style="list-style-type: none">- Viales de plástico tipo botella cuello largo, con vacío y doble tapón.- Medio de enriquecimiento para cultivo de microorganismos aerobios y anaerobios.- Compatible con equipo analizador de lectura automática. (*) Aplicaciones: Para recogida de sangre y muestras biológicas.	Nº muestras: 2 udes <input checked="" type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO Certificado de exención de látex: <input checked="" type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO

El adjudicatario deberá ceder, sin cargo añadido para el Hospital, los equipos necesarios para la realización de las pruebas objeto de éste contrato.

(*) Requerimientos del sistema de lectura (equipo analizador) de los viales de hemocultivos:

- 1.- Sistema automático para la detección del crecimiento bacteriano en hemocultivos con lectura continua.
- 2.- Sensibilidad y rapidez contrastada en la recuperación de microorganismos en medio líquido con marcado CE.
- 3.- Sin manipulación previa a la introducción de viales y módulos de al menos 200 posiciones.
- 4.- Método de detección fluorescente, viales codificados con códigos de barras.
- 5.- Adecuado a los viales de plástico ofertados (vial aerobio con resinas, vial anaerobio lítico y vial pediátrico con resinas):
 - Ampliación a vial específico para aislamiento de Hongos y vial específico para aislamiento de Micobacterias
 - Adecuado a la extracción de sangre venosa con sistema de vacío existente en el hospital
- 6.- Calibración interna del equipo en cada lectura.
- 7.- Renovación de los equipos (sistema de lectura) existentes en el Servicio de Microbiología por los de última generación.
- 8.- Mínimo mantenimiento contrastado por parte del usuario. Mantenimiento anual por parte de personal cualificado. Asistencia telefónica. Reciclaje del personal y repaso de la técnica anuales en caso necesario. Respuesta técnica dentro de las 24 horas. Desplazamientos y horas de trabajo sin cargo.
- 9.- Sistema con conexión bidireccional al SIL del Servicio de Microbiología (Microb Dynamic)
- 9.- Programa interno de configuración del sistema que permita almacenar los datos de las lecturas y aplicar varios algoritmos de positividad. Programa para introducción de datos demográficos de los pacientes y de los viales bien de forma manual o captados a partir del SIL.
- 10.- Software para la gestión de datos independiente del SIL.

P.A. 2015000002
Hemocultivos

Fdo. Dra. M. Ferré Masferrer
Subdirectora Médico Servicios Centrales

Página 1 de 2

Dr. Rafael Cantón Moreno
Jefe de Servicio de Microbiología



ANEXO I:

1. En cada artículo deberá figurar impreso el correspondiente y obligado marcado CE. Todas las medidas de cada una de la referencia de los artículos ofertados deberán venir expresadas en medidas europeas.
2. Cada uno de los artículos incluidos en este Procedimiento deberá reunir:
☒ **Las condiciones exigidas en el Real Decreto 1591/2009, de 16 de Octubre, por el que se regulan los productos sanitarios.**
3. Los licitadores deberán presentar la siguiente documentación técnica (en castellano o traducida al castellano):
 - Relación de productos ofertados.
 - Ficha técnica del producto, catálogos y toda aquella información que el licitante considere oportuna a efectos de valoración de los criterios de adjudicación establecidos en el Pliego.
 - Muestras: **SI (VER COLUMNA MUESTRAS)**. En caso de ser necesarias un mayor nº de unidades para completar el informe técnico correspondiente podrían ser solicitadas con anterioridad.El procedimiento será:
 - Entregar las muestras en el Almacén del HOSPITAL RAMON Y CAJAL (control de almacenes planta -4 dcha).
 - Cada licitador deberá entregar en Almacén junto con las muestras dos relaciones en donde aparezca indicado lo siguiente:
 - Nº Procedimiento.
 - Nº de Lote – Orden.
 - Nombre del proveedor.
 - Al entregar en Almacén las muestras le sellarán las 2 copias, una de ellas se quedará en el Almacén, y la otra copia sellada será entregada al Proveedor.
 - Las muestras deben estar bien identificadas con su número de lote, orden y referencia de la misma, siendo desestimadas las que no cumplan con estos requisitos.
4. Etiquetado en el que figure:
 - a. La denominación del artículo.
 - b. El método de esterilización utilizado.
 - c. Las fechas de caducidad del producto.
 - d. El número de lote.
 - e. La referencia comercial.
 - f. Marcado CE.
 - g. Toda la información será perfectamente legible y estará en castellano.
5. Garantía de actualización Tecnológica. En caso de producirse un cambio en la tecnología del material adquirido por este expediente, con renovación de la gama, los modelos adjudicados se actualizarán a los de la nueva gama que corresponda, manteniendo como mínimo el nivel tecnológico del adjudicado y los precios.

P.A. 2015000002
Hemocultivos

Fdo. Dra. M. Ferré Masferrer
Subdirectora Médico Servicios Centrales

Página 2 de 2

Dr. Rafael Cantón Moreno
Jefe de Servicio de Microbiología



**Hospital Universitario
Ramón y Cajal**

SaludMadrid

 Comunidad de Madrid

SERVICIO DE SUMINISTROS

SUMC

**ANEXO AL PLIEGO DE
ESPECIFICACIONES
TÉCNICAS**

ANEXO 25

LOTE	N.O.	CODIGO	ARTICULO	UNIDAD MEDIDA	CANTIDAD ESTIMADA (24 meses)	PRECIO UNIDAD MEDIDA (IVA incluido)	IMPORTE TOTAL ESTIMADO (IVA incluido)	BASE IMPONIBLE	TOTAL IVA (21 %)
1	1	016347	HEMOCULTIVO AEROBIO C/RESINAS	UNIDAD	45.750	3,00	137.250,00	113.429,75	23.820,25
1	2	016349	HEMOCULTIVO LITICO ANAEROBIO	UNIDAD	45.500	3,00	136.500,00	112.809,92	23.690,08
1	3	016350	HEMOCULTIVO PEDIATRICO C/RESINAS	UNIDAD	1.200	3,00	3.600,00	2.975,21	624,79
					TOTAL LOTE 1:		277.350,00	229.214,88	48.135,12

IMPORTE TOTAL:	277.350,00	229.214,88	48.135,12
-----------------------	-------------------	-------------------	------------------