

EXPEDIENTE N° 2015-0-62

PLIEGO DE CONDICIONES TÉCNICAS RELATIVO A LA CONTRATACIÓN DEL SUMINISTRO DE CIRCUITOS RESPIRATORIOS Y SENSORES DE FLUJO PARA EL HOSPITAL UNIVERSITARIO “12 DE OCTUBRE”.

El presente pliego de Prescripciones Técnicas, de acuerdo con el artículo 116 del RDL 3/2011, de 14 de Noviembre, de Contratos del Sector Público, forma parte del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares para la adquisición del **SUMINISTRO DE CIRCUITOS RESPIRATORIOS Y SENSORES DE FLUJO PARA EL HOSPITAL UNIVERSITARIO “12 DE OCTUBRE”**.

LOTE	Nº ORDEN	COD. ARTº	ARTICULO (DESCRIPCION TECNICA)
1	1	014783	CIRCUITO ANESTESIA ADULTO • Circuito de Anestesia tipo Mapleson C con tubuladura transparente con mecanismo ventilación. • Reservorio de 2 litros. • Entrada de aire con válvula. Conexión acodada 22M/15F. • Longitud aproximada de 1.6 metros. • Libre de látex, reflejado en el etiquetado. • Libre de DEHP (dietilftalatos)
2	2	014791	CIRCUITO RESPIRATORIO ADULTO COAXIAL • Circuito respiratorio coaxial para anestesia a bajos flujos, con conexión acodada 22M/15F, con ramal de 0,5 m. • Longitud aproximada de 1,6 metros. • Libre de látex, reflejado en el etiquetado. • Libre de DEHP (dietilftalatos).
3	3 y 4	017773	CIRCUITO RESPIRATORIO ADULTO CON BALON • Circuito respiratorio con tubuladura transparente, con tubo en “Y”. • Balón de 2 litros o dispositivo que cierre el circuito. • Longitud aproximada de 1.6 metros. • Ramal de 0.8 metros aproximadamente. • Conexión acodada 22M/15M. • Libre de látex, reflejado en el etiquetado. • Libre de DEHP (dietilftalatos).
		017307	Conexión en Y para circuito respirador • Conector en “Y” paralelo adulto (22M/15F). • Salidas de 22M. • Compatible con circuito respiratorio.

LOTE	Nº ORDEN	COD. ARTº	ARTICULO (DESCRIPCION TECNICA)
4	5	016465	CIRCUITO RESPIRATORIO PARA BIPAP(OXIGENO PACIENTE) • Circuito respiratorio para BIPAP. Tubería de lumen interior liso, línea de presión proximal, con válvula de exhalación integrados y ganchos de sujeción del tubo. • Conexión al paciente con giro de 360 °. • Tubo de 22 mm. de diámetro y 1,6 m. de longitud aproximadamente. • Exención de látex reflejado en el etiquetado.
5	6	016181	CIRCUITO RESPIRATORIO ADULTO • Circuito respiratorio con tubuladura transparente, con tubo en "Y" fijo 22M/15F. • Longitud aproximada de 1,6 metros. • Libre de látex, reflejado en el etiquetado. • Libre de DEHP (dietilftalatos).
6	7	014788	CIRCUITO RESPIRATORIO CON RAMAL DESCONECTABLE • Circuito respiratorio compuesto de 2 ramales de 22 mm de diámetro transparente, con conexión en "Y" de 22M/15F, desconectable. • Longitud aproximada de 1,6 metros. • Libre de látex, reflejado en el etiquetado. • Libre de DEHP (dietilftalatos).
7	8	014777	CIRCUITO RESPIRATORIO INFANTIL SIN TRAMPA DE AGUA • Circuito respiratorio compuesto de 2 ramales de 15 mm de diámetro transparente, con conexión en "Y" de 22M/15F. • Con puertos de monitorización en la conexión en "Y". • Longitud aproximada de 1,6 metros. • Libre de látex, reflejado en el etiquetado. • Libre de DEHP (dietilftalatos).
8	9 Y 10	014917	CIRCUITO RESPIRATORIO NEONATAL DOBLE CALENTAMIENTO PARA FLUJOS SUPERIORES A 4 L/MINUTO • Circuito respiratorio doble calentamiento. • Con ramal 0,8 m. • Válvula de aspiración integrada y línea de presión. • Longitud aproximada de 1,60 metros. • Mínima condensación del circuito. • Para uso con Respirador "Babylog 8000". • Libre de látex, reflejado en el etiquetado. • Libre de DEHP (dietilftalatos). • Un solo uso.
		016275	Incluye: • Cámara de humidificación de 0,8 ml autorrellenable.

LOTE	Nº ORDEN	COD. ARTº	ARTICULO (DESCRIPCION TECNICA)
9	11	016871	CIRCUITO RESPIRATORIO PARA RESUCITACION NEONATAL • Circuito respiratorio para resucitación neonatal con adaptador de frecuencia y PEEP. • Mínima condensación del circuito. • Longitud mínima 95 cm. • Libre de látex. • Para uso con la cuna térmica "Resuscitaire".
10	12	017501	CIRCUITO PARA VENTILADOR NEONATAL PORTATIL • Circuito de ventilación con una pieza en "T", con presión positiva intermitente y válvula reguladora de PEEP. • Longitud mínima: 140 cm. • Con una alargadera para conexión de oxígeno de 2,10 m x 10 mm. • Libre de látex. • Para uso con Resucitador "Neo Puff".
11	13	017500	CIRCUITO RESPIRATORIO NEONATAL BASICO CON CONECTOR • Circuito respiratorio de 1,6 metros de longitud. • Con línea de monitorización, 10 mm de diámetro y conector. • Libre de látex, reflejado en el etiquetado. • Libre de DEHP (dietilftalatos). • Compatible con Respirador Dräger "babylog".
12	14	014807	CIRCUITO PARA RESPIRADOR PORTATIL • Circuito respiratorio desechable adulto de 1,5-2 m. de longitud con 22M de diámetro Con válvula exhalatoria. Con sensor de flujo. Con codo giratorio (salida 22M/15F). • línea de monitorización, 10 mm de diámetro y conector. • Libre de látex, reflejado en el etiquetado. • Compatible con Respirador Portátil Oxylog 3000 (Dräger)
13	15	016300	SENSOR DE FLUJO NEONATAL • Compatible con Respirador "Babylog 8000". • Compatible con el Circuito respiratorio neonatal doble calentamiento para flujos superiores a 4 l/minuto.
14	16	015643	SENSOR DE FLUJO RESPIRADOR • Envase individual estéril. • Libre de látex, reflejado en el etiquetado. • Libre de DEHP (dietilftalatos) • Compatible con Respirador Evita (Dräger)

OTROS REQUISITOS:

- Todos los dispositivos deberán cumplir la Normativa ISO 5356-1:2004 sobre equipamientos respiratorios y de anestesia.
- Todas las conexiones de los artículos que licitan deben ser compatibles con los dispositivos que utiliza el Hospital, para la función a la que se destina.

Madrid, a 10 de Septiembre de 2015.

LA DIRECTORA GERENTE,



Fdo.: Carmen Martínez de Pancorbo González.

EXPEDIENTE: 2015-0-62
OBJETO: SUMINISTRO DE CIRCUITOS RESPIRATORIOS Y
SENSORES DE FLUJO

PRESUPUESTO										
LOTE	Nº ORDEN	COD. ARTº	DESCRIPCION ARTICULO	CANTIDAD 24 MESES	PRORROGA 24 MESES	PRECIO (SIN IVA)	BASE IMPONIBLE	IVA	IMPORTE TOTAL	VALOR ESTIMADO
1	1	014783	CIRCUITO ANESTESIA ADULTO	3.600	3.600	6,2300	22.428,000	4.709,88000	27.137,88000	44.856,000
2	2	014791	CIRCUITO RESPIRATORIO ADULTO COAXIAL	320	320	3,6900	1.180,800	247,96800	1.428,76800	2.361,600
3	3	017773	CIRCUITO RESPIRATORIO ADULTO CON BALON	1.950	1.950	3,4900	6.805,500	1.429,15500	8.234,65500	13.611,000
	4	017307	CONEXION EN Y PARA CIRCUITO RESPIRATORIO	1.720	1.720	0,7400	1.272,800	267,28800	1.540,08800	2.545,600
4	5	016465	CIRCUITO RESPIRATORIO PARA BIPAP (OXIGENO PACIENTE)	450	450	4,4200	1.989,000	417,69000	2.406,69000	3.978,000
5	6	016181	CIRCUITO RESPIRATORIO ADULTO	5.600	5.600	1,6800	9.408,000	1.975,68000	11.383,68000	18.816,000
6	7	014788	CIRCUITO RESPIRATORIO CON RAMAL DESCONECTABLE	200	200	2,2700	454,000	95,34000	549,34000	908,000
7	8	014777	CIRCUITO RESPIRATORIO INFANTIL SIN TRAMPA DE AGUA	1.360	1.360	1,7000	2.312,000	485,52000	2.797,52000	4.624,000
8	9	014917	CIRCUITO RESPIRATORIO NEONATAL DOBLE CALENTAMIENTO PARA FLUJOS SUPERIORES A 4 L/MINUTO	1.000	1.000	30,8000	30.800,000	6.468,00000	37.268,00000	61.600,000
	10	016275	CAMARA DE HUMIDIFICACIÓN	940	940	13,0900	12.304,600	2.583,96600	14.888,56600	24.609,200
9	11	016871	CIRCUITO RESPIRATORIO PARA RESUCITACION NEONATAL	750	750	21,7100	16.282,500	3.419,32500	19.701,82500	32.565,000

10	12	017501	CIRCUITO PARA VENTILADOR NEONATAL PORTATIL	120	120	6,3800	765,600	160,77600	926,37600	1.531,200
11	13	017500	CIRCUITO RESPIRATORIO NEONATAL BASICO CON CONECTOR	640	640	6,1800	3.955,200	830,59200	4.785,79200	7.910,400
12	14	014807	CIRCUITO PARA RESPIRADOR PORTATIL	1.530	1.530	37,8000	57.834,000	12.145,14000	69.979,14000	115.668,000
13	15	016300	SENSOR DE FLUJO PRENATAL	80	80	44,1000	3.528,000	740,88000	4.268,88000	7.056,000
14	16	015643	SENSOR DE FLUJO RESPIRADOR	690	690	27,0750	18.681,750	3.923,16750	22.604,91750	37.363,500
							190.001,7500	39.900,36750	229.902,11750	380.003,500