

EXPEDIENTE N° 2015-0-73

PLIEGO DE CONDICIONES TÉCNICAS RELATIVO A LA CONTRATACIÓN DEL SUMINISTRO DE DIVERSO MATERIAL FUNGIBLE C. PEDIATRICA PARA EL HOSPITAL UNIVERSITARIO “12 DE OCTUBRE”.

El presente pliego de Prescripciones Técnicas, de acuerdo con el artículo 116 del RDL 3/2011, de 14 de Noviembre, de Contratos del Sector Público, forma parte del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares para la adquisición del **SUMINISTRO DE DIVERSO MATERIAL FUNGIBLE C. PEDIATRICA PARA EL HOSPITAL UNIVERSITARIO “12 DE OCTUBRE”**.

LOTE	ORDEN	ARTICULO (DESCRIPCION TECNICA)
1	1	Botón de Gastrostomía con balón en kit que incluya: Dispositivos de bajo Perfil Punta de balón recubierta de minimo 5 cc Silicona Calibres de 12 French a 24 French Perfil de 0,8 cms. a 4,5cm Válvula de llenado del balón Juego de alargadera para alimentación por bolus Juego de alargadera para alimentación continua
	2	Alargaderas y sistemas de descompresión adaptadas al dispositivo, rectas y con toma en Y de 30.5 cm de longitud.
2	3	Botón de Gastrostomía sin balón en kit que incluya Dispositivos de bajo Perfil Silicona Calibres de 18 French a 24 French Perfil de 1,2 cms. a 4 cms Obturador Medidor de estomas Juego de alargadera para alimentación por bolus con adaptador recto Juego de alargadera para alimentación continua con adaptador a 90° Tubo de descompresión
	4	Alargaderas y sistemas de descompresión adaptadas al dispositivo

LOTE	ORDEN	ARTICULO (DESCRIPCION TECNICA)
3	5	Sondas Gastroyeyunales Sonda de alimentación yeyunal transgástrica Silicona Balón de anclaje gástrico Anillo de retención externa Descompresión Gástrica Puertos de entrada y válvula de llenado del balón De calibres 16 y 18 French y diferentes longitudes de 15 a 30 cms
4	6	Sonda Gastroyeyunal de bajo perfil Silicona Balón de anclaje gástrico Descompresión Gástrica Puertos de entrada y válvula de llenado del balón De calibres 16 y 18 French y diferentes longitudes de 15 a 30 cms
5	7	Dilatadores Catéter de dilatación esofágico/Pilórico con balón guiado transparente. Punta redondeada Que permita obtener dilataciones seriadas progresivas (mínimo 3) según se aplica mayor presión al dispositivo Calibres de balón de 6mms a 18mms Compatible con el canal de trabajo de los endoscopios en uso (2,8 mms) Longitud total mínima 230 cms.
6	8	Impedancia Sondas de registro combinado multicanal de 6 canales de Impedancia y 1 canal de pHmetría El adjudicatario de este lote entregará en cesión de uso 2 grabadoras ambulatorias de impedancia y phmetría y el programa informático para su explotación.

**MUESTRAS SOLICITADAS PARA LA EVALUACIÓN DE LOS PRODUCTOS: (SI)
2 UNIDADES POR CADA LOTE/ORDEN.**

No obstante, y durante el período de evaluación técnica de los productos ofertados, se podrán solicitar más muestras, en aquellos casos que se considere necesario, requisito imprescindible para poder valorar la calidad del producto.

*Las muestras se entregarán en el Almacén General **separadas** del resto de documentación del expediente.*

Madrid, a 25 de Agosto de 2015.

LA DIRECTORA GERENTE,

Fdo.: Carmen Martínez de Pancorbo González.



Hospital Universitario
12 de Octubre

SaludMadrid



EXPEDIENTE N° 2015-0-73

OBJETO DEL CONTRATO: DIVERSO MATERIAL FUNGIBLE C.
PEDIATRICA

PRESUPUESTO										
LOTE	Nº ORDEN	DESCRIPCION DEL ARTICULO	CANTIDAD 24 MESES	PRORROGA 24 MESES	PRECIO (SIN IVA)	BASE IMPONIBLE	IVA 10%	IVA21%	IMPORTE TOTAL	VALOR ESTIMADO
1	1	BOTON GASTROSTOMIA CON BALON	250	250	121,07	30.267,50	3.026,75		33.294,25	60.535,00
	2	ALARGADERAS Y SISTEMAS DE DESCOMPRESION	700	700	13,16	9.212,00	921,20		10.133,20	18.424,00
2	3	BOTON GASTROSTOMIAS SIN BALON	44	44	223,20	9.820,80	982,08		10.802,88	19.641,60
	4	ALARGADERAS Y SISTEMAS DE DESCOMPRESION	120	120	9,82	1.178,40	117,84		1.296,24	2.356,80
3	5	SONDAS GASTROYEYUNALES	20	20	257,96	5.159,20	515,92		5.675,12	10.318,40
4	6	SONDA GASTROYEYUNAL DE BAJO PERFIL	6	6	649,09	3.894,54	389,45		4.283,99	7.789,08
5	7	DILATADORES	160	160	207,00	33.120,00		6.955,20	40.075,20	66.240,00
6	8	IMPEDANCIA	200	200	119,82	23.964,00		5.032,44	28.996,44	47.928,00
						116.616,44	5.953,24	11.987,6400	134.557,3240	233.232,88