

EXPEDIENTE 12.1/2015

PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS

"JERINGAS CON AGUJA Y VÁLVULAS CON BIOSEGURIDAD"

Lote nº	Descripción del lote	Pr. unit. sin IVA	Cdad. p/ 24 meses	Base imponible	Imp. total b.	Tip o	Imp. total IVA	Imp. total máximo
------------	----------------------	----------------------	----------------------	-------------------	------------------	----------	-------------------	----------------------

Requisitos para todos los lotes: Marcado CE. Exento de látex y ftalatos.

Requisitos de seguridad comunes a los lotes 1 y 2.

- El dispositivo de seguridad debe eliminar los objetos punzocortantes.
- Las agujas llevarán integrado el dispositivo de bioseguridad.
- La activación del sistema se realizará en el mismo acto de aplicación del catéter-aguja, con una sola mano.
- El dispositivo activado será irreversible.
- El manejo del catéter-aguja y el dispositivo, deberá ser ergonómico y eficaz.
- El dispositivo será compatible con los restantes accesorios, y no interferirá en su utilización.
- El adjudicatario facilitará el adiestramiento y el material necesario para la puesta en servicio de estos productos.

JERINGA DESECHABLE 3 CUERPOS. (Lote 1)

Características:

CUERPO:

- Cilindro en plástico transparente, deberá llevar marcada de forma visible e indeleble, la escala graduada en ml. fracciones de ml., así como fabricante y nº de registro.
- Alas para sujetar con los dedos.
- Cono Luer de acoplamiento de la jeringa con la aguja. Si el cono es excéntrico, la cara estará situada en la cara opuesta.

- Buena visualización de la escala.

ÉMBOLO:

- Vástago para extraer fluidos.
- Disco de empuje.
- Línea índice.
- Enrasado a 0.
- Nulo espacio muerto.
- El émbolo tendrá una junta con la superficie interior del cilindro.
- El ajuste émbolo y cilindro deberá permitir con facilidad y seguridad la compresión y aspiración, así como evitar la estanqueidad.
- Tope del émbolo que impida la fuga de éste.
- Envasado individual estéril de fácil apertura, donde aparecerá la capacidad, válida para una sola vez, y fecha de caducidad.

1	JERINGA 1 c.c. PARA INSULINA.ESCALA MILIM. 100 UL. CON AGUJA. La aguja llevará integrado el dispositivo de bioseguridad. (Código: 2035101) Servicios: ALMACÉN	0,135	340.000	45.900,00	45.900,00	21%	9.639,00	55.539,00
---	--	-------	---------	-----------	-----------	-----	----------	-----------

EXPEDIENTE 12.1/2015

PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS

"JERINGAS CON AGUJA Y VÁLVULAS CON BIOSEGURIDAD"

Lote nº	Descripción del lote	Pr. unit. sin IVA	Cdad. p/ 24 meses	Base imponible	Imp. total b.	Tip o	Imp. total IVA	Imp. total máximo
------------	----------------------	----------------------	----------------------	-------------------	------------------	----------	-------------------	----------------------

**JERINGAS DESECHABLES ESTÉRILES PARA
GASOMETRÍA CON AGUJA (Lote 2)**

Características:

CUERPO:

- Cilindro transparente, deberá llevar marcado, de forma visible e indeleble, la escala graduada en ml. y fracciones de ml.
- Capacidad aproximada 3 cm.
- Conexión Luer o Luer-Lock de acoplamiento con la aguja.
- Tope en el cuerpo o cilindro que evite derramamientos.

ÉMBOLO:

- Vástago para extraer sangre.
- Disco de empuje.
- Línea índice.
- Enrasado en O.
- Nulo espacio muerto.
- El émbolo tendrá una junta con la superficie interior del cilindro.
- Retracción suave del émbolo, preferiblemente por simple presión arterial, para facilitar la extracción.
- Buen ajuste émbolo con cilindro que elimine la posibilidad de burbujas de aire.
- Anticoagulante balanceado sólido incorporado en la jeringa.
- Tapón de sellado.
- Envasado individual estéril, con fecha de caducidad, fácil apertura.
- Aguja de pared extrafina.

2	JERINGA PARA GASOMETRÍA 3 c.c. C/AGUJA Conteniendo: jeringa, aguja y sistema de sellado de la jeringa. La aguja llevará integrado el dispositivo de bioseguridad. (Código: 2036101) Servicios: ALMACÉN	0,454	190.000	86.260,00	86.260,00	21%	18.114,60	104.374,60
---	---	-------	---------	-----------	-----------	-----	-----------	------------

EXPEDIENTE 12.1/2015

PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS

"JERINGAS CON AGUJA Y VÁLVULAS CON BIOSEGURIDAD"

Lote nº	Descripción del lote	Pr. unit. sin IVA	Cdad. p/ 24 meses	Base imponible	Imp. total b.	Tip o	Imp. total IVA	Imp. total máximo
------------	----------------------	----------------------	----------------------	-------------------	------------------	----------	-------------------	----------------------

VÁLVULAS DE SEGURIDAD. (Lotes 3 y 4)

Deberán cumplir la normativa recogida en la orden 827/2005 de 11 de mayo de la Consejería de Sanidad y Consumo de Madrid.

Características:

- Sistema de circuito cerrado, que permita el acceso intravenoso sin aguja.
- Conexión Luer-Lock, Luer de flujo bidimensional
- Compatible con líquidos, sangre, citostáticos, antisépticos y lípidos utilizados en el hospital.
- Manejo fácil y seguro, compatible con sistema de suero, jeringa y bomba de infusión.
- Envasado individual estéril con fecha de caducidad.
- Compatibles con resonancia magnética libre de componentes metálicos.
- Presión a soportar ≥ 4 bares (60psi). Flujo mínimo - 165ml/mt.
- Conector con válvula "split-septum" con desplazamiento neutro que permita un mínimo de 400 activaciones.
- Conector cerrado microbiológicamente.
- Mínimo espacio muerto. Superficie plana de fácil limpieza.
- Avalado por estudios clínicos.

3	VÁLVULAS DE SEGURIDAD.				345.276,00	21%	72.507,96	417.783,96
	VÁLVULA DE SEGURIDAD 1 VIA SIN ALARGADERA. Para catéteres o llaves de tres pasos. Componente 1 (Código: 2100464)	0,369	432.000	159.408,00	159.408,00	21%	33.475,68	192.883,68
	Servicios: INFAN-ONCO-MQ12-MQ13-MQ53							
	VÁLVULAS DE SEGURIDAD CON ALARGADERA PARA CONECTAR A CATÉTERES.				181.908,00	21%	38.200,68	220.108,68
	Válvula de seguridad c/alargadera 1 via							
	Componente 2 (Código: 2100465)	0,504	12.000	6.048,00				
	Válvula de seguridad c/alargadera 2 vías "fina"							
	Componente 3 (Código: 2100466)	1,296	35.000	45.360,00				
	Válvula de seguridad c/alargadera 2 vías "gruesa"							
	Componente 4 (Código: 2100470)	1,125	116.000	130.500,00				
	Servicios: ALMACÉN							

EXPEDIENTE 12.1/2015

PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS

"JERINGAS CON AGUJA Y VÁLVULAS CON BIOSEGURIDAD"


Lote nº	Descripción del lote	Pr. unit. sin IVA	Cdad. p/ 24 meses	Base imponible	Imp. total b.	Tip o	Imp. total IVA	Imp. total máximo
	VALVULA DE SEGURIDAD CON ALARGADERA DE 3 VIAS Componente 5 (Codigo: 2205422) Servicios:UVPP-NEON-MQ13-MQ51	1,584	2.500	3.960,00	3.960,00	21%	831,60	4.791,60
4	VALVULA DE SEGURIDAD CON ALARGADERA DE 4 VIAS. Código: 2209846 Servicios: UVPP, QINF.	2,142	100	214,20	214,20	21%	44,98	259,18

TOTAL IMPORTES 477.650,20 100.306,54 577.956,74

Durante la vigencia del contrato la empresa adjudicataria se compromete a renovar los productos adjudicados, si existiese alguna variación asistencial.

Madrid, 30 de enero de 2015

LA DIRECTORA DE ENFERMERIA



SaludMadrid Hospital General Universitario Gregorio Marañón
Dirección de Enfermería
Dª América Hernández Valiño.