

**SUMINISTROS** - Prescripciones técnicas

PROCEDIMIENTO ABIERTO : 2016-0-3  
MATERIAL: IMPLANTES  
OBJETO : MEMBRANAS, PARCHES Y RESERVORIOS PEDIÁTRICOS

Lote	Orden	Código	Nombre	Unidad Medida	Precio máximo unitario con IVA	Cantidad	Importe estimado	Base Imponible	IVA %	IVA
1	1	I00990	PARCHE DE REFUERZO PARED ABDOMINAL PTFE 15X20 CM X 1MM APROX, PARA REPARACION O RECONSTRUCCION DE HERNIAS Y DEFICITS DE TEJIDO BLANDO	UNIDAD	858,00	30	25.740,00	23.400,00	10	2.340,00
2	2	I01342	PARCHE DE REFUERZO PARED ABDOMINAL PTFE 20X30 CM X 2 MM APROX, PARA REPARACION O RECONSTRUCCION DE HERNIAS Y DEFICITS DE TEJIDO BLANDO	UNIDAD	2.497,00	10	24.970,00	22.700,00	10	2.270,00
3	3	I46185	PARCHE DE PERICARDIO BOVINO FIJADO CON GLUTARALDEIDO,TRATAMIENTO ANTICALCIFICANTE, CON TIEMPO DE LAVADO MÁXIMO DE 1 MINUTO.	UNIDAD	660,62	75	49.546,50	45.042,27	10	4.504,23
4	4	I01006	MEMBRANA PERICARDICA DE PTFE 12X12 CM X 0.1 MM APROX	UNIDAD	528,30	65	34.339,50	31.217,73	10	3.121,77
5	5	I01434	MEMBRANA PERICARDICA DE PTFE 15X20 CM X 0.1 MM APROX	UNIDAD	1.059,55	35	37.084,25	33.712,95	10	3.371,30
6	6	I71340	SISTEMA DE ACCESO VENOSO CENTRAL PARA PACIENTES PEDIÁTRICOS DE BAJO PESO. CON SISTEMA DE CONEXIÓN SEGURO DE ALTA RESISTENCIA, QUE TOLERE INYECCIÓN DE CONTRASTE DE ALTO FLUJO. FORMADO POR RESERVORIO DE MUY BAJO PERFIL (max 87 mm) DE TITANIO O TITANIO CON CUBIERTA DE RESINA Y DE MORFOLOGÍA ADECUADA PARA FACILITAR SU INSERCIÓN SUBCUTÁNEA, CATÉTER DE SILICONA O POLIURETANO DESDE 4,5 A 6 FR Y SEPTUM DE SILICONA. DEBERÁ APORTAR KIT COMPLETO DE INSTALACIÓN PERCUTÁNEA QUE INCLUYA, AL MENOS, LOS SIGUIENTES COMPONENTES: AGUJA DE PUNCIÓN, GUÍA METÁLICA, INTRODUTOR PELABLE DE ALTA CALIDAD, TUNELIZADOR Y AGUJAS TIPO HUBER.	UNIDAD	350,00	60	21.000,00	19.090,91	10	1.909,09

**SUMINISTROS** - Prescripciones técnicas

PROCEDIMIENTO ABIERTO : 2016-0-3  
MATERIAL: IMPLANTES  
OBJETO : MEMBRANAS, PARCHES Y RESERVORIOS PEDIÁTRICOS

7	7	175854	SISTEMA DE ACCESO VENOSO CENTRAL PARA PACIENTES PEDIÁTRICOS DE PESO INTERMEDIO O ALTO. CON SISTEMA DE CONEXIÓN SEGURO DE ALTA RESISTENCIA, QUE TOLERE INYECCIÓN DE CONTRASTE DE ALTO FLUJO. FORMADO POR RESERVORIO DE MUY BAJO PERFIL (max 87 mm) DE TITANIO O TITANIO CON CUBIERTA DE RESINA Y DE MORFOLOGÍA ADECUADA PARA FACILITAR SU INSERCIÓN SUBCUTÁNEA, CATÉTER DE SILICONA O POLIURETANO DESDE 7 A 8,5 FR Y SEPTUM DE SILICONA. DEBERÁ APORTAR KIT COMPLETO DE INSTALACIÓN PERCUTÁNEA QUE INCLUYA, AL MENOS, LOS SIGUIENTES COMPONENTES: AGUJA DE PUNCIÓN, GUÍA METÁLICA, INTRODUTOR PELABLE DE ALTA CALIDAD, TUNELIZADOR Y AGUJAS TIPO HUBER.	UNIDAD	350,00	20	7.000,00	6.363,64	10	636,36
							199.680,25	181.527,50		18.152,75

**CLAUSULAS:**

**1.- VOLUMEN DEL SUMINISTRO:**

- El número de unidades que se indica para cada artículo es orientativo y a los efectos de valorar la oferta por parte de los licitadores.
- El número de unidades a servir será el que resulte de las necesidades del Centro, a cuyos efectos se establecerá un Plan de necesidades y de entregas con el adjudicatario.
- La adjudicación que recaiga se referirá a precios unitarios, concentrándose el volumen del suministro en el Plan de necesidades del Centro anteriormente citado.

**2.- PLAZO DE ENTREGA**

- El plazo de entrega que se señala en cada artículo se computará:
  - a) desde la firma del contrato si la entrega es de una vez.
  - b) desde la fecha de recepción del pedido por el proveedor si las entregas son sucesivas.

**3.- PRODUCTOS:**

- Los productos que lo requieran deberán cumplir con el Real Decreto 1591/2009, de 16 de octubre de 2009, publicado el 6 de noviembre de 2009, por el que se regulan los productos sanitarios.
- Será condición indispensable para su admisión el marcado C.E.

**4.- MUESTRAS**

- Las muestras presentadas por los licitadores se etiquetarán con los siguientes datos: nombre de la empresa, número de expediente, código y lote al que presentan la muestra.

## SUMINISTROS - Prescripciones técnicas

PROCEDIMIENTO ABIERTO : 2016-0-3  
MATERIAL: IMPLANTES  
OBJETO : MEMBRANAS, PARCHES Y RESERVORIOS PEDIÁTRICOS

### 5.- DOCUMENTACIÓN TÉCNICA A PRESENTAR

- Relación de productos ofertadores en el ANEXO A, con descripción técnica de los mismos.
- Descripción de los productos a suministrar mediante catálogos y ficha técnica de los mismos (con indicación expresa del lote y número de orden al que concurren) y otra información necesaria con la que se pueda verificar cada una de las especificaciones técnicas exigidas.
- Certificado del marcado CE correspondiente, conforme a lo establecido en la legislación vigente reguladora de los productos sanitarios o para diagnóstico in vitro.

### 6.- FORMA DE PRESENTACIÓN DE TODA LA DOCUMENTACIÓN EXIGIDA:

- Toda la documentación necesaria para la verificación del cumplimiento de características recogidas en el Pliego de Prescripciones técnicas deberá proporcionarse en documento original o fotocopia compulsada y en castellano, incluyendo un índice de documentos que contendrá los números de página o ficheros.