

PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TECNICAS PARTICULARES RELATIVO A LA CONTRATACION DEL SUMINISTRO DE ASAS DE POLIPECTOMIA, BISTURÍS DE DISECCIÓN ENDOSCÓPICA Y MATERIAL AUXILIAR DE ENDOSCOPIA DIGESTIVA PARA EL HOSPITAL 12 DE OCTUBRE.

El presente pliego de Prescripciones Técnicas, de acuerdo con el artículo 116 del RDL 3/2011, de 14 de Noviembre, de Contratos del Sector Público, contiene las prescripciones técnicas particulares que han de regir la ejecución del suministro de **ASAS DE POLIPECTOMIA, BISTURÍS DE DISECCIÓN ENDOSCÓPICA Y MATERIAL AUXILIAR DE ENDOSCOPIA DIGESTIVA PARA EL HOSPITAL 12 DE OCTUBRE**

LOTE	Nº ORDEN	CODIGO	DESCRIPCION
1	1	018261	ASAS PARA POLIPECTOMÍA ENDOSCÓPICA EN FRÍO Estéril con fecha de envasado y caducidad. Un solo uso. Diámetro de asa igual o menor de 10 mm de diámetro Diámetro del hilo igual o menor de 0,3 mm. Compatibles con canal de trabajo de 2.8 mm Longitud de catéter de 230 mm
2	2	018259	ASAS DE DIATERMIA PARA POLIPECTOMÍA ENDOSCÓPICA GÁSTRICA, COLORRECTAL Y ENTERAL. -Estéril con fecha de envasado y caducidad. Un solo uso. -Conexión de electrodo activo tipo Olympus. Compatible con todas las fuentes de diatermia de la unidad, de diferentes marcas y modelos. -Compatibles con canal de trabajo de 2.8 mm y 3,2 mm -Longitud de catéter de 230 mm -Es imprescindible la existencia de los siguientes modelos que deben ser suministrados por el proveedor según las necesidades del servicio: A.- Ovals de alambre trenzado: disponibles en diámetros de entre 12 y 30 cm. B.- Ovals monofilamento con segmento plano proximal, de entre 22 y 30 mm de diámetro. C.- Ovals de 25 mm de diámetro con aguja de esclerosis incluida. D.- Hexagonales de alambre trenzado de 25 y 30 mm de diámetro. E.- Hexagonales de alambre trenzado y segmento rígido de morfología plana distal de al menos 12 mm de diámetro. F.- Hexagonales de 25 mm de diámetro con aguja incluida G.- Asas trenzadas de morfología variable (oval, hexagonal) según amplitud de apertura. H.- Asas trenzadas con aguja incluida, de morfología variable (oval, hexagonal) según amplitud de apertura. I.- Asa asimétrica de alambre trenzado de 15 y 25 mm de diámetro

LOTE	Nº ORDEN	CODIGO	DESCRIPCION
3	3	016764	RED PARA LA RECUPERACIÓN DE CUERPOS EXTRAÑOS Y PÓLIPOS <ul style="list-style-type: none"> • Accesorio terminado en una red atrapadora para recuperación de pólipos y extracción de cuerpos extraños. Para canal de trabajo de 2.8 mm, de 30 mm. diámetro de apertura de lazo, de más de 180 cm de longitud. • Existencia de diversos calibres de red y de un modelo para endoscopios ultrafinos (2.0 mm. de canal). • Es imprescindible la existencia de modelos de longitud y calibre adaptados a la enteroscopia de doble balón. • Sin látex. • Estéril con fecha de envasado y caducidad. Un solo uso. • Compatible con los endoscopios existentes en el Servicio marca Fujinon, Olympus y Pentax.
4	4	017869	BISTURÍ DE DISECCION ENDOSCOPICA SUBMUCOSA CON PUERTO PARA INYECCION DE SUERO <ul style="list-style-type: none"> • Bisturí de disección submucosa con puerto para inyección de suero y aguja de corte de longitud fija, disponible en las longitudes de 1 a 3 mm. Compatible con los endoscopios marca Fujinon, Olympus y Pentax y con las bombas de inyección a presión controlada existentes en el Servicio. Con conexión tipo "Olympus" a las fuentes de diatermia y conexión luer lock a las bombas de inyección a presión controlada. • Es imprescindible la disponibilidad de los siguientes modelos: <ul style="list-style-type: none"> -punta recta. -punta esférica. -disponibilidad de catéter de diámetro reducido (de 2.2 mm o menor) para facilitar la aspiración en endoscopios con canales de trabajo de 2,8 mm. • Estéril con fecha de envasado y caducidad. Un solo uso.

MUESTRAS SOLICITADAS PARA LA EVALUACIÓN DE LOS PRODUCTOS: SI

- **2 UNIDADES por cada lote**
- **en lote 2 (2 muestras por tipo de asa de la A a la I)**

No obstante, y durante el período de evaluación técnica de los productos ofertados, se podrán solicitar más muestras en aquellos casos que se considere necesario, requisito imprescindible para poder valorar la calidad del producto.



Madrid, 11 de marzo de 2019

Jefe de Sección Unidad de Endoscopias
 Servicio de Medicina Aparato Digestivo
 Fdo.: Dr. Díaz Tasende

EXPEDIENTE 2019-0-88

OBJETO DEL CONTRATO: SUMINISTRO DE ASAS DE POLIPECTOMIA, BISTURIS DE DISECCION ENDOSCOPICA Y MATERIAL AUXILIAR DE ENDOSCOPIA
 DIGESTIVA DEL HOSPITAL 12 DE OCTUBRE

ANEXO									
LOTE	ORDE N	COD. ARTº	DESCRIPCION ARTICULO	CANTIDAD 12 MESES	PRORROGA 12 MESES	PRECIO (SIN IVA)	BASE IMPONIBLE	IVA 21%	IMPORTE TOTAL
1	1	018261	ASAS PARA POLIPECTOMIA ENDOSCOPICA EN FRIJO	3.000	3.000	13.000	39.000,000	8.190,00000	47.190,00000
2	2	018259	ASAS DE DIATERMIA PARA POLIPECTOMIA ENDOSCOPICA GASTRICA, COLORRECTAL Y ENTERAL.	2.500	2.500	23.000	57.500,000	12.075,00000	69.575,00000
3	3	016764	RED PARA LA RECUPERACION DE CUERPOS EXTRANOS Y POLIPOS	1.000	1.000	34,000	34,000,000	7.140,00000	41.140,00000
4	4	017869	BISTURI DE DISECCION ENDOSCOPICA SUBMUCOSA CON PUERTO PARA INYECCION DE SUERO	80	80	305,950	24.476,000	5.139,96000	29.615,96000
							154.976,000	32.544,9600	187.520,96