

P.A.2 2019-0-025

**PLIEGO DE CONDICIONES TECNICAS RELATIVO A LA CONTRATACION DEL SUMINISTRO  
DE FUNGIBLE BOMBA ROTAFLW DE CIRCULACIÓN EXTRACOPÓREA PARA LA  
UNIDAD DE TRANSPLANTES**

**1. OBJETIVO Y ALCANCE.**

El presente pliego regula las condiciones técnicas que deberán cumplir los productos sanitarios objeto de esta licitación para el suministro de FUNGIBLE BOMBA ROTAFLW DE CIRCULACIÓN EXTRACOPÓREA PARA LA UNIDAD DE TRANSPLANTES para atender las necesidades asistenciales del Hospital Clínico San Carlos.

**2. DESCRIPCION TÉCNICA DEL ARTÍCULO**

Conforme a lo dispuesto en el Artículo 126.5.a) de la Ley 9/2017 de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE de 26 de febrero de 2014, los productos ofertados por los distintos licitadores habrán de acreditar el cumplimiento de las siguientes exigencias funcionales y de diseño.

LOTE	CÓDIGO	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
<b>1</b>	<b>331486</b>	<b>SET DONACION ASISTOLIA CON CENTRIFUGA</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Cono de centrífuga para Rotaflow</li> <li>• Tubo PVC extruido, transparente y de calidad médica.</li> <li>• Conectores de policarbonato.</li> <li>• Tapones protectores codificadores por color.</li> <li>• Esterilizado por óxido de etileno</li> <li>• Se suministrará en envase estéril.</li> </ul>
<b>2</b>	<b>331487</b>	<b>CANULA FEMORAL VENOSA 21 FR</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Cánula venosa femoral para adultos.</li> <li>• Resistente a la torsión.</li> <li>• Cuerpo radiopaco y pared fina. Con múltiples orificios</li> <li>• Incluirá marcas de profundidad para facilitar su posicionamiento</li> <li>• La cánula se suministrará con un dilatador.</li> <li>• Longitud: entre 53-54 cm.</li> <li>• Calibre: 21 Fr.</li> </ul>

Madrid, 2 de abril de 2019



**Hospital Clínico  
San Carlos**  
 "Coordinación de Trasplantes"  
 Comunidad de Madrid

Fdo.: Dr. Francisco del Río Gallegos  
Jefe del Servicio de Coordinación de Trasplantes

P.A.2 2019-0-025

**PLIEGO DE CONDICIONES TECNICAS RELATIVO A LA CONTRATACION DEL SUMINISTRO  
DE FUNGIBLE BOMBA ROTAFLOW DE CIRCULACIÓN EXTRACOPÓREA PARA LA  
UNIDAD DE TRANSPLANTES**

LOTE	CÓDIGO	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
		<ul style="list-style-type: none"> <li>Conector de 3/8" (0,95 cm) sin venteo.</li> </ul>
3	331488	<b>CANULA FEMORAL ARTERIAL VENTRICULAR 17FR</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Cánula para la arteria femoral para adultos.</li> <li>Resistente a la torsión.</li> <li>Cuerpo radiopaco y pared fina. Con múltiples orificios</li> <li>Incluirá marcas de profundidad para facilitar su posicionamiento</li> <li>La cánula se suministrará con un dilatador.</li> <li>Longitud: entre 17 y 18 cm.</li> <li>Calibre: 17 Fr.</li> <li>Conector de 3/8" (0,95 cm) con venteo.</li> </ul>
4	331489/ 331490	<b>KIT INSERCIÓN CON DILATADORES 18FR Y GUIA DE 0,038</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Kit de inserción para cánula para la arteria femoral para adultos.</li> <li>Poliuretano resistente a la torsión</li> <li>Reforzada con alambre</li> <li>Incluirá marcas de profundidad para facilitar su posicionamiento.</li> <li>Flexible y con punta redonda en el introductor.</li> <li>Calibre: 18 Fr.</li> <li>Longitudes: entre 100 -101 cm y entre 180-181 cm</li> </ul>

**CLAÚSULAS:**

**1.- PLAZO DE ENTREGA:**

- Desde el envío del pedido por fax o mail, el proveedor tendrá un plazo máximo de 48 horas (salvo programación del pedido, en cuyo caso se respetará la misma) o 24 horas en caso de urgencia, para la entrega del suministro en el Almacén General del Hospital Clínico San Carlos. Los licitadores deberán manifestar de forma expresa, mediante declaración responsable, el compromiso de cumplimiento de estos plazos de entrega.

**2.- PRODUCTOS:**

Madrid, 2 de abril de 2019




Hospital Clínico  
San Carlos  
"Coordinación de Trasplantes"  
Comunidad de Madrid

Fdo.: Dr. Francisco del Río Gallegos  
Jefe del Servicio de Coordinación de Trasplantes



La autenticidad de este documento se puede comprobar en [www.madrid.org/csv](http://www.madrid.org/csv) mediante el siguiente código seguro de verificación: 0889209360486938565745

P.A.2 2019-0-025

**PLIEGO DE CONDICIONES TECNICAS RELATIVO A LA CONTRATACION DEL SUMINISTRO  
DE FUNGIBLE BOMBA ROTAFLOW DE CIRCULACIÓN EXTRACOPÓREA PARA LA  
UNIDAD DE TRASPLANTES**

- Los productos que lo requieran deberán cumplir con el Real Decreto 1591/2009, de 16 de octubre de 2009, publicado el 6 de noviembre de 2009, por el que se regulan los productos sanitarios.

- Será condición indispensable para su admisión el marcado C.E.

**3.- MUESTRAS:** no.

**4.- Todos los artículos licitados tienen que ser compatibles con la bomba centrífuga ROTAFLOW propiedad del Hospital.**

**5.- FORMACIÓN EN LA UTILIZACIÓN DE LOS BIENES ADSCRITOS A LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO.**

El adjudicatario garantizará la formación técnica adecuada en el empleo de los bienes licitados al personal implicado en el uso de los mismos.


Madrid, 2 de abril de 2019



Fdo.: Dr. Francisco del Río Gallegos  
Jefe del Servicio de Coordinación de Trasplantes







5745958569870966026880  
Autenticación de originales mediante el sistema de autenticación por código de barras  
www.salud.madrid.es

ANEXO AL PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

P.A.2 2019-0-025

SUMINISTRO DE FUNGIBLE PARA BOMBA DE CIRCULACIÓN EXTRACORPÓREA

Lote	Cod. Hosp.	Descripción	Consumo estimado 24 meses	Euros/uni s/IVA	BASE IMPONIBLE	IMPORTE IVA (21%)	TOTAL C/IVA
1	331486	SET DONACION ASISTOLIA CON CENTRIFUGA	100	900,00	90.000,00	18.900,00	108.900,00
2	331487	CANULA FEMORAL VENOSA 21 FR	100	91,25	9.125,00	1.916,25	11.041,25
3	331488	CANULA FEMORAL ARTERIAL VENTRICULAR 17FR, GUIA DE 0,038	100	91,25	9.125,00	1.916,25	11.041,25
4	331489/331490	KIT DE INSERCIÓN PARA CÁNULAS CON DILATADORES	200	50,00	10.000,00	2.100,00	12.100,00

IMPORTE TOTAL
---------------

118.250,00	24.832,50	143.082,50
------------	-----------	------------